

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01 3032
KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

24/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal hizmet yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/10/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27/10/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa ,
m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEĞİRTAS
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	STONE CONE	10	ADET	UR1038			
2	TIRNAK FIRÇASI BETADİNLİ	200	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE /MZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

STONCONE TAŞ TUTUCU FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kataterin gövdesi kırılmayan ve büküldüğünde tekrar şeklini bulan hafızalı metalden yapılmış olmalıdır.
2. İç katater ileriye doğru itildiğinde taşın yukarı kaçmasını önleyecek şekilde helezon halini almalıdır.
3. Katerin uzunluğu en az 90cm olmalı ,katater açıldığında helezonların çapı 10mm olmalıdır.
4. Kataterin üzeri lazerden etkilenmeyecek nitelikte PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
5. Gövde telin dış çapı 3 fr kalınlığında olmalıdır.
6. Radyolojik olarak görüntülenmesini sağlayacak distal uç markırlarına sahip olmalıdır.
7. Cerrahi kullanım pratiğine uygun olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında sunulmalı ,ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ,marka bilgileri mevcut olmalıdır.
9. Depo tesliminden itibaren en az 2(iki) yıl raf ömrü olmalıdır.



Dezenfektanlı (Batikonlu) El ve Tırnak Fırçası Tek Kullanımlık

Çift taraflı, (bir tarafı fırça-bir tarafı sünger) tek kullanımlık el ve tırnak temizleme fırçası.

Dezenfektan içerir, cerrahi el dezenfeksiyonu sağlamalıdır

% 7.5 Povidon İyot Emdirilmiş olmalıdır.

Ergonomik fırça dizaynı (48*79*34 mm)

Kolay açılabilir paket olmalıdır.

Cildi tahriş etmeyen yumuşak kıllar olmalıdır.

Pürüzsüz ve yumuşak süngerin 90 ml ye kadar sıvı emiş özelliği olmalıdır.

Sadece harici kullanım için olmalıdır.

ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiş olmalıdır.

Biyosidal ruhsatına sahip olmalıdır.

Latex içermemelidir.

