

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYE: 98177073/934 01
KONU: * KALEM ORTOPEDE SARE MALZEME ALIMI

26.10.2022

SAYIN:.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal hizmet yapımı işi 4734 sayılı KİK'in 22. maddesi (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **28.10.2022** saat **09:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilmektedir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilmektedir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme hizmet yapımı işinin teslimi edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle teklif etmesi halinde 4734 sayılı KİK hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacaktır. benzer, muadili vb. iladelele teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme hizmet yapımı işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **28.10.2022** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 tebli faxsa , m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ARTOSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REVİZYON	1	ADET	AE0930			
2	ULTRA PTCH HA + KOLLAJEN MATRIX	1	ADET	SG1170			
3	ENDO BUTTON	1	ADET	AE1090			
4	ASANSÖRLÜ ASKI SİSTEMİ	1	ADET	AE1070			
5	UÇİVİSİ	1	ADET	AE1030			
6	KANÜLLÜ İNTERFERANS VİDASI PEEK	1	ADET	AE1620			
7	BÜYÜK DÜĞME	1	ADET	AE1050			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar Bakan Onayın Hizmetleri İşin Kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR
NOT: ... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdhsaglik.gov.tr/ind-ali-0-0>

KAŞE İMZASI

İletişim:
ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdhs.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

AE0930 ÖN ÇAPRAZ BAĞ REVİZYON MALZEMELERİ

Sıra No	Sut Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
1	AE1090	ENDO BUTTON	1	Adet
2	AE1070	ASANSÖRLÜ ASKI SİSTEMİ	1	Adet
3	AE1030	U ÇİVİSİ	1	Adet
4	AE1620	KANÜLLÜ İNTERFERANS VİDASI PEEK	1	Adet
5	AE1050	BÜYÜK DÜĞME	1	Adet

ENDO BUTTON AE1090

- * Titanyum Ve Polyester Materyalden İmal Edilmiş Olacaktır.
- * Greftin Ortasından Geçip Asacak Şekilde Döğümsüz(Continuous Loop) Olarak Yapılmış Bir İpliğe Sahip Olacaktır.
- * Döğümsüz İplik Dört Delikli Titanyumdan İmal Edilmiş Bir Döğme Üzerinde Olacaktır.
- * Döğümsüz İplik Uzunluğu 12(Oniki) Mm İle 40(Kırk) Mm Arasında Uzunluklarda Ve 5(Beş)'Er Mm Artışlarla Olacaktır.
- * Döğmenin Boşta Kalan Deliklerinden Konumlandırılmasında Yardımcı Olacak İki Farklı Renkte Sağlam Çekme İplikleri Geçirilebilecektir.
- * İmplant Tekli Steril Paketlerde Kullanıma Hazır Halde Olacaktır. Steril Süresi Teslim Tarihinden İtibaren En Az 2(İki) Yıl Olacaktır.
- * Uygulama İçin Gerekli Yardımcı Malzeme Ve Setler Yüklenici Firma Tarafından, Mülkiyeti Yüklenici Firmada Kalmak Şartıyla Ameliyatlara Servis Yapılacaktır.

ASANSÖRLÜ ASKI SİSTEMİ AE1070

- * Döğme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet suture deliği olmalıdır.
- * İmplantın loop askı suture suture hammaddesi özel güçlendirilmiş UHMWPE olmalıdır.
- * Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme suture hazır olarak bulunmalıdır.
- * Kullanıma hazır steril pakette olmalıdır.
- * Femoral tünel tendon tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.
- * İmplantın altında greftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş loop şeklinde askısı olmalıdır.
- * Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan kilitleme sistemi sayesinde loop kısmı daraltarak tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımaktadır.

U ÇİVİSİ AE1030

- * Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalı
- * U Şeklinde Olmalı Ve İç Orta Kısımında Kaymayı Engelleyecek Dişler Olmalı
- * Ayak Uzunluğu 1,5cm - 2 Cm Arasında Olmalı
- * Krom Kobalttan Veya Titanyumdan İmal Edilmiş Olmalı
- * Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntılar Olmalı
- * Dış Genişliği 1-1,5cm Arasında İç Genişliği 0,5cm -1 Cm Arasında Olmalıdır

İNTERFERANS VİDASI PEEK AE1620

- * Kanüllü Yapıda Olmalıdır.
- * Üretim Maddesi Peek Olmalıdır.
- * Dış Çaplar 7 – 8 – 9 – 10 Mm, Boyları 25mm – 30mm –35mm Uzunluklarında Olmalıdır.
- * Vida Arkası Tam Yuvarlatılmış Olmalı.
- * Vida 6,5mm Çapında Altıgen Torna Vida İle İmplant Edilmelidir.
- * Kemik Tüneli İçinde, Bilinen Vidalara Kıyasla Vida Boyu Kadar Tendona Bası Yapabilmelidir.
- * Hem Femoral Hem De Tibial Fiksasyonuna Uygun Olmalıdır.

BÜYÜK DÜĞME AE1050

- * Revizyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- * Askı sistemi meteryallerine uygun olmalıdır.
- * Steril tek kullanımlık steril paketlerinde olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mete ÖZGÖRGEN
Dış Tanı No: 81447
Ortopedi ve Travmatoloji

Nano-Mineralize Matrix Teknik Şartnamesi

SG1170

- * Teklif edilecek ürün Nano-Mineralize $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ve Silisyum iyonları ihtiva eden homojen bir matrix yapıda olmalıdır.
- * Ürün içerisinde kemik ve doku ile iletişimi artırmak için Propylene homopolymer'leri serbest halde bulunmalı ve böylece osteoblast'ların etkileşimini inhibite etmelidir.
- * Ürün makroporoz gözenek yapıda olmalı ve tutunuma mukavemet göstermelidir.
- * Ürün hastanın kemik iliği, kanı veya serum fizyolojik ile muamele edilip implantasyon'a uygun olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün ışığı geçirmeyen medikal grade alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
- * Kullanmadan önce herhangi bir ön hazırlık veya dehidrasyon gerektirmemeli, steril ambalajından çıktığı gibi tatbik edilmeli, uygulanır uygulanmaz kemik ile etkileşerek osteointegrasyon ve iyileşme prosedürünü başlatmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün Kraniyal, Spinal ve Ortopedi her türlü kemik defektinde suture ile veya suture kullanmadan güvenle kullanılabilmeli, tüm defektlere endike olmalıdır. Suture kullanılan vakalarda herhangi extra bir işleme gerek kalmadan kolaylıkla suturelenmelidir.
- * Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli kesinlikle soğuk zincir gerektirmemeli ilave soğutucuya gerek kalmadan depoda veya ameliyathane dolaplarında saklanabilmelidir.
- * Greftler ASTM F 1538-94 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün 25 kGy minimum dozda Gama ışını kullanılarak steril edilmiş olmalı, gerektiğinde Bioburden testi ve Doz Haritalama raporları sunulmalıdır.
- * İnsan kemiğine çok yakın bir mekanik dirence sahip olmalıdırlar.
- * Greftler Tümör boşluklarının doldurulmasında Spinal cerrahide Travma cerrahisinde, Osteotomi'de eklem protezleriyle, patella cerrahisinde ve travma ürünleri ile, ve psödoartroz vakalarında kullanılabilmelidir.
- * %100 Biyouyumlu osteokondüktif ve biyoaktif sentetik greft olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD'de satılabilir olmalıdır.
- * UTS kaydı Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- * Ürün FDA ve CE Belgesine haiz olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastane
Uzm.Dr. Mete ÖZGÖRGE
Dip.Tes.No.: 81447
Ortopedi ve Travmatoloji

 