

T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

2078

KONU: 8 KALEM TIBBİ SARF ORTOPEDİ MALZEME ALIMI

27/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/10/2022** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27/10/2022** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FİBULA PLAK	1	ADET	TV1930			
2	3,5 KİLİTLİ VİDA	15	ADET	TV1170			
3	3,5 KORTİKAL VİDA	5	ADET	TV1030			
4	KİLİTLİ SPONGİOZ	5	ADET	TV1210			
5	ALT ÜST EKS. TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDA 3.5 MM	5	ADET	TV2930			
6	ALT ÜST EKS. TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDA 5.0 MM	5	ADET	TV2950			
7	PUL	5	ADET	TV5740			
8	BİOABSORBABLE PİN	2	ADET	TV5680			
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

## BİOABSORBABLE PİN

- Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- Pinler başlıklı olmalı ve tornavida ile rahatlıkla gönderilebilmelidir
- Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir
- 2,0 mm ve 3,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve boy seçenekleri olmalıdır
- Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- Ürün optimum sürede erimelidir
- Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır

## BİOABSORBABLE SCREW

- Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünlerin kanüllü ve kanülsüz seçenekleri olmalıdır
- Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- Ürün optimum sürede erimelidir
- Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır
- Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir
- Vidaların kanüllü tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir

2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ve 5,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve her çap vidanın boy seçeneği olmalıdır.

SIRA NO	ÜRÜN ADI	SUT KODU	MİKTARI
1	BİOABSORBABLE PİN	TV5680	2 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi  
Yusuf Gürsoy  
Dip.Tes.No: 110293 - EP 3645  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Mustafa ÖZGÖRGEN  
Dip. Tes. No.: 81447  
Ortopedi ve Trav. Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Mustafa ÖZGÖRGEN  
Dip. Tes. No.: 81447  
Ortopedi ve Trav. Uzm.

### DİSTAL FİBULA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plakların tamamı pure titanyum olup, firma ismi, lot no, ce ve ürünün delik sayısı plak üzerinde yazılı olmalıdır.
- Plakların Titanyum kalitesi Tİ 6AL4V ELİ olmalıdır.
- Plaklar AO delik olmalıdır.
- Distal Fibula Plakları Tip 1, Tip 4 ve Tip 5 olmak üzere 3 çeşit olmalıdır.
- Plakların Tip 1 olanları sağ ve sol olmak üzere; 4-5-6-7-8-9-10-11-12 delik olarak en az 9 adet olmalıdır. Tip 4 olanları sağ ve sol olmak üzere; 4-6-7-8-10 delik olmak üzere en az 5 adet olmalıdır. Tip 5 olanları ise sağ ve sol olmak üzere; 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13 delik olmak üzere en az 10 adet olmalıdır.
- Plakların Tip 1 olanları 3.5 mm vida seti ve el aleti ile, Tip 4 olanları 2.7 mm vida seti ve el aleti ile, Tip 5 olanları ise 2.7/3.5 mm vida seti ve el aleti ile kullanılmalıdır.
- Plakların Tip 1 olanlarının uç kısmında en az 3 adet, Tip 4 ve Tip 5 olanlarının uç kısmında en az 4 adet Krischner Wire deliği bulunmalıdır.
- Plakların Tip 1 olanının distal kısmına en az 4 adet 3.5 mm kilitli kortikal vida, Tip 4 olanının distal kısmına en az 7 adet 2.7 mm kilitli kortikal vida, Tip 5 olanının distal kısmına ise en az 5 adet 2.7 mm kilitli kortikal vida atmaya izin veren vida deliği bulunmalıdır.
- Set içerisindeki kilitsiz vidaların vida başı altıgen başlı, kilitli vidaların vida başı ise yıldız başlı olmalıdır.
- Vida setinde 2.7 mm kortikal vida 10-40 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 2.7 mm kilitli kortikal 10-40 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 3.5 mm kortikal vida 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 3.5 mm kilitli kortikal vida 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 10'ar adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 3.5 mm spongioz kilitli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er sette adet bulunmalıdır.
- Vida setinde 3.5 mm kanüllü kilitli kortikal vidalar 10-50 mm arası 2'şer mm artarak, 50-70 mm arası 5'er mm artarak her boydan 3'er adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 4.0 mm spongioz full yivli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 4.0 mm Spongioz yarım yivli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.
- 3.5 mm el alet setinde plak bükücü 2 adet, vida ölçer 1 adet, 2.8 mm drill 1 adet, 2.8 stoplu drill 1 adet, 3.5 mm ve 4.0 mm tap, 2.5 ve 3.5 mm drill, drilli gayd 2.8 mm 2 adet, 1.2 drill silivi 2 adet, T vida gönderici, 1.5 sabit saplı torklu tornavida, kemik ekartörleri ve kemik tutucu, tahta saplı tornavida ve kilitli ve kilitsiz vida için 2.5 ve 3.5 double drill gayt sette olmalıdır.
- 2.7 mm el aleti setinde 1 adet vida ölçer, 2.7 mm drill 1 adet, 2.7 mm tap 1 adet, 2.7 mm tornavida ucu 1 adet, T vida gönderici, 2.7 mm drill gayd 2 adet, double drill guide 2.0/2.7mm 1 adet sette olmalıdır.

FİBULA PLAK

TV1930

1 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi  
Yusuf Güran ÖZGÖRGEN  
Dip. Tes. No: 110/93 - DR 86657  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Yusuf Güran ÖZGÖRGEN  
Dip. Tes. No: 81447  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

3,5 KİLİTLİ VİDA	TV1170	15 ADET
3,5 KORTİKAL VİDA	TV1030	5 ADET
KİLİTLİ SPONGİOZ	TV1210	5 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Mete ÖZGÖRGEÇ  
Dip.Tes.No.: 81447  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi  
Yusuf Günen GÜRSOY  
Dip.Tes.No: 114293 - DİT 36657  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

## KANÜLLÜ VIDA

- Vida setinde 5.0 mm kanüllü kilitli cortical vida 20-50 mm arası 2'şer mm artarak,50-90 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 6.5 mm kanüllü kilitli cortical vida 60-110 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 7.3 mm kanüllü kilitli cortical vida 60-110 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
- Vida setinde 6.5 mm spongiös vida full ve yarım yivli 20-90 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.

\*El aleti setinde, 4.2 mm drill 1 adet, 4.2 mm stoplu drill 1 adet, boy ölçücü 1 adet, 3.2 mm drill 1 adet, 4.5 mm drill 1 adet, 4.5 mm tap 1 adet, T handle vida gönderici 1 adet, 5.0 mm tornavida ucu 1 adet, kemik klembi 4 adet, 3.2/4.5 mm dcp double drill guide 2 adet, 4.2 mm drill guide 3 adet, 2.0 mm kişner guide 2 adet, T handle 1 adet, plak bükücü 2 adet, yıldız başlı tornavida 1 adet, altıgen başlı tornavida 1 adet, 4.0 N.m torklu tornavida 1 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.

ALT ÜST EKSTREMİTE TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VIDA 3.5 MM	5	TV2930
ALT ÜST EKSTREMİTE TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VIDA 5.0 MM	5	TV2950
PUL	5	TV5740

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Meriç ÖZGÖRGEN  
Dip. Tes. No: 81447  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Güran GÜRSOY  
Dip. Tes. No: 116233 - DR 66657  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı