

SAYI: 98177073 / 934.01

2116

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF ORTOPEDİ MALZEMESİ ALIMI

02/11/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **02/11/2022** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **02/11/2022** tarihinde saat **15:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mak. Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN	1	ADET	AP2230			
2	TİBİAL METAL BACK MOBİL	1	ADET	AP2660			
3	İNSERT BAĞ KESEN	1	ADET	AP2450			
4	ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU	2	ADET	AP3180			
5	BASINÇLI YARA YIKAMA	1	ADET	AP3150			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

ÇİMENTOLU TOTAL DİZ PROTEZİ BAĞ KESEN MOBİL

- Diz bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılan femoral komponent Cobalt Crom (Co-Cr-Mo) ISO 5832-4 standardına uygun kalitedeki malzemedendir olmalıdır.
- Ürün ISO 9001 EN 46001 , EN , CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalıdır. Sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
- Set içerisinde bağ kesen ve mobil alternatifleri bir arada bulundurulmalıdır.
- Bağ kesen femoral komponentin dış yüzeyi pürüzsüz ve parlak ,iç yüzeyi çimento tutunumunu sağlamak için kumlmalı ve kanallı yapıda olmalıdır
- Bağ kesen femoral komponentte iki adet peg deliği olmalı , gerektiğinde stabiliteyi arttırmak için peg takılabilmelidir.
- Bağ kesen femoral komponentte , kemik stoğunu koruyabilmek için minimum ölçüde femoral box kesisi yapılabilirdir.
- Femoral komponent 8 boy olmalıdır.
- Femoral komponent kesisinde sistem 3-5-7-9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir.
- Ürün tamamen anatomik yapıya uygun olması için femoral condilleri dıştan içe doğru 6 derecelik bir açığa sahip olmalıdır.
- Tibial komponent üniversal ve çimentolu kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
- Tibial component 8 boy olmalıdır.
- Tibial komponent Cobalt Crom (Co-Cr-Mo) malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
- Tibial komponent sadece kilitleme adaptörünün değişmesiyle mobil olarak kullanılabilir.
- -Bağ kesen tibial insert kalınlığı 8 mm-18 mm arasında 6 boy olmalıdır.
- -Tibial komponent keel (kanatlı) yapıda olmalıdır.
- Mobil tibial komponentte, medial ve lateralde toplam 30 derecelik rotasyona izin vermelidir.
- -Defektli olgularda stabiliteyi arttırmak için gerektiğinde kullanılan tibial uzatma stemi 20mm- 100mm arası en az 5 boy olmalıdır.
- -Tibial kesi için intrameduller ve extremeduller seçenekleri olmalı, standart kesi bloğu dışında sağ ve sol diz için ayrı kesi blokları da olmalıdır.
- Femoral komponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minimuma indirmek için
- Tibial insert highcrosslink yapıdaki polyethylene (UHMWPE) malzemedendir üretilmiş olmalıdır.
- -Femoral komponent ve tibial component farklı ölçülerde olsada kullanılabilir, tam uyum sağlanmalıdır (En küçük size femoral komponent ile en büyük boy tibial component aynı anda kullanılabilir.)
- -Patella üç pegli olmalı crosslink yapıdaki polyethyle malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
- -Set içerisindeki deneme aparatları bulunmalıdır.
- -Patella komponenti en az 4 boy olmalıdır.
- -İstenildiği takdirde ürüne ait malzeme spektrlerini içeren kalite belgesi, yapılan test ve deney sonuçları gösterir raporlar ibraz edilmelidir.
- - Set içerisinde protezi yerleştirmek için gerekli el aletleri eksiksiz ve çalışır durumda olmalıdır.
- -Total diz protezi setine ait implantlar gama steril olarak özel poşetler içerisinde paketlenmiş olarak sunulmalıdır.
- -Ürünlerin S.B. TİTUBB kaydı ve SGK onayı olmalıdır

BAĞ KESEN MOBİL ÇİMENTOLU

AP2230	FEMORAL COMPONENT - Bağ Kesin
AP2660	TIBIA METAL BACK, MOBİL
AP2450	INSERT Bağ Kesin, MOBİL

AP2420

PATELLA

AP2750

TIBIAL UZATMA STEMİ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Bilgi No: 151717 - 122169

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

- Antibiyotikli Kemik Çimentosu Diz Protezi, Kalça Protezi, Ayak Bileği Protezi, Omuz Protezi ve diğer eklem protezleri için artroplasti prosedürlerinde implantı sabitlemek için uygun olmalıdır.
- Kemik çimentosu standart viskoziteli 40 (1x41 g) tekli paketlerde bulunmalıdır.
- Kemik çimentosu standart vizkoziteli olmalıdır.
- Kemik çimentosu gentamisin sülfat içermelidir.
- Kemik çimentosu uygulaması karıştırma başladıktan itibaren 10-12 dakika arasında donmalıdır.
- Kemik çimentosunun toz bileşenin bileşim oranları olan polimetikmetakrilat, benzoil peroksit, baryum sülfat ve gentamisin sülfat oranları belirtilmiş olmalıdır.
- Kemik çimentosunun sıvı bileşenin bileşim oranları olan metilmetakrilat, N,N dimetil ptoluidin ve hidrokinon metil eter oranları belirtilmiş olmalıdır.
- Kemik çimentosunun saklama sıcaklığı en fazla 25 derece olmalıdır.
- Toz kısmının ambalajı 3 katlı, 2 katı nonsteril, 1 katı steril paketlenmiş olmalıdır.
- Kemik çimentosu paketi üzerinde içerdiği antibiyotik oranı yazmalıdır.
- Kemik çimentosunun dış paketini üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

SUT KODU :AP3180

BASINÇLI YARA YIKAMA TEKNİK ŞARTNAME

- Sistem tamamen steril ve tek kullanımlıktır.
- Elçeği el ergonomisine uygun ve rahat kullanılabilir yapıdadır.
- Çift kanallı olup aynı anda basınçlı yıkama ve emme yapabilmektedir.
- Sistem kendinden bataryalı ve batarya kutusu sterildir.
- Kısa uç seçeneğindeki konik ağızlı uçların konik kısmı, silikon ve yumuşak bir yapıdadır.
- Tetik sistemi emniyet düğmelidir.
- Manüel kolay monte edilebilir uçlara sahiptir.
- Her yerde her konumda yara temizliği yapabilmektedir.
- Hastayı hareket ettirmeden çalışabilmektedir.
- Uçlar tek kullanımlıktır..
- Tibial brush püskürtme ve emme yapabilmektedir ve daha güçlü çimento uygulaması için tibial plato temizliğinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
- Ambalajın üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi mevcuttur.
- Sistem CE ve ISO 13485 belgelerine sahiptir.

SUT KODU : AP3150

Dr. Mustafa GÜRSOY
Dip. No: 11929 - DR 8667
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 15177 - 122169

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 15177 - 122169

Dr. Mustafa GÜRSOY
Dip. No: 11929 - DR 8667
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 15177 - 122169