

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 **2117**
KONU: 10 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIMI

2.11.2022

SAYIN:.....

Hastanemizin ihtiyaçları olan aşağıda cinsi ve miktar yazan mal/hizmet/yapımı işi 4734 sayılı KJK'nın 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **2.11.2022** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğini yapınıza rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilmektedir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilmektedir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde teklif etmesi halinde 4734 sayılı KJK hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye bile, deise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KJK 'ın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yetkilerinin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alın yapılacaktır. **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirilmes yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **2.11.2022** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 no'lu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

HASTA: AYAZ BALIKCI

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇİMENTOSUZ SİLİNDİRİK PROUS KAPLI STEM	1	ADET	AP2080			
2	ACETABULAR KAP	1	ADET	AP1520			
3	28 MM POLİETİLEN LİNER	1	ADET	AP1600			
4	28 MM SERAMİK LİNER	1	ADET	AP1650			
5	28 MM PROTEZ BAŞI 12/14 - METAL	1	ADET	AP1750			
6	32 MM PROTEZ BAŞI 12/14 - METAL	1	ADET	AP1800			
7	28 MM PROTEZ BAŞI 12/14 - SERAMİK	1	ADET	AP1730			
8	32 MM PROTEZ BAŞI 12/14 - SERAMİK	1	ADET	AP1780			
9	36 MM PROTEZ BAŞI 12/14 - SERAMİK	1	ADET	AP1840			
10	ACETABULAR VİDAX	3	ADET	AP1670			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ: ... GÜNDÜR
NOT: ... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:
ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ad: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SİSTEM AŞAĞIDAKİ PARÇALARDAN OLUŞUR:

A) ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

B) FEMORAL HEAD

- CoCr
- Seramik

C) ACETEBULAR LİNER

- UHMWP
- Seramik

D) VİDALI SİSTEM ACETEBULAP SHELL

E) ACETEBULAR SHELL İÇİN TİTANİUM VİDALAR.

A) ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM:

1. Femoral stem; TİA16V4 / ISO 5832-3) standardında insan vücudu ile uyumlu materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Dış yüzeyi mat olmalıdır.
3. Stem'in 1/3 proksimali Plasmapore ile kaplanmış olmalıdır. Plasmapore pore büyüklüğü 50-200 µmm aralığında ve 0.35mm kalınlığında olmalıdır.
4. Femoral stem düz ve yakalıksız , proksimal kısmı geniş distale doğru incelen yapıda olmalıdır. Femoral stem kenarları keskin olmayan yuvarlak kesitli, proksimal ve lateralde rotasyonu engelleyici kanatlı olmalıdır.
5. Femoral component proksimalinde kemik-protez kontakt yüzeyini arttırmayı sağlayan kanatçıklar bulunmalıdır.
6. Femoral stem 12/14 mm boyun cone yapısında olmalıdır.
7. Femoral stem shaft genişliği minimum 8mm ile 18 mm arasında birer birer artan boylarda olmalıdır.
8. Femoral stem shaft uzunluğu minimum 150mm-180mm arasında olmalıdır.
9. Uygulama sırasında kullanılan raspalar deneme amaçlı kullanılabilir.
10. Doktorların ameliyat sırasında hastalara farklı yaklaşımlar sergileyebileceği en az 4 çeşit raspa kolu uygulama seti içinde bulunmalıdır. (Direk anterior, direk lateral, antero-lateral, postero lateral)

Dr. Mustafa ZEKAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Mustafa ZEKAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Mustafa ZEKAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı