

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 213
KONU: 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIM

25.02.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/02/2020** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27/02/2020** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

F. KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KOLONOSKOPIK DISPOSABLE FİLELİ SNARE	2	ADET				
2	REKTAL TÜP	10	ADET				
3	KOLONOSKOPIK REUSABLE TİMSAH AĞIZLI FARE DİŞLİ BİYOPSİ FORSEPSİ	2	ADET				
4	KOLONOSKOPIK REUSABLE SKLEROTERAPİ İÇNESİ	2	ADET				
5	GAŞTROSKOPIK REUSABLE TRİPOT FORSEPSİ	2	ADET				
6	KOLONOSKOPIK REUSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ	2	ADET				
7	KOLONOSKOPIK JUMBO FORSEPS	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

Kolonoskopik Disposable Fileli Snare Teknik Şartnamesi;

- yabancı cisim ve polip çıkarmaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- Disposable olmalıdır.
- Kolonoskopi için forseps 3.8mm kanaldan geçebilmeli ve çalışma uzunluğu 2000 -2300 mm olmalıdır.
- Gastroskopi için forseps 2.8 mm kanaldan geçebilmeli ve çalışma uzunluğu 1500- 1800 mm arasında olmalıdır.
- File ,polip ve yabancı cisim için güçlü olmalıdır.
- Tek elle manüple edilebilmelidir.
- Ambalaj üzerinde imal,sterilizasyon ve sonkullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülmeyen numuneler üzerinden alım kararı verilmeyecektir.

Rektal tüp teknik şartnamesi;

- bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır.
- Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, kapalı distal uç olmalıdır.
- Steril poşetlerde tek kullanımlık olacaktır.
- 32 Fr likebatlarda olmalıdır.
- Uzunluk 36 cm olmalıdır.
- Çapra iki yan delik olmalıdır. Renk kodlu funnel konnektör olmalıdır.
- Satın alma kararı verilmeden önce numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülen numuneler üzerinden alım kararı verilecek.


Kolonoskopik reusable timsah ağızlı fare dişli biyopsi forseps teknik şartnamesi;

- forseps 3.8mm kanaldan geçebilmelidir.
- Çalışma uzunluğu 2000- 2300mm arasında olmalıdır.
- Reusable (coklu kullanım) uygun olmalıdır.
- Tek elle nanüple edilebilir olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal,sterilizasyon ve sonkullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülmeyen numuneler üzerinden alım kararı verilmeyecektir.

Kolonoskopik reusable skleroterapi iğnesi teknik şartnamesi;

forseps 3.8mm kanaldan geçebilmelidir.

- Çalışma uzunluğu 2000- 2300mm arasında olmalıdır.
- Reusable (coklu kullanım) uygun olmalıdır.
- Tek elle nanüple edilebilir olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal,sterilizasyon ve sonkullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülmeyen numuneler üzerinden alım kararı verilmeyecektir.



Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEHMET
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes. No: 41806


Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Şeref YILMAZ
Dip.Tes.No:75067
Genel Cerrahi Uzmanı

Kolonoskopik reusable tripot çeşidi forseps teknik şartnamesi

- forseps 3.8mm kanaldan geçebilmelidir.
Çalışma uzunluğu 2000- 2300mm arasında olmalıdır.
- Reusable (çoklu kullanım) uygun olmalıdır.
- Tek elle nanüple edilebilir olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal,sterilizasyon ve sonkullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülmeyen numuneler üzerinden alım kararı verilmeyecektir.

Kolonoskopik reusable biyopsi forsepsi;

- forseps 3.8mm kanaldan geçebilmelidir.
- Çalışma uzunluğu 2000- 2300mm arasında olmalıdır.
- Reusable (çoklu kullanım) uygun olmalıdır.
- Tek elle nanüple edilebilir olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal,sterilizasyon ve sonkullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- Numune degerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülmeyen numuneler üzerinden alım kararı verilmeyecektir.



Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİS
Genel Cerrahi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Seref YILMAZ
Dip. Tes. No: 75067
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Seref YILMAZ
Dip. Tes. No: 75067
Genel Cerrahi Uzmanı