

SAYI: 98177073 / 934.01

2179

KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (DİYALİZÖR)

10.11.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **14.11.2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **14.11.2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK  
İdari ve Mali Hiz. Müdür Vekili

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİYALİZÖR 1,8 LOW FLUX	700	ADET	NF1006			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

## DİYALİZÖR (SENTETİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diyalizör membran yapısı tam sentetik olmalıdır.
2. Membran Hollov Fiber yapıda kuru tip olmalıdır.
3. Membran ortalama 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
4. Klinik kullanımdaki avantajlar ,hazırlanmasında kolaylıklar ve maliyet azlığı (Trombojenite,heparin ihtiyacı,invivo efektifi,biouyumluluk ve kullanım kolaylığı.)
5. Diyalizör yüzey alanı 1,8-2,0m<sup>2</sup> arasında isteğe bağlı değişen miktarlarda talep edilecek.
6. Diyalizörün sterilizasyonu ETO,GAMMA,BUHAR,ELEKTRO-BEAM-BETA olmalıdır.
7. Diyalizör biouyumlu niteliğe sahip olmalıdır.
  - a) Protein absorpsiyonu olmamalıdır.
  - b) Kompleman aktivasyonuna yol açmamalıdır.
  - c) Trombosit kaybı 180dak sonra %10'u geçmemesi gerekir.
8. Diyalizörün dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Diyalizör steril ambalajda olmalıdır,sterilizasyon türü ve geçerlilik süresi en az 2 (iki)yıl olmalıdır. belirtilmelidir.
10. Diyalizörde teknik ve kullanım yönünden ileride herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemeyi uygun malzeme ile değiştirilecektir.

Ayten ÇETİN  
Diy. Sorm. Hemsş.

