

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

25.11.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **28.11.2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **28.11.2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK SARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİYALİZ BAZİK SOLÜSYONU 6 LİTRE	1.200	ADET	NF1012			
2	DİYALİZ ASİDİK SOLÜSYONU (CA 1, 25 K2 GLİKOZLU) 5 LİTRE	700	ADET	NF1012			
3	DİYALİZ ASİDİK SOLÜSYONU (CA 1, 50 K2 GLİKOZLU) 5 LİTRE	500	ADET	NF1012			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**MANAVGAT DEVLET HASTANESİ**  
**MANAVGAT / ANTALYA**

**BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Solüsyon bidonları Asidik 5lt,Bazik 6lt şeklinde olmalıdır.
- 2.Solüsyonlar steril şartlarda üretilmiş olup,projenik olmamalıdır.
- 3.Kapakları emniyetli olmalı,solüsyonun hava ile teması önlenmelidir.
- 4.Solüsyon bidonlarının üzerinde Sağlık Bakanlığının ruhsat numarası,üretim tarihi,üretim yeri,üretici firma adı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.Kullanım süresi an az 2 (iki)yıl olmalıdır.
- 5.Asidik ve bazik solüsyonlar aynı firmanın olmalıdır.
- 6.1lt Asidik çözeltisi 1,225 Bazik çözeltisi ile karıştırılıp enjeksiyonluk su ile seyreltme yapıldığında elektrolit konsantrasyonu aşağıdaki değerleri içermelidir:
  - ⊗ Na:138-140mmol/lt,
  - ⊗ K :2mmol/lt,
  - ⊗ Ca:1,25 -1.5 mmol/lt
  - ⊗ Bikarbonat:32-35mmol/lt,
  - ⊗ Asetat:2-5mmol/lt,
  - ⊗ Ozmolarite:280-300mmol/lt
- 7.Solüsyonlarda teknik yönden herhangi bir problem olduğunda eldeki malzeme uygun malzeme ile değiştirilecektir.
- 8-İhtiyaç halinde elektrolit konsantrasyonu değişik şekilde talep edilebilmelidir.(Glikozlu-K:1mmol/lt –Ca:1.50-Ca:1.25 gibi)

Ayten ÇETİN  
Diy.Sorm.Hemş

