

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

23.02.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **01.03.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **01.03.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
M. Hiz. Md.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KANAMA DURDURUCU (BAKRİ) BALON	1	ADET	KD1001			
2	POSTPARTUM KANAMA DURDURUCU BALON	1	ADET	KD1001			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/atli/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

KANAMA DURDURUCU BALON ŞARTNAMESİ

- 1- Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Uterun boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Normal yada sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
- 4- Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
- 5- Ürün bir pakette set halinde olmalı ve bir adet 60 cc lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
- 6- Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açıkta kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml. Olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
- 8- Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9- Orijinal paketlerde üretici firma ismi, üretim tarihi, sterilizasyon miadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
M. Zeki ÜNAL
Dip. No: 49992

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ESEN
Sorumlu Ebe

Manavgat Devlet Hastanesi
Ahmet K...
Dip. No: 87...
Hastane

BALON TAMPONAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Pospartum uterus kanamasının kontrolünü ve azaltılmasını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2-uterus ve vajende aynı anda tamponad sağlamak üzere iki

Adet şişirebilir balonu olmalıdır.

3- Latex içermemilidir.

4-Şişirme normal serum fizyolojik veya Ringer Laktat Ringer gibi izotonik intravenöz sıvı ile drekt poşetinden şişirilme uygun bağlantısı olmalıdır.

5-Uterus irigasyonu için ve uterus drenajı için ayrı ayrı lümenleri olmalıdır.

6-Uterus ve vajinal balonun hacmini ayarlamak ve boşaltmak için ayrı

Ayrı musluğu olmalıdır.

7-Uterus içindeki balon 750 ml' ye kadar, vajen içindeki balon ise 300ml 'ye kadar şişebilmelidir.

8- Yirmidört saat yerinde kalabilmelidir.

9-Steril poşetlerde tek kullanım olarak sağlanmalıdır.

10-Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilazsyon miadı yazılı olmalıdır.

11- Raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.

12-Teklif edilecek ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) kayıtlı olması şarttır.

13-Ürün ambalajında son kullanma tarihi ,sterilazsyon şekli, CE işareti ve Lot numarası bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
M. Zeki KUNAL
DİP: 1234567890

Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. 1234567890
Klinik Başhekimliği

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ESEN
Sorumlu Ebe