



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

2278

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

25.09.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **27.09.2023** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.09.2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM	10	ADET				
2	EMG ELEKTROT YÜZÜ - PARMAK HALKA YETİŞKİN	3	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

YÜZÜK ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Neurosoft marka EMG cihazı için uyumlu olmalı.
- 2-Bağlantı ucu 5 DIN girişli olmalı
- 3-Bağlantı uzunluğu 150 cm az olmamalı.
- 4-Bağlantı kısımları kopmaya karşı korumalı olmalı.
- 5-Hem yetişkin hem de pediatrik kullanım için uygundur.
- 6-Kolay açılıp kapanmalı ve defalarca açılıp kapanmaya dayanıklı olmalı .
- 7-Kablosu esnek olmalı.
- 8-Ring ve adaptör kısımlarından oluşmalı.
- 9-Ring kısımlarının kutupları renk kodlu olmalı.
- 10-Teklifle beraber numune verilmelidir.
- 11-teklif veren firmanın tıbbi cihaz ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğu ve teklif edilen malzemenin titubb da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir.Faturada UBB kodu yazılı olacaktır.
- 12-Malzemenin garanti süresi 12 (oniki) ay olacaktır.
- 13-Malzemenin teslim yeri ambar –ayniyat binası biyomedikal deposu olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ekim ARSLAN
Nöroloji Hastalıkları Uzmanı
Din Tel. No: 13388-2614-30082

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Cane ARIÖZEL
Din Tel. No: 13249
Nöroloji Uzmanı

HAVALI YATAK / ESKAR A+ B SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havalı yatak sistemi motor ünitesi ve döşeği olmak üzere 2 parçadan oluşmalıdır.
2. Havalı yatak sisteminin döşeği en az 18 tüp kanaldan oluşmalıdır. Bu tüp kanallardan en az 8 (sekiz) adetinde hava kaçırma (Airloss) özelliği olmalı bu sayede hasta altında bir hava bariyeri oluşturarak hastanın sırt bölgesinin havalanmasını sağlamalıdır.
3. Havalı yatak sisteminin döşeginin eni 90 cm (+/- 2 cm), boyu 195 cm (+/- 2 cm) ve yüksekliği 13 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
4. Havalı yatak sisteminin döşeginin komple hava kanallarını saran , dört yönde esneyebilen poliüretan dan üretilmiş özel kılıfı olmalı, bu kılıfı temizlik için fermuar yöntemiyle üniteden ayrılmalı ve en az 90 derecede yıkanabilir olmalıdır.
5. Havalı yatak sisteminin döşeginin kılıfının altında kaymayı önleyen ve üzerine koyulacağı döşeğe sabitlemek için lastik bağlantı yerleri olmalıdır.
6. Havalı yatak sisteminin döşeği hastaya acil müdahale sırasında hızlı bir şekilde havasının boşalması için motor ünitesi harici baş kısmında CPR mekanizması olmalıdır.
7. Havalı yatak sisteminin motorunun üzerinde hasta kilosu girişi, pozisyon algılama, alarm susturma, dinamik, statik-bakım ve tüm tuşları kilitleme düğmeleri olmalıdır. Bu düğmeler tanımlamasında uluslararası geçerli piktogramlar ve türkçe isimlendirmeler olmalı ve bu düğmelerde membran yöntemi kullanılmalıdır. Ayrıca motor üzerinde bakım modu seçilebilmeli bu sayede hastanın bakımı ve temizliği sorunsuz yapılabilmelidir.
8. Havalı yatak sisteminin motorunda hasta oturma pozisyonunu alındığında bu pozisyonu devreye alabilecek pozisyon sensörü tuşu olmalı, bu sensör sayesinde motor basınç düzenlemesi yaparak hastanın oturma basıncını azaltmaya uygun basınç dengelemesi yapmalıdır.
9. Havalı yatak sisteminin motoru hasta ağırlığına göre dijital panelinden ayarlanabilen basınç ayarlaması yapabilmelidir.
10. Havalı yatak sisteminin motorunda hava kaçağı arızası bildirimleri ışıklı ve sesli olarak kullanıcıya bildirebilmelidir. Sesli alarmı istenildiğinde susturmak için motor üzerinde düğmesi olmalıdır.
11. Havalı yatak sistemini motoru hasta altındaki alternatif basınç değişimlerini 10 (dakikada bir) yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Alternatif basınç değişimi istenmediği durumlarda statik modu olmalıdır.
12. Havalı yatak sistemini oluşturan tüp kanalların bağlantıları hava akış sistemine kolaylıkla bağlanmalı ve sökülebilmelidir (quick release yöntemiyle) bu sayede tüp kanallardan bir veya birkaçının arıza veya yıpranma sebebiyle değiştirilmesi gerektiğinde herhangi bir el aleti ve tecrübe gerektirmeksizin kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
13. Havalı yatak sisteminin motor ünitesi ile yatma ünitesi birbirine kolaylıkla bağlanmalı ve herhangi bir el aleti kullanılmadan kolaylıkla birbirinden ayrılmalıdır (quick relase), ayrıca bağlantı hava hortum elemanı ünitelerden kolaylıkla ayrılabilmelidir (quick relase) bu sayede sorunsuz taşıma ve saklama sağlanmalı ve bu sayede hava hortum elemanlarının yıpranması

Keskin Zadeh
H

h

a

durumunda sadece hortumun tek olarak deęiřimi mmkn olmalıdır.

14. Havalı yatak sisteminin taşıma kapasitesi en az 35 kg hastadan 245 kg hastaya kadar kullanma olanağına sahip olmalıdır.
15. Havalı yatak sisteminin hava kanalları herhangi bir hava kaçağı durumunda rahatlıkla ıt ıtlarından (quick relase yöntemi ile) ıkarılarak yenisi ile deęiřtirilebilir zellikte olmalıdır.
16. Havalı yatak sistemi 220V/50Hz řehir řebeke cereyanında alıřabilmelidir.
17. Havalı yatak sisteminin retim hatalarına karřı 2(iki) yıl garantisi olmalıdır.

Kenan Gedel
↙

Manavgat Devlet Hastanesi
řerife ZCAN
Biyomedikal Mhendis

Manavgat Devlet Hastanesi
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri