



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01 2302
KONU: 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM

27/09/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 03/10/2023 saat 09:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 03/10/2023 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 BİYOMEDİKAL DEPO DAHİLİ NO : 1511
--	---

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SEDYELER, TRANSFERLİ ANA SEDYE	6	ADET				
2	SEDYELER, HİDROLİK/AMORTİSÖRLÜ SEDYE	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ÇOK FONKSİYONLU HASTA MÜDAHALE SEDYESİ

1. Sedyeye çift noktadan birbiri içine giren alüminyum kolonlar ile hidrolik yükseklik ayarlı olmalıdır.
2. Sedyenin her iki yanındaki pedalları aşağıya basmak suretiyle yukarı kalkmalı, sedyenin her iki tarafındaki ayrı bir pedalı aşağı basmak suretiyle aşağıya inmeli. Bu pedallar birbirinden bağımsız çalışmalıdır.
3. Sedyenin yatma zemini en geniş yerinin eni 62 cm (+/- 3 cm) , en uzun yerinin boyu 198 cm (+/- 3 cm) olmalı ve sedyenin eni dıştan dışa (çarpma tamponundan çarpma tamponuna) 76 cm (+/- 3 cm), boyu dıştan dışa (çarpma tamponundan çarpma tamponuna) 222 cm (+/- 3 cm) dir.
4. Sedyeye yüksekliği 62 cm (+/- 3 cm) ile 84 cm (+/- 3 cm) arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
5. Sedyeye trendelenburg/ters trendelenburg hareketleri yapabilmelidir.
6. Sedyenin baş kısmı en az 70 derece kalkabilmeli ve bu hareket başucundaki elle çalışan hassas kontrollü kol sayesinde kolaylıkla yapılabilmelidir.
7. Sedyenin yükseklik ayarı için kullanılan iki kolon arası C-kollu röntgen cihazına uyumlu olmalıdır.
8. Sedyenin başucu indirme kaldırma hareketi pistonlu olmalıdır.
9. Sedyenin yan koruma barları yatma zeminin yanında yer alan mekanizmayı çekmek suretiyle açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
10. Sedyenin dört tarafına monte edilmiş çarpma tamponları olmalıdır.
11. Sedyenin en az bir adet yüksekliği ayarlanabilir serum askısı olmalıdır. Bu serum askısı istenildiğinde yatma zemini yanına gizlenebilir özellikte olmalıdır.
12. Sedyeye uyumlu viscoelastik özellik içeren süngerden sıvı geçirmez kılıflı döşegi olmalıdır.
13. Sedyeye döşek kılıfı her yönde esneyebilir, suya dayanıklı, tutuşmaya karşı dirençli ve hava geçirgen özellikte olmalı, fermuarsız ve dikişsiz olmalıdır.
14. Sedyenin alt zemininde üzerinde oksijen tüpü konulacak bölüm ve diğer gerekli araç ve gereçlerin muhafaza edilebileceği yerler olmalıdır.
15. Sedyenin rahat transferini sağlamak için beşinci özel sürüş (beşinci teker) tekerleği olmalıdır, bu tekerlek alt zemin üzerindeki pedala basmak suretiyle çalışıp tek kişi tarafından kolaylıkla idare edilebilir özellikte olmalıdır.
16. Sedyenin altında her iki yanında paslanmaz çelikten fren pedalı olmalıdır. Bu pedala basıldığında sedyenin dört tekerleği de kilitlenmelidir.
17. Sedyenin yan koruma barları ve transfer esnasında hasta bakıcının tutma yerleri yumuşak his veren poliüretan enjeksiyon ile kaplı olmalı ve bunların içerisinde sağlamlığını arttırmak için demir kalıp içi destekleri olmalıdır.
18. Sedyenin taşıma kapasitesi en az 240 kg. olmalıdır.
19. Sedyenin 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.
20. Sedyenin 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis garantisi olmalıdır.

SEDYE, AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sedye 2 adet alt araba ve 1 adet üst kayar sedyeden oluşmalıdır.
2. Transfer sedyesinin alt arabasını oluşturan kısım 50 mm.(+/- 5 mm.) x1,50 mm.(+/- 0,2 mm.) veya 60 mm.(+/- 5 mm.) x1,50 mm.(+/- 0,2 mm.) ölçülerinde paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemeden boyalı bir şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3. Transfer sedyesinin alt arabasında en az 5 litrelik oksijen tüpü taşıma yeri olmalıdır.
4. Hareketli üst sedyeyi taşıyan şase 40 mm.(+/- 5 mm.) x 1,5 mm.(+/- 0,2 mm.) veya 50 mm.(+/- 5 mm.) x 1,5 mm.(+/- 0,2 mm.) ölçülerinde paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemeden boyalı bir şekilde imal edilmiş olmalıdır.
5. Sedyenin yatma zemininin eni 600 mm. (+/- 50 mm.) , boyu 1900 mm. (+/- 70 mm) olmalıdır.Sedyenin döşek hariç yüksekliği en az 800 mm (+/- 50 mm.) olmalıdır.
6. Üst sedyenin hareketini sağlayan tekerler rulmanlı olmalıdır.
7. Sedyenin kapılara veya duvara çarpma anında zarar görmemesi için alt arabaların her birinde dört adet koruyucu tampon olmalıdır.
8. Üst sedyenin itme barları poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. Üst sedyede hastanın düşmesini engelleyici tek hareketle kapanabilen poliüretan malzemeden imal korkuluğu bulunmalıdır.
10. Her alt arabada hareketi sağlayan 4 adet 150 mm. (+/- 5 mm.) çapında ve en az 30 mm (-1) et kalınlığında tekerlek olmalı (çift teker kullanıldığında et kalınlığı her bir teker en az 15 mm olmalıdır.). Bu tekerleklerden en az 2(iki) adedinde fren sistemi ve yön kilidi olmalı veya sedyede merkezi fren sistemi olmalıdır. Bu tekerler pedallar vasıtası ile kilitli, tek yöne kilitli veya tamamen serbest konumda kullanılabilmelidir.
11. Sedyenin baş kısmı en az 70°'ye kadar gazlı piston (amortisör) yardımıyla ayarlanabilmelidir.
12. Sedye ile uyumlu en az 8 cm. kalınlıkta , en az 2 cm viscoelastik özellikte verilecek olan döşek ; kolay temizlenebilir , dikişsiz ve fermuarsız idrar defekasyon geçirmez kılıflı olmalıdır.
13. Hareketli üst sedyenin arabadan arabaya transferinde arabalar üzerinde bulunan mekanik kilit sistemi ile birbirine kilitlenmelidir, transfer işlemi bittiğinde açılan kilit hareketli üst sedyenin arabada kilitlenmesini sağlamalıdır.
14. Sedye ile birlikte 1 adet paslanmaz çelikten imal yüksekliği ayarlanabilir kullanılmadığı zaman gizlenebilen serum askısı verilmelidir veya Sedyenin dört bir yanında en az bir adet demonte bir şekilde serum askısı çıkartılıp takılabilir olmalıdır.
15. Göğüste ve kalça ile ayak arasında emniyet kemeri olmalıdır.
16. Sedyenin kullanımını gösteren yönlendirici etiketler bulunmalıdır.
17. İstekli ve Üretici/ithalatçı firma üretim, tasarım, montaj ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti vermeli, garanti süresinin bitiminden sonraki 10 yıl için yedek parça temini ve bakım-onarım hizmeti vermeyi kabul etmelidir.

18. Sedyenin alınması durumunda önce 1 adet sedye hastanemize teslim edilecektir. Muayene komisyonu tarafından onay verilmesi durumunda kabulü yapılacak ve talep edilen sayı tamamlanacaktır. Komisyon tarafından onaylanmaması (kullanımının kolay bulunmaması , ağır gelmesi vb. sebeplerle) durumunda sedyenin iadesi sağlanacak hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal edebilecektir.
19. Sedyenin hastanemize teslim edilmesi ve iade durumunda her türlü taşıma, kargo vb. ücretler firmaya ait olacaktır. Hastanemizden herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AYCI
Ameliyathane Sorumlusu