



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

2312

KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

28/09/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **04/10/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **04/10/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İNTRODUSER SET 7 F 11 CM	100	ADET	KR1061			
2	ASPİRASYON SONDASI NO:16 TURUNCU	3.000	ADET	OR1370			
3	SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI	100	ADET	OR2710			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

INTRADUCER SHEATH (SUT KODU:KR1061)

1. Sheathler Prensip olarak Anjio ve Kateter laboratuvarı ünitelerinde damar içi girişim amacıyla kullanılabilir yapıda olmalıdır.
2. Intraducer kateterlerin ve Pacing leadlerin perkütan olarak gönderilmesi için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Sheathler 4f-5f-6f-7f-8f-9f-10f çaplarında olmalıdır. Paket içerisinde bir adet hemostatik valfli Introducer sheath, bir adet dilatör (uzunluğu minimum 20 cm (± 5 cm) olmalıdır), bir adet kılavuz tel (0,038-35" kalınlığında, minimum 50 cm (± 5 cm) maksimum 60 cm (± 5 cm) uzunlukta 3 mm J curve'lu guidewire), bir adet ponksiyon iğnesi (18 ga x 6,5-7 cm) ve bir adet 11 numaralı saplı bisturi ile 2 cc enjektör olmalıdır.
4. Introducer setin tüm bileşenleri tamamen radyoopak olmalıdır.
5. Introducer'in kanül uzunluğu 11 cm olmalıdır. Kanül vaka esnasında bağlantı yerinden kırılıp kopmamalıdır.
6. Introducer, hemostatik valf sistemine sahip olmalıdır. Valf sistemi kan sızıntısı yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, kan kaçağı oluşumuna engel olmalıdır.
7. Introducerin uç kısmı, giriş esnasında damara vereceği travmayı minimize etmek için inceltilmiş ve yuvarlatılmış olmalıdır. Kılıf ile dilatör arasında kademesiz geçiş olmalıdır.
8. Perkütan giriş sırasında dilatörün introducer'dan ayrılmaması için özel kilit mekanizması olmalıdır.
9. Dilatör çok yumuşak veya çok sert yapıda olmamalıdır. İşlem yaparken eğilip bükülmemeli, damara zarar vermemelidir.
10. Introducer sisteminde ucunda üçlü musluk bulunan şeffaf 20-25 cm'lik uzatma hattı mevcut olmalıdır.
11. Introducer sisteminde istenildiğinde introducer'in deriye bağlanmasını sağlayacak suture yuvası mevcut olmalıdır.
12. Introducer üzerinde kaç french olduğu rakamla belirtilmiş olmalıdır.
13. Introducer sistemi mükemmel kink resistansına sahip olmalıdır.
14. Kliniklerde kullanılan 6f-7f diagnostik ve Guiding kateterlerle tam uyumlu olmalıdır. Bu özellik sheath ile guidinglerin tam uyumu (kateterin sheath içerisinde rahat ilerleme durumu) dur.
15. Teslim edilen her ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
16. Introducer sistemi tekli steril orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve sterilizasyon şekli yazmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Evren TECEP
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip.Tec.No:122563

SMT1206-ASPIRASYON KATETERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Orafarenks ve trekea içindeki biriken salgıların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır. 5. Ürün travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır. 6. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır 7. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır. 8. Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır. 9. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir. 10. Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

For Marka Barba
D

SMT1140 SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, akciğerlerin solunum kapasitesini artırmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün 3 kanallı olmalı ve her kanalda bir top bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün 600, 900, 1200 cc/sn solunum egzersizi yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 4. Ürün insan ergonomisine uygun keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır. 5. Ürünün gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir. 6. Ürün gövdesi ile ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen, spiral yapıda emme/üfleme egzersizine uygun ürüne tam oturan borusu olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün tek kullanımlık ve ambalaj içerisinde olmalıdır. 8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 9. Ürün üzerinde, hasta adının yazılabileceği “Hasta Bilgi Etiketi” bulunmalıdır.

Dr. Mustafa Barlas

