



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 2330

KONU: 14 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

02/10/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ Firmamız tarafından temini mümkün ise **03/10/2023** saat **12:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alın yapılacaktır**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03/10/2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : H

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B	MODEL / KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİSTAL MEDİAL TİBİA PLAK	2	ADET	TV1790				
2	3,5 MM KİLİTLİ VİDA	20	ADET	TV1170				
3	3,5 MM KORTİKAL VİDA	15	ADET	TV1030				
4	4,0 MM KİLİTLİ CANSELLOS VİDA	15	ADET	TV1210				
5	4,0 MM CANSELLOS VİDA	10	ADET	TV1130				
6	3,5 MM KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2990				
7	5,0 MM KİLİTLİ VİDA	5	ADET	TV1190				
8	4,5 MM KORTİKAL VİDA	5	ADET	TV1050				
9	5,0 MM KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV3010				
10	3,5 MM PULL	2	ADET	TV5740				
11	DİSTAL FİBULA PLAK	1	ADET	TV1930				
12	2,7 MM-2,4 MM KİLİTLİ VİDA	8	ADET	TV1150				
13	2,7 MM-2,4 MM KİLİTLİ VİDA	8	ADET	TV1010				
14	1/3 TÜBÜLER PLAK	1	ADET	TV1610				
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yetenek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

3.5MM DİSTAL FİBULA PLAK TEKNİK ÖZELLİKLER

- Distal Fibula Plaklar Sağ Ve Sol (,4,5,7,9) Delik Seçenekleri Olmadır.
- Plağın Baş Kısımında Kilitli En Az 4 Adet 3.5mm Kilitli Vida Deliği Olmalıdır.
- Plağın Baş Kısımında Kilitli Vida Deliklerinin Her Biri Farklı Açılarda Olmalıdır.
- Plağın Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes) Olmalıdır.
- Plakların Alt Yüzeyleri Periosteumdaki Basıyı Azaltmak İçin Düşük Temas Yüzeyine Haiz Olmalıdır.
- Plağın Kalınlığı 2.7mm,Genişliği 9mm Olmalıdır. .(+ 0.1mm)
- Plakların Baş Kısımında En Az 3 Ad.Kirchner Deliği,Alt Uç Kısımında 1 Ad. Kirchner Deliği Bulunmalıdır.
- Plağın Materyali Pure Titanyumdan Üretilmiş Olmalıdır.
- Plaklar Anatomik Yapıda Olmalıdır.
- Plak 3.5mm Kilitli ,3.5mm Kortikal , 4.0 Mm Spongioz,3.5mm kanüllü kilitli Vidalar İle Kullanılmalıdır.
- Kilitli Kilitsiz Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
- 3.5mm Kilitli Vidalar 12mm-60mm Aralığında 3.5mm Kortikal Vidalar 12-60mm Aralığında İkişer Mm ,4.0mm Spongioz Vida 12-60mm Aralığında İkişer Mm Artan Ölçülerde Olmalıdır.
- Vidaların 3.5mm Kilitli Olanlar 5mm Yıldız Kafa Çapında ,3.5mm Diş Üstü Çapında ,3.5mm Kortikal Olanlar 6mm Ao Kafa Çapında,3.5mm Diş Üstü Çapında Olmalıdır
- Plağın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası,Üretici Firma Amblemi Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
- Vidaların Kilitli Yapıda Olanları Plağa Tam Olarak Gömülebilmesi İçin 20 Derece Açıya Sahip Ve Yivli Olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
- Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.

Distal Fibula Plak Sut Kodu : TV1930

2.7,2.4 Kilitli Vida Sut Kodu: TV1150

2.7,2.4 Kilitli Vida Sut Kodu: TV1010

3.5mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1170

3.5mm Kortikal Vida Sut Kodu:TV1030

4.0mm Kilitli Cancellous Vida Sut Kodu : TV1210

4.0 mm Cancellous Vida Sut Kodu :TV1130

3.5mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu :TV2990

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136861

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 147240121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ayhan YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

3.5MM / 4.5MM DİSTAL MEDİAL LATERAL TİBİA PLAK TEKNİK ÖZELLİKLER

- Distal Medial Plaklar Sağ Ve Sol (3,5,7,9,11,13) Delik Seçenekleri Olmadır.
 - Plağın Baş Kısmında Kilitli En Az 9 Adet 3.5mm Kilitli Vida Deliği Olmalıdır.
 - Plağın Şarft Kısmı 4.5mm Vida İle Kullanıma Uygun Olmalıdır.
 - Plağın Baş Kısmında Kilitli Vida Deliklerinin Her Biri Farklı Açılarda Olmalıdır.
 - Plağın Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes) Olmalıdır.
 - Plakların Uç Kısmı Perios Şeklinde, Uygulama Kolaylığı Açısından Kama Şeklinde Olmalıdır.
 - Plakların Alt Yüzeyleri Periosteumdaki Baskıyı Azaltmak İçin Düşük Temas Yüzeyine Haiz Olmalıdır.
 - Plağın Kalınlığı 3mm,Genişliği 14mm Olmalıdır. .(-+ 0.1mm)
 - Plakların Üst uç Kısmında En Az 1 Ad.Kirchner Deliği,Alt Uç Kısmında 1 Ad. Kirchner Deliği Bulunmalıdır.
 - Plağın Materyali Pure Titanyumdan Üretilmiş Olmalıdır.
 - Plaklar Anatomik Yapıda Olmalıdır.
 - Plak 3.5mm Kilitli ,5.0 mm Kilitli, 4.5 Mm Kortikal, 5.0 mm Spongioz,3.5mm kanüllü kilitli , 5.0mm kanüllü kilitli Vidalar İle Kullanılmalıdır.
 - Kilitli Kilitli Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
 - 3.5mm Kilitli Vidalar 10mm-60mm Aralığında İkişer Mm 5.0 Mm Kilitli Vida 20mm-90mm Aralığında Beş'er Mm Artan Ölçülerde 4.5 Mm Kortikal Vidalar 20mm -66mm Aralığında İkişer Mm Artan Ölçülerde Olmalıdır Olmalıdır.
 - 3.5mm Kilitli vidalar Yıldız Kafa Çapında ,3.5mm Kortikal vidalar Ao,5.0 Mm Vidaları Kilitli Olanlar 7mm Ao Kafa Çapında,5mm Diş Üstü Çapında,4.5 Kilitli Yapıda Olanları 8mm Ao Kafa Çapında 4.5 Mm Diş Üstü Çapında 3.5mm Kilitli Olanlar 5mm Yıldız Kafa Çapında ,3.5mm Diş Üstü Çapında Olmalıdır.
 - Plağın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası,Üretici Firma Amblemi Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
 - Vidaların Kilitli Yapıda Olanları Plağa Tam Olarak Gömülebilmesi İçin 20 Derece Açıya Sahip Ve Yivli Olmalıdır.
 - Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
 - Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
 - Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
 - Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
 - Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
 - Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.
-
- Distal Medial-Lateral Tibia Plak Sut Kodu : TV1790- TV1770
 - 3.5mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1170
 - 3.5mm Kortikal Vida Sut Kodu:TV1030
 - 4.0mm Kilitli Cancellous Vida Sut Kodu : TV1210
 - 4.0 mm Cancellous Vida Sut Kodu :TV1130
 - 3.5mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu :TV2990
 - 5.0mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1190
 - 4.5mm Kortikal Vida Sut Kodu: TV1050
 - 5.0mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu : TV3010
 - 3.5mm pull sut kodu : TV5740

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136861

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Dip.Tes.No:14245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

1/3 Tübüler Plak Teknik Özellikler

- Plaklar 'ın 4 Delikten Başlayıp 12 Deliğe Kadar Seçenekleri Olmalıdır.
 - Plağın Kalınlığı 1.2 Mm Genişliği 9mm Olmalıdır.(-+ 0.1mm)
 - Plağın Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes) Olmalıdır.
 - Dcp(Dynamic Compression Plate) Delik Formunda Olup, Ters Dcp Yapısı Sayesinde Kırık Hattında Kompresyon Yapma Özelliği Bulunmalıdır.
 - Plaklar Ve Vidalar Otoklova Girip Çıktıktan Sonra Herhangi Bir Renk Değişimine Uğramamalıdır.
 - Plakların Üst Uç Kısımında En Az 1 Ad. Kirchner Deliği, Alt Uç Kısımında 1 Ad. Kirchner Deliği Bulunmalıdır.
 - Plağın Materyali Pure Titanyumdan Üretilmiş Olmalıdır.
 - Plak 3,5 Mm Kilitli, 3,5 Mm Kortikal, 4.0 Mm Spongioz ve 3.5mm kanüllü kilitli Vidalar ile Kullanılmalıdır.
 - 3,5 mm Kilitli Vidaların Başları Yıldız Şeklinde Olmalıdır.
 - Vidalar Self Tapping- Self Drilling Özelliğine Sahip Olmalıdır.
 - Kilitli Kilitli Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
 - Vidalar 1.2mm-60mm Aralığında İkişer mm Artan Ölçülerde Olmalıdır.
 - Vidaları Kilitli Olanlar 5mm Yıldız Kafa Çapında, 3.50mm Diş Üstü Çapında, Kilitli Yapıda Olanları 6mm Ao Kafa Çapında 3.50 Mm Diş Üstü Çapında Olmalıdır.
 - Plağın Üzerinde Lazer Tekniği İle Lot Numarası, Üretici Firma Amblemi, Yön Gösteren İşaretlerin Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
 - Vidaların Kilitli Yapıda Olanları Plağa Tam Olarak Gömülebilmesi İçin 20 Derece Açıya Sahip Ve Yivli Olmalıdır.
 - Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
 - Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
 - Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
 - **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
 - **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**
-
- Tübüler Plak Sut Kodu : TV1610
 - 3.5mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1170
 - 3.5mm Kortikal Vida Sut Kodu:TV1030
 - 4.0mm Kilitli Cancellous Vida Sut Kodu : TV1210
 - 4.0 mm Cancellous Vida Sut Kodu :TV1130
 - 3.5mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu :TV2990

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136861

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali İbrahim KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 14125/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972