



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 2347

KONU: 11 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

04/10/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 04/10/2023 saat 16:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alınacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 04/10/2023 tarihinde saat 16:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : AYŞEGÜL YETER

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİSTAL FİBULA PLAK	1	ADET	TV1930			
2	2,7 MM-2,4 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1150			
3	2,7 MM-2,4 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1010			
4	3,5 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1170			
5	3,5 MM KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1030			
6	4,0 MM KİLİTLİ VİDA	5	ADET	TV1210			
7	4,0 MM KANSELLÖZ VİDA	5	ADET	TV1130			
8	3,5 MM KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2990			
9	4,5 MM KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2930			
10	PUL	3	ADET	TV5740			
11	7,3 MM KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2950			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA
Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

4.5 MM KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4,5mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir.
 - Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm -32mm ve full yivli vidalar 30-70mm arası boylarda olmalıdır.
 - 32 yivli kanüllü vidalar 35mm – 70mm arası boylarda.
 - Full yivli kanüllü vidalar 50mm – 65mm arası boylarda olmalıdır.
 - Düz Pul; 4.5/4,5mm çapında olmalıdır.
 - Ucu yivli Kirschner teli 1.5mm çapında, 280mm uzunluğunda olmalıdır.
 - Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
 - Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
 - Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
 - Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
 - **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
 - **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**
-
- 4.5 mm Kanüllü Vida Sut Kodu : TV2930
 - Pul Sut Kodu : TV5740

7.3 MM KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ÖZELLİKLER

- 7,3mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir. Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm -32 mm ve tamamı full yivli yapıda olmalıdır. 16mm yivli vidalar 50-120mm arası boylarda beş'er mm artan boylarda olmalıdır.
 - 32mm yivli vidalar 50-120mm arası beş'er mm artan boylarda olmalıdır.
 - Full yivli vidalar 70-110mm arası beş'er mm artan boylarda olmalıdır.
 - Düz Pul; 7,3 mm çapında olmalıdır.
 - Ucu yivli Kirschner teli 2.5mm çapında, 280mm uzunluğunda olmalıdır.
 - Vidanın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası, Üretici Firma Amblemi , Size Gösteren İbare Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
 - Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
 - Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
 - Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
 - Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
 - **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
 - **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**
-
- 7.3 mm Kanüllü Vida Sut Kodu : TV2950
 - Pul Sut Kodu : TV5740

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 172451/21619

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 172451/21619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 172451/21619

3.5MM DİSTAL FİBULA PLAK TEKNİK ÖZELLİKLER

- Distal Fibula Plaklar Sağ Ve Sol (,4,5,7,9) Delik Seçenekleri Olmadır.
- Plağın Baş kısmında Kilitli En Az 4 Adet 3.5mm Kilitli Vida Deliği Olmalıdır.
- Plağın Baş kısmında Kilitli Vida Deliklerinin Her Biri Farklı Açılarda Olmalıdır.
- Plağın Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes) Olmalıdır.
- Plakların Alt Yüzeyleri Periosteumdaki Baskıyı Azaltmak İçin Düşük Temas Yüzeyine Haiz Olmalıdır.
- Plağın Kalınlığı 2.7mm,Genişliği 9mm Olmalıdır. .(+ 0.1mm)
- Plakların Baş kısmında En Az 3 Ad.Kirchner Deliği,Alt Uç kısmında 1 Ad. Kirchner Deliği Bulunmalıdır.
- Plağın Materyali Pure Titanyumdan Üretilmiş Olmalıdır.
- Plaklar Anatomik Yapıda Olmalıdır.
- Plak 3.5mm Kilitli ,3.5mm Kortikal , 4.0 Mm Spongioz,3.5mm kanüllü kilitli Vidalar İle Kullanılmalıdır.
- Kilitli Kilitli Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
- 3.5mm Kilitli Vidalar 12mm-60mm Aralığında 3.5mm Kortikal Vidalar 12-60mm Aralığında İkişer Mm ,4.0mm Spongioz Vida 12-60mm Aralığında İkişer Mm Artan Ölçülerde Olmalıdır.
- Vidaların 3.5mm Kilitli Olanlar 5mm Yıldız Kafa Çapında ,3.5mm Diş Üstü Çapında ,3.5mm Kortikal Olanlar 6mm Ao Kafa Çapında,3.5mm Diş Üstü Çapında Olmalıdır
- Plağın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası,Üretici Firma Amblemi Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
- Vidaların Kilitli Yapıda Olanları Plağa Tam Olarak Gömülebilmesi İçin 20 Derece Açıya Sahip Ve Yivli Olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
- Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.

Distal Fibula Plak Sut Kodu : TV1930
2.7,2.4 Kilitli Vida Sut Kodu: TV1150
2.7,2.4 Kilitli Vida Sut Kodu: TV1010
3.5mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1170
3.5mm Kortikal Vida Sut Kodu:TV1030
4.0mm Kilitli Cancellous Vida Sut Kodu : TV1210
4.0 mm Cancellous Vida Sut Kodu :TV1130
3.5mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu :TV2990

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali V. KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 126681

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 79972