



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 **2367**

KONU : 5 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

05/10/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **05/10/2023** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapacağımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05/10/2023** tarihinde saat **15:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

HASTA : GÜLSÜM ERDOĞA

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROKSİMAL FEMORAL İNTRAMEDÜLELER ÇİVİ	1	ADET	TV5340			
2	PROKSİMAL LAG VİDASI	1	ADET	TV5470			
3	PROKSİMAL RECON KOMPRESYON	1	ADET	TV5460			
4	DİSTAL KİLİTLEME VİDASI	2	ADET	TV5500			
5	TEPE VİDASI	2	ADET	TV5380			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA
Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

PROKSİMAL FEMORAL INTRAMEDÜLLER ÇİVİ (ENTEĞRE PROKSİMAL KOMPRESYON BOYUN VİDALI)

1. Çivi cerrahi girişime uygun ve uluslararası kalite standartlarına uygun titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
2. Femur trokanterinin tipinden çakılmaya uygun olmalıdır.
3. Çivinin proksimali rotasyonel stabiliteyi artırmak ve Z etkini elemine etmek için trapezoidal yapıda olmalıdır.
4. Çivi 5° (±1) proksimal valgus açısına sahip olmalıdır.
5. Çivi kollum femoris kırıklarında ,intertrokanterik kırıklarda ve üst subtrokanterik kırıklarda kullanıma uygun olmalıdır.
6. Çivinin uç kısmındaki slot ile post-op distal kırıklar ve ağrılar minimuma indirgenmiş olmalıdır.
7. Çivinin proksimal kısmı 16 (±1)mm olmalıdır.
8. Çivinin üretimi sırasında proksimal kanalına yerleştirilmiş olan set vidası bulunmalıdır ve bu vida proksimal entegre vida sistemini kilitleyerek bu vidaların geri gelmesini engellemelidir.
9. Çiviler 10-11.5-13 mm çap seçeneklerine sahip olmalıdır.
10. Standart setlerde 20 cm boy seçeneği olmalıdır.
11. Çivilerin proksimal kısmı ve distali özel eksternal kılavuz sistemi ile kilitlenebilir olmalıdır.
12. Çivinin distal deliği hem dinamik hem de statik kilitlemeye uygun olmalı ve standart çivilerde aynı eksternal kılavuz üzerinden gönderilebilmelidir.
13. Çivinin proksimal kilitlemesi birbirine entegre olan 11(±0,5) mm çapa sahip lag vidası ve 7(±0,5)mm çapa sahip kompresyon vidası ile kilitlenebilmelidir, bu vidalar birbiriyle kilitlenmeye uygun yapıda olmalıdır. Bu sayede çivi üzerinden kontrollü kompresyon yapılabilirdir.
14. Çivinin çakma seti minimal invaziv cerrahi için uygun olmalı ve çakma setinde esnek oyuncu aparatları bulunmalıdır.
15. Çivinin 130° açı ile femur boynuna proksimal vida göndermeye uygun olmalıdır.
16. Proksimal lag Vidası cerrahi girişime uygun ve uluslararası kalite standartlarına uygun titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
17. Çivinin proksimal kilitlemesi 11(±0,5) mm çapa sahip lag vidası ve 7(±0,5)mm çapa sahip kompresyon vidası ile kilitlenebilmeli ve bu vidalar birbirine entegre olarak uygulanabilmelidir. Bu sayede çivi üzerinden kontrollü kompresyon yapılabilirdir.
18. Proksimal lag vidalarının 70-120 mm arası boy seçenekleri olmalıdır.
19. Proksimal recon kompresyon vidalarının 65-115 mm arası boy seçenekleri olmalıdır.
20. Çivinin proksimal kilitlemesi 11(±0,5) mm çapa sahip lag vidası ve 7(±0,5)mm çapa sahip recon kompresyon vidası ile kilitlenebilmeli ve bu vidalar birbirine entegre olarak uygulanabilmelidir. Bu sayede çivi üzerinden kontrollü kompresyon yapılabilirdir.
21. Distal vidalar 5.0 mm çapında ve 25-50 mm arasında uzunluğunda olmalıdır.
22. Distal vidalar kendinden yiv açma özelliğine sahip olmalıdır.

Ürün Sıra No	Malın / İşin Cinsi	SUT Kodu	Adet
1	PROKSİMAL FEMORAL INTRAMEDÜLLER ÇİVİ	TV5340	1
2	PROKSİMAL LAG VİDA	TV5470	1
3	PROKSİMAL RECON KOMPRESYON	TV5460	1
			1
4	DİSTAL KİLİTLEME VİDASI	TV5500	2
5	TEPE VİDASI	TV5380	2

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 147245/12161

NAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 147245/12161