

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF ORTOPEDİ MALZEMESİ ALIM

12.12.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 12.12.2022 saat 15:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 12.12.2022 tarihinde saat 15:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ	1	ADET	AE0920			
2	ÇİFT SÜTÜRLÜ LİFT FİXTATION	1	ADET	AE1070			
3	FEMORAL FİXTATION BUTTON	1	ADET	AE1090			
4	TİTANYUM İNTERFERANS VİDASI	1	ADET	AE1660			
5	PEEK İNTERFERANS	1	ADET	AE1620			
6	TROKAR TIP GÜİDE PİN	1	ADET	AE2310			
7	FLEXİBLE GÜİDE PİN	1	ADET	AE2320			
8	LİGAMENT STAPLE	1	ADET	AE1030			
9	SÜTUR GEÇİRİCİ NİTİNOL TEL	1	ADET	AE2320			
10	RF PROBU	1	ADET	AE2410			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/al/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİRİ İMPLANTLARI VE YARDIMCI ÜRÜNLER

1.GRUP	ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYON MALZEME TAMİR SETİ	PAKET KODU:AE0920	
1	ÇİFT SÜTÜRLÜ LİFT FIXATION İMPLANT	AE1070	1
2	FEMORAL FIXATION (BUTTON) İMPLANT	AE1090	1
3	TİTANYUM İNTERFERANS VİDASI	AE1660	1
4	PEEK İNTERFERANS VİDASI	AE1620	1
5	TROKAR TIP GUIDE PIN	AE2310	1
6	FLEXIBLE GUIDE PIN	AE2320	1
7	LIGAMENT STAPLE	AE1030	1
8	SÜTUR GEÇİRİCİ NİTİNOL TEL	AE2320	1
9	RF PROBU	AE2410	1

Femoral Fiksasyon Asansör Askı Sistemi Teknik Özellikleri (AE 1070)

- Femoral veya tibial tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.
- İmplantın alt kısmında graftın asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde askısı olmalıdır.
- Loop kısmı oluşturan sütünun uzunluğu min. 100 cm olmalı ve çoklu bağ tamirlerine (ACL & PCL) olarak sağlamalıdır.
- Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.
- Zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları mevcut olmalıdır.
- Düğme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet ve dört adet sütün deliği seçeneği olmalıdır.
- Düğme implantının dört delikli seçeneğinde düğmeyi asmak için kullanılan iplerin birbirinden farklı renk olması gerekir.
- Düğme implantların loop çekme ipleri tercihe göre alttan veya üstten çekmeli seçeneği olmalıdır
- İmplantın Loop askı suturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) olmalıdır.
- İmplantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.
- Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme suturu hazır olarak bulunmalıdır.

Femoral Askı Sistemi Teknik Özellikleri (AE1090)

- Titanyum ve UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) Materyalden İmal Edilmiş Olmalıdır.
- Greftin Ortasından Geçip Asacak Şekilde Düğümsüz(Continuous Loop) olarak Yapılmış Bir İpliğe Sahip Olmalıdır.
- Düğümsüz İplik Dört Delikli Titanyumdan İmal Edilmiş Bir Düğme Üzerinde Olmalıdır..
- Düğümsüz İplik Uzunluğu 15 mm İle 60 mm Arasında Uzunluklarda Ve 5'er mm Artışlarla Olacaktır.
- Düğmenin Boşta Kalan Deliklerinden Konumlandırılmasında Yardımcı Olacak İki Farklı Renkte Sağlam Çekme İplikleri Geçirilebilecektir.
- İmplant Tekli Steril Paketlerde Kullanıma Hazır Halde Olacaktır. Steril Süresi Teslim Tarihinden İtibaren En Az 2(iki) Yıl Olacaktır.
- Uygulama İçin Gerekli Yardımcı Malzeme Ve Setler Yüklenici Firma Tarafından, Mülkiyeti Yüklenici Firmada Kalmak Şartıyla Ameliyatlara Servis Yapılacaktır.

PEEK İnterferans Vidası Teknik Özellikleri (AE 1620)

- Öncapraz ve arkapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.
- Üretim maddesi PEEK olmalıdır.
- Dış çap yiv yapısı tendonu kesmeyecek şekilde yumuşatılmış ve geniş aralıkta olmalıdır.
- Uca doğru daralan konik yapı şeklinde olmalıdır.
- Dış çaplar 7, 8, 9, 10 ve 11 mm, boyları 25, 28 ve 30 mm uzunluklarında olmalıdır.
- Vidalar 7 mm nin ayrı 8,9,10 ve 11 mm ayrı tornavida seçeneği olmalıdır.
- Vida arkası tam yuvarlatılmış ve tüm yivli seçenekleri olmalıdır. İç kısmı kanüllü olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

- İç kısımdaki kanül 1,2 mm çapında olmalıdır.
- Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

Titanyum İnterferans Vidası Teknik Özellikleri (AE1660)

- Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.
- Üretim maddesi titanyum olmalıdır.
- Dış çap yiv yapısı tendonu kesmeyecek şekilde yumuşatılmış ve geniş aralıkta olmalıdır.
- Uca doğru daralan konik yapı şeklinde olmalıdır.
- Vidalar altıgen tornavidaya uyumlu olmalıdır.
- Dış çaplar 7, 8, 9, 10 ve 11 mm, boyları 25, 38 ve 30 mm uzunluklarında olmalıdır.
- Vida arkası tam yuvarlatılmış ve tüm yivli seçenekleri olmalıdır. İç kısmı kanüllü olmalıdır.
- İç kısımdaki kanül 1,8 mm çapında olmalıdır.
- Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

Bağ Staple (U Staple) (AE 1030)

- Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalıdır.
- U Şeklinde Olmalı Ve İç Orta Kısımında Kaymayı Engelleyecek Dişleri Olmalıdır.
- Ayak Uzunluğu Max. 21 mm Olmalıdır.
- Üretim Maddesi Titanyum olmalıdır.
- Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları Olmalıdır.
- Dış Genişliği Maksimum 14 mm, İç Genişliği Maksimum 8 mm Olmalıdır.
- Kilitli ve serbest çakıcısı ile kullanılabilir olmalıdır.
- Çakıcının tutabilmesi için her iki yanında çizgi şeklinde çeltik bulunmalı.

Passing Pin Teknik Özellikleri (AE2310)

- Çapı 2,4mm olmalıdır.
- Uzunluk 43,5 cm olmalıdır.
- Ucu yivli drill tip veya trokar tip olmalıdır.
- Yiv uzunluğu 1,4 mm olmalıdır.
- Paslamaz çelik olmalıdır.
- Arkası 8 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa Çiğdem GÜRSOY
Dip. Tes. No: 140293 - 140297
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619