

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -243

KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF VE 1 KALEM TIBBİ CİHAZ MALZEME ALIM

08.03.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **10.03.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halime tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10.03.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Narup KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	GUYON J098.02 KATATER KILAVUZ 36,5 CM	6	ADET				
2	NABATOFF(DAMAR TEMİZLEME SETİ) J 500.00	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1: Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin teklif cetvelinde belirtilmesi zorunludur, aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

Madde 2: Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden üretilmeyecek, ve mat olacaktır.

Madde 3: Malzemelerin her birinin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, markası, CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de "Stainless Steel" ibaresi lazer tekniği ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir. İştirakçi firmalar bunu kabul ettiğini belirtir taahhütname vereceklerdir. Ayrıca her cerrahi alet üzerinde üretildiği bölümü, kullanılan hammaddenin türünü, son kontrollerin yapıma şeklini ve gönderildiği ülke bilgilerinin takibinin yapılması amacıyla datamatrix sistemi bulunmalıdır. Aletlerin üzerinde bulunacak datamatrix barkod kodları, tüm datamatrix barkod kodları ile uyumlu çalışabildiğinden isteklilerin teklif edecekleri ürünler ve teklif dosyası içerisinde sunacakları ürün numuneleri de bu şarta uygun olacaktır.

Madde 4: Alınacak aletler 134 derece otoklavda gazlı ve buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.

Madde 5: Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammadresinin Uluslar arası Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacaktır. Arica çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1(bir)den fazla bulunmamalıdır. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge noter tasdikli olarak, yabancı dilde verilecek olanlar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak verilecektir.

Madde 6: Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece Üniversite Hastaneleri ve Devlet hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır. Verilen referans listesi kurum adı, telefon ve faksı detaylı olarak vereceklerdir. İştirak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünlerin, kamu hastaneleri referansları araştırılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olumsuz rapor var ise teklifleri dikkate alınmayacaktır.,

Madde 7: İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen bir veya birden fazla SET'e teklif verebilecekleri gibi set'lerin tamamına da teklif verebilirler. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set içerisindeki ürünlerin tamamına ve aynı marka ile teklif vermeleri zorunludur. Teklif edilen cerrahi aletler, konteynerler ve sepetler aynı marka olacaktır.

Madde 8: İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir. Kataloglar Türkçe açıklamalı olmalıdır İhtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında, isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adedi barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. (Örneği aşağıda belirtilmiştir). Bu belgeyi vermeyen ve ya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir.

SIRA NO	TANIMLAYICI ÜRÜN REFERANS KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN MARKA	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AIT KATALOG SAYFA NO	ÜTS ÜRÜN BARKOD NO

Madde 9: İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartnameye ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri reddedilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Hakan AK
Dış. Tıp. No: 103354
Ünvanlı Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ
Uzmanı
Dış. Tıp. No: 12723114535

[illegible]

dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için deęerlendirme dıřı kalacaktır ve teklifleri deęerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler szleşme esnasında firmalara iade edilecektir.

Madde 21: Numuneler elle, gzle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdağilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdağilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması , ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi deęerlendirme dıřı kalacaktır. Numunelerin veya ambalajlarının üzerine set adı ve sıra numarası yazılmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Hakan AK
Dip.Tes.No: 103354
Ortopedi Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ORTOPEDİ KLİNİĞİ
Ortopedi Uzmanı
Dip.Tes.No: 10723/14535

DAMAR TEMİZLEME SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Damar temizleme seti içerisinde 1 adet "T" sap, 1 adet boyu en az 900 mm esnek kablo olmalıdır.
- 2- Damar temizleme seti içerisinde 1 adet elastik uçlu sonda, 1 adet metal sonda olmalıdır.
- 3- Damar temizleme seti içerisinde çapları 6,9,12 ve 15 mm olan , 4 farklı çapta metal uçlar olmalıdır.
- 4- Sondalar ve metal uçlar esnek kabloya sağlam bir şekilde vidalanabilir özellikte olmalıdır.
- 5- Sonda ve metal uçların yüzeyleri pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.
- 6- Damar temizleme setini oluşturan parçalar AISI 304 kalite malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 7- Damar temizleme setini oluşturan parçaların bir arada saklanabileceği, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş metal kutusu olmalıdır.

MANİGA / DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Murat TEKİN
Kalp ve Damar Cerrahisi
Diy. No: 98341/120843