

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934 01

KONU: 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

23/12/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 27/12/2022 saat 12:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 27/12/2022 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Aşhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EMG ELEKTROT TAB	10	PAKET				
2	UPS CİHAZI AKÜSÜ	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

DİSPOSABLE TAB/YAPIŞKAN ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Neurosoft marka cihazlarla % 100 uyumlu olmalıdır.
- 2.Emg çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 3.Özel iletken olmalıdır.
- 4.Yapıştığı yerde iz yada kalıntı bırakmamalıdır.
- 5.Birden fazla yapışıp söküle bilme özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmalıdır.
- 6.Her pakette 100 adet olmalıdır.
- 7.crocodile elektrot ile kullanılabilmelidir.
- 8.Allerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
9. Ag/AgCl içermelidir.
- 10.Tekliflerle birlikte numune gönderilmelidir.
11. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğu ve teklif edilen malzemenin titubb da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir.Faturada UBB kodu yazılı olacaktır.
- 12.Malzemenin garanti süreci 12 (oniki) ay olacaktır.
- 13.MALZEMELERİN TESLİM YERİ AMBAR AYNİYAT BİNASI BİYOMEDİKAL DEPOSU OLACAKTIR.

Manisa Yat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Feriye F. DİĞİZEZ SONMEZ
Diy. Tes. No: 172240
Kardioloji Uzmanı

Manisa Yat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Anıl BULLUT
Kardioloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 138544



KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi bilgi işlem sistem salonu swich ünitesini besleyen ENEL marka 10 KVA lık kesintisiz güç kaynağında kullanılmak üzere 20 adet kuru tip bakımsız akünün montaj hariç alımını kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

1. Aküler bakım gerektirmeyen kuru tip akü, VRLA teknolojisine uygun olarak üretilmiş EUROBAT sertifikasına sahip olmalıdır
2. Aküler CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
3. Akü çıkış terminalleri çıkabilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olmalıdır
4. Dış kutu aside paslanmaya darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmamalıdır
5. Akülerin kapasitesi artırılmak istendiğinde aynı şartlarda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilmelidir.
6. Aküler ithal eden firma tarafından standartlara uygun şekilde saklanmış olmalı, imal ile montaj tarihi arasındaki süre 60 günü geçmeyecektir. Aksi durumda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
7. Akünün nominal voltajı 12 V, 7A olmalıdır
8. Teklif edilen ürünler 1.7 volt/hücre kesme geriliminde ve 20 C derecede kapasite seçimi K20 ye göre yapılmış olmalıdır
9. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
10. Akü kutusu üzerinde imalatçı firma adı, uyduğu standartlar, 20 C de K10 ve K20 kapasitesi gerilimi, amperi, kutup başlarının polaritesini belirtir işaretler sonradan değişmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır
11. Aküler kullanım süresi boyunca dengeleme şarjına ihtiyaç duymamalıdır
12. Derin deşarja dayanıklılık garanti süresi ve ömür beklentisi üretici tarafından idareye sunulmalıdır
13. Yüklenici teslim aldığı atık aküler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış bertaraf belgesini idareye sunmakla yükümlü olacaktır.
14. Yüklenici akülere ait fabrika test sonuçları ihale dokümanında yer almalıdır
15. Teklif veren firmalar teknik şartnameye birebir uyduğunu beyan eden teknik şartnameye cevap nüshalarını imzalı şekilde ihale dokümanında sunmalıdır



Kadir Dincelmez
Talebe Tarafından