



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU : 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

26/10/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 30/10/2023 saat 12:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka 30/10/2023 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL
	DAHİLİ : 1511

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.							
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SU ARITMA ÜNİTESİ FİLTRESİ ENDOTOKSİN	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

Bakteri ve Endotoksin Ultra Filtre Şartnamesi

1. Bakteri ve Endotoksin filtre saf su dağıtım sirkülasyon pompası kapasitesinde 25C en az 1-3,7 m3/saat 720L/h su geçişi sağlamalıdır. 10-12 hemodiyaliz cihazını besleyecek kapasitede olmalıdır.
2. Saf sudaki olabilecek bakteri ve endotoksin Avrupa farmakopedansın'da ki limitlere düşürebilecek nitelikte olmalıdır.
3. Ultra filtre modülünün çapı en az 7,5-8,5 cm ve boyu ise 30veya110 cm olmalı ve gözenek çapı en çok 10 KDa – 100KDa büyüklükte olmalı ve membran efektif alanı en az 2 veya 8 m2 olmalıdır.
4. 1m3/saat veya 3,7m3/saat saf su geçirildiğinde basınç kaybı en çok 0,3-0.6 bar arasında olmalıdır.
5. Elektrik sarfiyatına yol açacak şekilde olmamalıdır.
6. Bakteri ve Endotoksin filtresinin çalışma ve kimyasal dezenfeksiyon sırasında ph aralığı 1-14 olmalıdır.
7. Bakteri ve endotoksin filtre dış kabı FRP mamul veya şeffaf yapıda olmalıdır.
8. İstenildiğinde atığı olmaksızın da çalıştırılabilmelidir.
9. Ters yıkanabilmeli ve Giriş Çıkış paslanmaz Çelik'ten mamul manometreler bulunmalı ve basınç kaybı gözlenebilmelidir
10. İç yapısı polyether sulfone hollow fiber membran yapıda olmalıdır. Yapışkan malzemesi epoxy reçine olmalıdır.
11. Bakteri ve Endotoksin filtresi orijinal ambalajı olmalı ve içerisinde %1-%2 koruyucu solüsyon içermelidir
12. Yüklenici firma endotoksin filtrenin montajında yapmalıdır.
13. Montajı ve gerekli revizyonu yüklenici firma yapacaktır.
14. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 ve/veya TSE 13703 Hizmet Yeterlilik Belgesi ISO 9001 - 2015 , ISO 14001:2018, ISO 1002:2018 , ISO45001:2018 belgelerine sahip olmalıdır.
15. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

İlkay UZ

Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

