

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 25
KONU: 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

09.01.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **13.01.2020** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **13.01.2020** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI,FLEKSİBLE GASTROSKOPİ TELESKOBU YETİŞKİN	1	ADET				
2	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE KOLONOSKOPİ TELESKOBU YETİŞKİN	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HD VIDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygundur ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır.
2. Video gastroskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
3. Video gastroskopun saha görüş derinliği 2-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video gastroskopun insertion tüp dış çapı 9,3 mm olmalıdır.
6. Video gastroskopun distal dış çapı 9,2 mm. olmalıdır.
7. Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı 2.8 mm olmalıdır.
8. Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.100 mm, toplam uzunluğu ise 1.400 mm olmalıdır.
9. Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 210 derece, aşağı 90 derece, sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Video gastroskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Diy. Tesc. No: 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mehmet ULUMAZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Diy. Tesc. No: 45067

VIDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Video gastroskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
3. Video gastroskopun saha görüş derinliği 4-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video gastroskopun insertion tüp dış çapı 9,3 mm olmalıdır.
6. Video gastroskopun distal dış çapı 9,4 mm. olmalıdır.
7. Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı 2.8 mm olmalıdır.
8. Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.100 mm, toplam uzunluğu ise 1.400 mm olmalıdır.
9. Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 210 derece, aşağı 90 derece, sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Video gastroskop ünite kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Serdar YILMAZ
Dip. Tes. No: 51307
Genel Cerrahi Uzmanı

HD VIDEO KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır.
2. Video kolonoskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
3. Video kolonoskopun saha görüş derinliği 2-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı 12,0 mm olmalıdır.
6. Video kolonoskopun distal dış çapı 12,0 mm. olmalıdır.
7. Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı 3.8 mm olmalıdır.
8. Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.690 mm, toplam uzunluğu ise 1.990 mm olmalıdır.
9. Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece, aşağı 180 derece, sağa 160 derece, sola 160 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Video kolonoskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Tes. No. 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cengiz MAZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Tes. No. 41806

VIDEO KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Video kolonoskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
3. Video kolonoskopun saha görüş derinliği 3-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı 12,8 mm olmalıdır.
6. Video kolonoskopun distal dış çapı 12,8 mm. olmalıdır.
7. Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı 3.8 mm olmalıdır.
8. Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.690 mm, toplam uzunluğu ise 1.990 mm olmalıdır.
9. Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece, aşağı 180 derece, sağa 160 derece, sola 160 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Video kolonoskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes. No. 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Nurettin YILMAZ
Dip.Tes. No. 41807
Genel Cerrahi Uzmanı

FUJIFİLM 600 SERİ ENDOSKOPLARIN 530 SERİ ENDOSKOPLARDAN FAZLA OLAN EK ÖZELLİKLERİ:

CMOS TEKNOLOJİSİ;

Megapixel CMOS görüntü sensörü ile 600 serisi endoskoplar süper yüksek çözünürlüklü görüntüler üretirken daha az gürültü ve parlak görüntüleri fark edebilir özelliktedir. CMOS sensörü analog sinyali dijital olarak değiştirebilir ve iletim sırasında dijital sinyal dışarıdan gelen gürültüden çok daha az etkilenir. Bu sayede daha iyi gözlem ve teşhis mümkün olur. Saniyede 60 Fps pixel görüntü işleyen sensörü vardır.

CLOSE FOCUS TEKNOLOJİSİ;

Yeni tasarlanmış yüksek performanslı optik sistem 2mm'ye kadar yakın odak gözlem yeteneğini geliştirmektedir. Bu sistem yakın çekimden uzak görüntülere kadar yüksek performanslı gözlemlerlere yardımcı olur.

ANTİ BLUR FONKSİYONU;

Bu özelliği görüntülerin keskin ve net olarak görüntülenebilmesi için birden fazla görüntüden en iyi hareketsiz görüntüyü ayıklayıp ekranda görülmesine yardımcı olur.

WATER JET BAĞLANTI ÖZELLİĞİ;

600 serisi Gastroskop ve Kolonoskop cihazlarının özel Water Jet kanalı ve bağlantısı mevcuttur, bu fonksiyon basınçlı su ile işlem esnasında yıkama yapılmasını sağlar. Water Jet cihazı olan endoskopi sistemlerinde özel bağlantı kanalı ile cihaza bağlanan hortumu ile mevcut su tankından aldığı suyu örneğin kanamalı durumlarda veya protein kalıntılarında basıncı su ile yıkama yapmayı çok kolaylaştıran bir uygulamadır.

COLO ASSIST II ÖZELLİĞİ;

Colo Assist II özelliği 600 serisi kolonoskopları işlem esnasında 530 seri kolonoskopa göre daha rahat ve kolay manevra yapabilme özelliği sağlamaktadır. Bu özellik hasta açısından daha konforlu bir tedavi, hekim açısından daha kolay ve rahat işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Tes. No. 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. C. YILMAZ
Dip Tes. No. 15067
Genel Cerrahi Uzmanı