



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

31/10/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **03/11/2023** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **03/11/2023** tarihinde saat **16:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KATETER BAKIM SETİ	500	ADET				
2	FİSTÜL BAKIM SETİ	1.000	ADET				
3	DİYALİZ FİSTÜL İĞNESİ ARTER 16 G	1.000	ADET	NF1011			
4	DİYALİZ FİSTÜL İĞNESİ VEN 16 G	1.000	ADET	NF1011			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
MANAVGAT / ANTALYA

ARTER/VEN FİSTÜL İĞNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Fistül iğneleri tek kullanımlık olmalıdır.
- 2.Bir takım:Arter ve Ven olmak üzere iki parça olmalıdır.
- 3.İğnenin arter yada ven olduğunu anlamak amacıyla ambalajın en az bir tarafı şeffaf olmalıdır..Arter ya da ven olduğunu kolayca gösteren bir emare bulunmalıdır.
- 4.Tüp uzunlukları 15 cm-30cm ve klempili olacak.
- 5.İğneler ince duvarlı ve keskin uçlu olmalıdır.Arter iğnesi çift delikli ve döner başlıklı olmalıdır.
- 6.İğne ucunda ayrıca koruyucu plastik kılıfı,kan seti tarafında koruyucu plastik kapak olmalıdır.
- 7.İğneler giriş yerinde daha az tahribata neden olmasından dolayı iyi silikonize edilmiş olmalıdır.
- 8.Her iki iğne boyları 1,6cm-2cm olmalıdır.
- 9.Her birinde pozisyon sabitleme keleşbeęi olmalıdır.
- 10.İğne çapları 1-3mm olmalıdır.
- 11.Arter/Ven fistül eto,buhar,gamma ile steril olmalıdır. Steril yöntemi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.Sterilizasyon süresi en az 2 (iki)yıl olmalıdır.
- 12.Fistül iğneleri ünitenin isteęi doğrultusunda 16guage,17 guage olabilmelidir.
13. Tüm üniversal setlere uyumlu olmalıdır
14. Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan ürünlerin deęiştirilecektir.
15. Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve üretici firma adı üzerinde yazılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

İLKAY UZ
Diy.Sorm.Hemş.

SMT3883 KATETER KİTİ BAKIM SETİ, GİRİŞ ÇIKIŞ

SMT Temel İşlevi:	1. Diyaliz kateter setler ve fistüllerinin bakım için tasarlanmış medikal ürün olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün diyaliz kateterleri için kullanılan giriş çıkış seti ve/veya fistül bağlantı için kullanılan çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş kullanıma hazır olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	Set içerikleri aşağı şekilde sunulmalıdır. <u>Diyaliz Giriş fistül bakım Seti:</u> a. spanç, 2 (iki) adet, yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden (%70 viskon ,%30 polyester non-woven kumaştan), 4katlı 7(±2)cm *7(±2) cm. ebadında. b. Anti-alerjik yapıda eldiven 2 (iki) adet c. Kol altı örtüsü 1 (bir) adet 40 (±2)cm* 55(±2)cm ve/veya 50(±2) *55(±2) cm (±2) ölçüsünde d. Anti-alerjik flaster 8 (sekiz) adet, en az 1,5 cm*15cm ve/veya en fazla 2,5cm*15cm ölçüsünde e. Swab mendil 2 adet alkol içerikli 5(±2)cm*10(±2)cm ölçüsünde <u>Diyaliz Çıkış fistül bakım Seti:</u> a. spanç, 4 (dört) adet, yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden (%70 viskon ,%30 polyester non-woven kumaştan), 4katlı 7(±2)cm *7(±2) cm. ebadında. b. Anti-alerjik yapıda eldiven 2 (iki) adet c. Hemostatik Bası Bandı 2 (iki) adet 40(±2) cmx70(±2)cm ölçüsünde d. Anti-alerjik Hasta Eldiveni 1 (Bir) adet <u>Diyaliz Giriş Kateter Bakım Seti İçeriği:</u> a. Spanç,4 (dört) adet, yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden (%70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan) 4 katlı, 7(±2)cm *7(±2) cm. ebadında. b. Anti-alerjik pudrasız nitril eldiven, cerrahi yöntemle katlanmış, 2 (iki) adet

SMT3883 KATETER KİTİ BAKIM SETİ, GİRİŞ ÇIKIŞ

	c. Kateter örtüsü 1 (bir) adet 30(±5) cm. x 40(±5) cm. ölçülerinde yüksek emicilik özelliği olan, üzerinde hazır kesiği olan kateter altı örtüsü olmalıdır. d. Yara pedi 1 (bir) adet 10 cm. x 10 cm. ölçüsünde <u>Diyaliz çıkış katater bakım Seti:</u> a. spanç 4 (dört) adet,(%70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan) 4 katlı, , 7(±2)cm *7ölçüsünde. b. Anti-alerjik pudrasız nitril eldiven, cerrahi yöntemle katlanmış, 2 (iki) adet c. Kateter kesesi 1 (bir) adet, 5(±2) cm.*20(±5) cm. ölçüsünde olmalıdır. e. Fix flaster (sabitleyici olarak kullanılan), Kесе üzerine yapışık halde en az 5cm* 10 cm en fazla 7.5*10 cm ebatlarında olmalıdır. d. Kateter stoperi 2 (iki) adet
Genel Hükümler:	e. Tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir. f. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.