

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 282
KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

16.03.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **17.03.2021** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17.03.2021** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hanan KARAHAN
İdare ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SPESMEN ÇIKARTMA TORBASİ	30	ADET	OR2890			
2	DREN JACKSON-PRATT 400 ML	20	ADET				
3	LAPAROSKOPİK KLİPS ATICI 10 MM M/L	30	ADET	OR2970			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SPESMEN ÇIKARMA TORBASİ ORTA

1. Endoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Endoskopik spesmen torba sisteminin şaftı 5-10-15mm çapında olmalıdır.
3. Torba hacmi 0-250 ml arası küçük, 251-750 ml arası orta, 751-1500 ml arası büyük ve 1500 ml üstü ekstra büyük olarak tanımlanır.
4. Endoskopik spesmen torba sisteminin kanül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır.
5. Endoskopik spesmen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft ve/veya şaftsız doğrudan dışarı itilebilen tip olmalıdır
6. Endoskopik spesmen torbası yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır
7. Endoskopik spesmen torbasının ağız çapı en az 5 cm, derinliği en az 14 cm olmalıdır.
8. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı ve/veya kanülü itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak ve/veya ağızdaki nitinol tel sayesinde doğrudan açılabilmelidir.
9. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ip veya ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli ve/veya şafta bağlı olmayan otomatik açılan torbanın ağız büzülebilmelidir.
10. Torbanın büzülmesi için gerekli ipin kesilmesini sağlayan iç şaftta bulunan gizli bir bıçak olmalı ve/veya otomatik açılan torbalarda buna gerek olmamalıdır.
11. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı veya işaret olmalıdır.
12. Spesimen torbası şeffaf olmalıdır.
13. Malzemeler, steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Beşir ŞİMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Diy. Teş. No.: 3513/27 / 134360

TEKNİK ŞARTNAMESLER

DREN JACKSON-PRATT 400 ML. TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
- 2.Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
- 3.Rezervuarın 400 cc sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
- 4.Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır.
- 5.Steril, tekli ve kolay açılır paketlerde olmalıdır. Paket üzerinde malzeme ve sterilizasyonu ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.
- 6.Depo teslim sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
- 7.Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
- 8.Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
- 9.Dren 7 mm (flat) düz yapıda olmalıdır.
- 10.Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.
- 11.Drenlerin ergonomisi kullanım kolaylığı ve şartnameye uygunluğu vakada kullanılarak değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Beşir ŞİMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tec.No. 359.27 / 134360

LAPAROSKOPİK KLİP ATICI 10 mm M/L

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, laparoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Laparoskopik klip atıcının içinde en az on iki adet titanyum klip ile ligasyon işlemi yapılmalıdır. 3. Laparoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3.1 mm olup tüm boyutunda klip atabilmelidir. 4. Laparoskopik klip atıcının çeneleri 5-12 mm trokardan geçebilmesi için geçerken kendiliğinden küçülen yapıda olmalıdır 5. Laparoskopik klip atıcı 5-12 mm'lik trokarla kullanılabilir olmalıdır. 6. Laparoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 27 cm olmalıdır. 7. Laparoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
Teknik Özellikleri:	8. Laparoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için açılı olmalıdır. 9. Laparoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay veya dikey çentikler bulunmalıdır. 10. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır. 11. Laparoskopik klip atıcısı kullanıcının tercihinə göre otomatik veya yarı otomatik klip yükleme/atma ile ligasyon yapabilmelidir. 12. Sert dokular kapatılırken veya güç uygulandığında çeneleri koruyan koruma mekanizması olmalıdır. 13. Laparoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. 14. Klip titanyum alaşımı MRI'a uyumlu olmalıdır. Firma bununla ilgili ihalede belge sunmalıdır.

LAPAROSKOPİK KLİP ATICI 10 mm M/L

Genel	15. Tek kullanımlık olmalıdır.
Hükümler:	16. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
	17. En az 2 yıl miadı olmalıdır.

DMO Sağlık Market ihalesi Şartname/erinden
Alınmıştır.

Manavgat Devlet
Mustafa BOZKUR
Eczacı
Sic. No. Ecz 8764