



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 2900
KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

14/11/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 16/11/2023 saat 10:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka 16/11/2023 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	ANAKART 1700 SOKET	10	ADET			
2	İŞLEMCİ İ5 1700 SOKET	10	ADET			
3	DÖNER KOLTUK AMORTİSÖRÜ (40 CM)	10	ADET			
4	AKIM KORUMALI PRİZ REGÜLATÖR	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

AKIM KORUMALI PRİZ REGÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Akım:20 A

Gerilim:150-280 V

Güç:4000 W

CT 9187 Cata Priz Regülatör (150-280V) 4000W Akım Korumalı Priz

Led Göstergeli Ekran

Güç : 4000 w

Gerilim : 6 kV

Frekans : 50 -60 Hz

Akım : 16 A

IP50

Yıldırım düşmelerinde bile çok hızlı bir frekans ile bağlı bulunduğu elektronik cihazı korumaya alır .

Priz regültörleri şebeke voltajında bulunan ani voltaj düşmesi ve voltaj yükselmelerini absorbe ederek çıkışında sabit bir voltaj sağlayarak cihazı tam koruma altına almış olurlar

Hassas cihazlarınızı aşırı gerilme ve elektriksel gürültüye karşı korur.

Kullanım Şekli

Ürünü 220V girişine takınız. Bağlanan cihaz ya da cihazların toplam gücü 3500 Watt üzerinde olmamalıdır. Priz Üzerinde bulunan Led göstergesi yandığında koruma devrede dirç

- Yıldırım Etkisinde Koruma : Ürün,Yıldırım düşmesinin zararlı etkilerinden cihazlarınızı koruyacak donanıma sahiptir.
- Çocuk Koruması : Ürüne yabancı cisimlerin sokulması ya da çocukların kullanmasını engelleyici kapaklar mevcuttur.
- Led Göstergesi : Ürünün ön panelinde korumanın devrede olduğunu belirten led gösterge mevcuttur.

Kullanım Alanları

- TV / LCD / LED
- PC / NOTEBOOK
- SES SİSTEMİ
- ÇAMAŞIR MAKİNESİ
- MİKRODALGA FIRIN
- BUZDOLABI .. Vb ürünler de kullanılır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İŞLEMÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşlemci Nesil Intel 12. Nesil
Soket Tipi 1700p i
Seri Intel Core i5 i
Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek
Frekans Hızı 4.40 Ghz
Önbellek 18 MB
Dahili Grafik Intel UHD 730
Dahili Fan Soğutuculu
Üretim Teknolojisi 10nm
TDP 65W

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.


Manavgat Devlet Hastanesi
MUSTAFA TUFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ANAKART TEKNİK ŞARTNAMESİ

Paralel Port	Yok
Wi-Fi	var
USB 3.1	Yok
PCI Slot	Yok
PS/2 Girişi	Yok
M.2 Slotu	1 Adet
İşlemci Soket Tipi	LGA 1700
USB C	var
PCI-E x16 Slot	1 Adet
HDMI Çıkışı	Var
Overclock (Hız Aşırtma)	Var
COM Port	Belirtilmemiş
Dahili Ekran Kartı	Yok
DisplayPort	Yok
Ram Slotu	2 Adet
PCI Express Hızı	PCI Express 4.0
Ram Tipi	DDR5
Bluetooth	Yok
PCI-E x1 Slot	1 Adet
USB 2.0	2 Adet
Ram Kapasitesi	64 GB
SATA 2	1 Adet
SATA Express	Yok
SATA 3	1 Adet
USB 3.0	var
Optik Ses Çıkışı	var
Ses Çıkışı	Yok
Anakart Boyutu	Micro ATX
DVI Çıkışı	Yok
VGA	Var
RAM Frekansı	6000 MHz
Chipset	Intel

u-
Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TUĞRUKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.