

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 298
KONU: 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

23/03/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **25.03.2021** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 10- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25.03.2021** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

YALÇIN AYMAK
İdari ve Mali Hiz. Müdür V

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ELDİVEN STERİL PUDRALI NO:6,5 CERRAHİ	200	ADET				
2	ELDİVEN STERİL PUDRALI NO:7 CERRAHİ	1.200	ADET				
3	ELDİVEN STERİL PUDRALI NO:7,5 CERRAHİ	1.200	ADET				
4	ELDİVEN STERİL PUDRALI NO:8 CERRAHİ	1.200	ADET				
5	SİSTOFIX PERKÜTAN MESANE BOŞALTIM KATATERİ 14 F	4	ADET				
6	DİSPOSİBLE ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5 MM	10	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

CERRAHİ EL DİVEN, LATEKS, PUDRALI

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomic el yapısında olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır 3. Pudralı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 5. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. 6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı). 7. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır. 8. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak alerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. 9. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır. 10. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı) 11. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

CERRAHİ ELDİVEN, LATEKS, PUDRALI

Teknik Özellikleri:	12. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır. 13. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır 14. Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır. 15. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. 16. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmesi , iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır
Genel Hükümler:	17. Steril ve Sterilizasyonu bozmadan açılacak şekilde ayrı paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır. 18. İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 19. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

OMO Sağlık Market ihalelerinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No: Ecz 8764

SİSTOFİX TEKNİK ŞARTNAME

1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır,
2. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
3. Mesane drenajını sağlayacak kateter poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter çapı 8-10-12 F ebatlarında olmalı, uzunluğu 45 - 50 cm olmalıdır.
5. Set içerisinde 1 adet t2 - L4 cm uzunluğunda metal trocar, adet ucu kıvrık drenaj kateteri, 1 adet klemp ve 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri, 1 adet idrar torbası bulunmalıdır.
6. Trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.
7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.
8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.
9. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır,

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AYOĞ
Ameliyathane Sorumlusu Hemşire

DISPOSABLE ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5 MM

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik dişli tutucu 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik dişli tutucunun çene uzunluğu 19 mm , çene açıklığı 23 mm olmalıdır.
5. Endoskopik dişli tutucunun şaft uzunluğu 31 cm olmalıdır
6. Endoskopik dişli tutucu 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik dişli tutucunun uç kısmı rahat kullanım açısından künt , çene iç yüzeyi atravmatik künt dişli yapıda olmalıdır.
8. Endoskopik dişli tutucu cerrahın vaka esnasında bileğini yormamak, kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi arttırabilmek için şaft 10 derecelik bir açığa sahip olmalıdır.
9. Endoskopik dişli tutucunun çeneleri dokuyu atravmatik olarak çok iyi kavramalıdır, dokudaki tutuş gücünü vaka esnasında kaybetmemelidir.
10. Endoskopik dişli tutucu sadece dokuyu tutmak amacıyla kullanılacağından tutaç üzerinde cerrahın manipulasyonunu engelleyecek koter girişi bulunmamalıdır.
11. Endoskopik dişli tutucunun tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı istenildiğinde kademeli istenildiğinde de serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Endoskopik dişli tutucunun çenesinin dokuyu tutuş gücünü artırması ve istenilen kademede tutuşun sabitlenebilmesi için raket çalışma mekanizması olmalıdır.
13. Şaft kısmı baştan uca kadar, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için koyu renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
14. Paket üzerinde malzemenin üretim yeri ve sterilizasyon koşulları belirtilmiş olmalıdır.
15. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
16. Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ANCI
Ameliyathane Sorumlusu Hemşire

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Mustafa SAMİA
Diy.Fes.No: 77197
Genel Cerrahi Uzmanı