

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

23.03.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **23.03.2020** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **23.03.2020** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MASKE LASTİKLİ DİSPOSABLE	20.000	ADET				
2	KAPALI SİSTEM ASPİRASYON KATETERİ	200	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

1) MASKE LASTİKLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Maske Nanwoven sponbond materyalden yapılmış olmalı, alerji yapmamalı, kokusuz olmalıdır,
2. Maskenin burun üzerine gelen kenarında tel destek bulunmalıdır,
3. Kolay tüylenmemelidir,
4. Maskede en az 3 adet pile bulunmalıdır,
5. Tüm dikişler ultrasonik olmalı, iplik dikişi olmamalıdır,
6. Maske üç katlı olmalıdır. Biyelerin sağlam kopmayacak ve lastikli olmalıdır,
7. Biye uzunlukları eşit olmalı, uzunluğu en az 45 cm olmalıdır,
8. Orijinal kutularda, en fazla 100 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır

İhabe Sertnamesinden alınmıştır.
Mustafa Borker Nayir Aliy

Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

Ürün tekrar kullanılabilir olmalıdır.

Ürün 24-72 saat boyunca kılıf içinde saklanabilmelidir.

Ürün yumuşak ve esnek olmalıdır.

Ürünün ucu yuvarlatılmış olmalıdır.

Üründe yıkanmasını sağlayan yıkama portu olmalıdır.

Ürünün üzerinde derinlik işareti olmalıdır.

Ürün şeffaf bir kılıf içinde olmalıdır.

Ürün içerisindeki salgı şeffaflık sayesinde kolay izlenebilmelidir.

Ürünün üzerinde aspirasyon işlemi kontrol etmeyi sağlayan kontrol butonu olmalıdır.

Ürünün direk kısmı 360 derece dönebilmelidir ve endotrakeal tüp ya da trakeostomi kanülüne bağlantıyı kolaylaştırmalıdır.

Ürünün yenidoğan, pediyatrik ve yetişkinler için çeşitleri olmalıdır.,

Ürün 72 saate kadar kullanılabilirmelidir.

Ürün boylarına göre renklendirilmiş olmalıdır.

Ürün lateks içermemelidir.

Ürünün tüm parçaları tek bir pakette steril olarak ambalajlanmış olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Gülgün ÖNDER
Anestezi ve Reanimasyon
Dip Tes. No: 65117

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet Emin SUNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip Tes. No: 94377

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet Emin SUNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip Tes. No: 94377

SSC

Uzm. Dr. Mehmet Emin SUNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 94377