



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

3016

30/11/2023

KONU: 8 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMLI

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise Gereğinin yapılmasını rica ederim.

01/12/2023

09:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **01/12/2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
--	---

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : Y KAR

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FEMORAL STEM	1	ADET	AP2060			
2	FEMORL HEAD 28 MM	1	ADET	AP1750			
3	FEMORAL HEAD 32 MM	1	ADET	AP1800			
4	FEMORAL HEAD 36 MM	1	ADET	AP1860			
5	ACETABULAR CUP	1	ADET	AP1520			
6	ACETABULAR LİNER	1	ADET	AP1600			
7	ACETABULAR CUP SCREW	3	ADET	AP1670			
8	LONG FEMORAL STEM	1	ADET	AP3870			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta :

Elektronik Ağ: m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
www.manavgatdh.gov.tr

ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ

AP2060	FEMORAL STEM
AP1750	FEMORAL HEAD 28MM X
AP1800	FEMORAL HEAD 32MM
AP1860	FEMORAL HEAD 36MM
AP1520	ACETABULAR CUP
AP1600	ACETABULAR LİNER
AP1670	ACETABULAR SCREW
AP3870	LONG FEMORAL STEM

ÇİMENTOSUZ STANDART VE UZUN KARE KESİT TOTAL KALÇA PROTEZİ

ŞARTNAMESİ

1. Çimentosuz femoral stem dört köşeli kesit yüzeyine sahip her türlü stem değil , Zweymüller'in takdim ettiği orjinal tip protez dizaynı olmalıdır .
2. Çimentosuz femoralstem titanyum malzemeden üretilmiş olmalı, 10(ON) farklı boy standart stemler'e sahip olmalı, boyun açısı 135 derece olmalı ve stem boyları 132mm den 181mm kadar uzamalıdır.
3. Çimentosuz femoralstemlerin 1/3, 2/3 ve fullplasma spreyc HA kaplı seçenekleride olmalıdır.
4. Monoblok ve Shaft – boyun açıları anatomik yapıya uygun olmalıdır.
5. Çimentosuz Long Femoral Stemler 14-15-16-17-18-19 En az 6 farklı Sizeda olmalıdır.
6. Long Kare Kesit Femoral Stemler 150mm-200mm uzunlukta olmalıdır.
7. Stem kullanıma uygun steril kutularda olmalıdır
8. Deneme raspa üzerinden yapılabilmelidir.
9. Stemin standart versiyonu 135° olmalıdır.
10. 13.Liner28 mm , 32 mm ve 36mm head seçeneğine uygun olmalı,aynı zamanda UHMWPE'ye uygun yapıda olmalıdır.15 veya 20 derece açılı olmalıdır.
11. Liner etrafında acetabular cup'a kilitlemeyi sağlayan dairesel çıkıntı olmalıdır.
12. 15.Acetabular cup titanyum olmalıdır.
13. 16:Acetabular cup pore üzeri hidroksiapatite kaplı olmalıdır. (bicoated)
14. 17:Acetabular cup 42mm-62mm skala ile ikişer ikişer büyümelidir.
15. 18:Acetabular cup vidasız çakılabilenlidir.
16. 20:Acetabular cup üç delikli olmalıdır.
17. 21:Aynı acetabular cup içerisine, 28 mm 32 mm ve 36mm head ile polietilen protezde uygulanabilmelidir.
18. 22:Acetabular bone screw titanyum olmalıdır.
19. 23:Acetabular screw 15mm ve 60mm arasında boyları olmalıdır, 5mm skala ile büyümeli.
20. 24:Modüler head malzeme Titanyum olmalı, Modüler head 28 mm ve 32 mm ve 36mm çap seçeneklerde en az 5 boy olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ayhan YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mustafa KAYA
Dip.Tes.No: 01447
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Ali İbrahim KAYA
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Dip.Tes.No: 7245121619
Ortopedi ve Travmatoloji