

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 311
KONU: 5 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

24/03/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **25/03/2020** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25/03/2020** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hacı KARAHAN
Kası Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	N95 SOLUNUM MASKESİ	1.000	ADET				
2	TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK	1.500	ADET				
3	SIVI GEÇİRMEZ TULUM	500	ADET				
4	KORUYUCU GÖZLÜK	200	ADET				
5	YÜZ KORUMALI MASKE	500	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KORUYUCU MASKE DISPOSIBLE(TÜBERKÜLOZ MASKESİ-N 95)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Maskeler nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici üç panelli tasarıma sahip olmalıdır.
- 2-Maskeler çapı 0,02 mikrona denk olan tüm ince tozlara ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
- 3-Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde maskeler her türlü kafa yapısına uygun olmalıdır.
- 4-Maske kafa bantları poliizopropen ,burun mandalı alüminyum ,filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- 5-Maske üzerinde valf olmamalıdır
- 6-Maske kutularının üzerinde saklama sıcaklığı,nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- 7-Maskeler katı zerrecik ve su bazlı Avrupa güvenlik ve sağlık idaresi 'nin EH 40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan eşik sınır değerinin 50 katına kadar konsantrasyonlarda kullanılabilir.
- 8-Maskeler depolanma sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatı,maskenin standartı ve kategorisi bulunmalıdır.
- 9-Maskeler EN 149:2001 standartlarına uygun ve PP3 sınıfında olmalıdır.
- 10-Maskeler Avrupa Topluluğu direktifi 89/686 :EEC (PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
- 11-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi ,son kullanma tarihi, ebadı,lot numarası ,sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış UBB kodu belirtilmelidir."

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Ömer Ünmez
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tesc. No.: 110 216

NON STERİL ÖNLÜK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Su emici özellikte olmalı ve suyu alt kata geçirmemelidir.
3. Omuzdan bantlı olmalıdır.
4. Yırtmaç olmamalıdır.
5. Dayanıklı olup, kolay yırtılmamalıdır.
6. 50 Gr. tela kumaştan imal olmalıdır.
7. Lacivert veya mavi renklerde olmalıdır.
8. Uzun kollu ve kol manşetlerinin boyu en az 8-10 cm, tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta olmalıdır ve yetişkin large boy olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Öznur Dünmez
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip Tes. No.: 110 216

NEM BARIYERLİ SIVI GEÇİRMEZ KORUYUCU TULUM TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Tulum kapişonlu olmalı ve çeneyi de içine alacak şekilde boynu kapatmalıdır.
- 3-Tulum; kolu, ayakbileği,yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır.
- 4-Rahat giyip çıkarmak için 80 cm açılır fermuarlı,fermuar başı kilitli,fermuar üstü koruma patlı olmalıdır.
- 5-Vücudu kan, kimyasal, sıvı sıçramalarına ve zararlı partiküllere karşı koruma sağlamalıdır.
- 6-Beyaz lamine kumaş(mikro gözenekli)antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalıdır.
- 7-Tulum çalışan ortamda lif döküntüsü bırakmamalıdır.
- 8-Lateks içermemelidir.
- 9-CE 120-PPE CATEGORY III sınıfında olmalıdır.
- 10-Tulum EN 14126:2003 standartına uygun olmalıdır.
- 11-Tulumda ayak koruyucu bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Öznur Dünmez
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip Tes. No.: 110 216

KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Gözlük lensleri çizilmeye dayanıklı olmalıdır.
- 2-Gözlük şeffaf olmalıdır.
- 3-Gözlük göz kenarlarını da sarmalıdır, yüz ergonomisine uyum sağlamalıdır.
- 4- Gözlük geniş görüş alanına sahip olmalıdır.
- 5-Gözlük, numaralı gözlük üzerine de takılarak kullanılabilirdir.
- 6-Gözlük %100 buğulanmaz özellikte olmalıdır.
- 7-Gözlük ergonomik olmalı, her türlü kafa yapısına uymalı, sapları ayarlanabilir olmalıdır.
- 8-Gözlük Kişisel koruyucu Ekipmanlar direktifi standartlarını karşılamalıdır.
- 9-Gözlükler EN 166:2001 standartlarına uygun olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Ömer Dünmez
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Diy. Tes. No.: 110216

C

667. Kalem Yüz Korumalı Maske Teknik Şartnamesi

1. Anti-reflektif olmalı, refleksiyonu azaltma oranı 80% oranında olmalıdır.
2. Anti-fog kaplaması sayesinde buğu yapmamalı ve net görüş alanı sağlamalıdır.
3. Hipoallerjenik olmalı ve Anti-fog ve Anti-reflektif özelliği bir arada bulunmalıdır.
4. 275 cm2 lik geniş yüz koruması sayesinde sıçramalara karşı iyi bir koruma alanı oluşturmaktadır.
5. İç ve dış tabaka viskos, filtresi polipropilen kaplama, bağcıklar yatay polipropilen, yüz kalkanı Ploliester, plastik stripler ise Polietilen den yapılmış olmalıdır.
6. Burun ve çeneyi açıklık bırakmayacak şekilde en iyi kavrayarak içine alan yüze uyumlu bir maske olmalıdır.
7. Maske katlanmamış olarak (yüz korumasız) 19 x 17 cm boyutlarında olmalıdır,
8. Sıvı bariyeri oluşturmali, nefes alımı kolay ve kokusuz olmalıdır.
9. prEN 14638 Standardına uygun olmalı ve yüksek BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) bulunmalıdır, (99%, 0.1 mikron büyüklüğündeki partikül filtrasyonu (PCS) %95 oranında olmalıdır).
10. Fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
11. Annex VII Direktive 93/42/EEC onayı olmalıdır.
12. EN46002/BSI Onay belgeleri bulunmalıdır,
13. Her bir kutuda 50 adet maske bulunmalıdır,
14. Raf ömrü üretimden itibaren 5 yıl olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Özkan Özünmez
Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip Tes. No. 110 216