

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 198177073 / 934.01 / 1012
KONU: 7 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIM

25/03/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **26/03/2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alın yapılacak olan alımlarımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/03/2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yakın AYMAK
İdari ve Mali Hiz. Müdürü V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİZ REVİZYON FEMORAL KOMPOENT. ÇİMENTOLU TİTANYUM KAPLAMASIZ	1	ADET	AP4030			
2	DİZ PRİMER TİBİAL KOMPOENT ANATOMİK VEYA DEĞİL KENDİNDEN STEMLİ KANATLI / VİDALI / PEKLİ SABİT ÇİMENTOLU TİTANYUM KAPLAMASIZ	1	ADET	AP2800			
3	DİZ REVİZYON TİBİAL İNSERT REVİZYON AMAÇLI HAREKET KISITLAMALI UHMW POLİETİLEN	1	ADET	AP4190			
4	DİZ REVİZYON TİBİAL BLOK VİDALARI DAHİL MEDİAL, LATERAL FUL-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	2	ADET	AP4280			
5	DİZ REVİZYON TİBİAL KAMA / YÜKSELTİCİ (VİDALAR DAHİL) MEDİAL, LATERAL FUL - ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	2	ADET	AP4300			
6	DİZ REVİZYON FEMORAL VE TİBİAL STEMLER TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ TİTANYUM KAPLAMASIZ	2	ADET	AP4110			
7	DİZ REVİZYON FEMORAL BLOK (VİDALAR DAHİL) DİSTAL / POSTERİOR-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	2	ADET	AP4140			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik AĞ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

REVİZYON DİZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * FEMORAL COMPONENTLER HEKİMİN DOĞRU SEÇİMİNİ VE BU SEÇİMİN HASTA ÖZELLİKLERİNE UYUMUNU SAĞLAMAK AMACI İLE SAĞ VE SOL OLMAK ÜZERE SİZE C M/L 60mm A/P 53.5mm SİZE D M/L 64mm A/P 57.5mm SİZE E M/L 68mm A/P 61.5mm SİZE F M/L 72mm A/P 65.5mm SİZE G M/L 76.5mm A/P 70.5mm SİZE LARDA (ÖLÇÜLERDE) OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLER ZİMALLOY-DAN COBALT,CROMİUM ,MOLYBDENUM ALLOY'DAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLERİN HAREKET KABİLYETİ 0 İLE 95 DERECE ARASINDA OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLERİN FİKSASYONU TAM OLARAK SAĞLAYABİLMESİ İÇİN CEMENTLİ VE PECK' Lİ OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLER DE BAĞ KORUYAN COMPONENTE ORANLA KONDİL BÖLGESİNDE DAHA KÜÇÜK KAVİSLERE SAHİP OLMALI BU KISITLANDIRILMIŞ HAREKET KONDİL ÜZERİNDE 7 DERECELİK VARUS - VALGUS AÇISI DAHİL OLMAK ÜZERE GENİŞ BİR HAREKET ALANININ OLUŞMASINI SAĞLAMALIDIR.
- * İNSERTLER (SURFACE) 'İN YÜZEY GENİŞLİĞİ 3 FARKLI SİZE 'DA OLMALI SİZE YELLOW M/L 66 mm A/P 42 mm SİZE GREEN M/L 74 mm A/P 46 mm SİZE BLUE M/L 82 mm A/P 51 mm OLMALIDIR.
- * İNSERTLER'İN KALINLIKLARI 5 FARKLI SİZE 'DA 9 - 10 - 12 -14 - 17 mm OLMALIDIR.
- * İNSERTLER FAZLALAŞTIRILMIŞ A/P SABİTLİĞİ İÇİN ANTERİOR CONSTRAINED OLMALI VE PROXİMAL YÜZEYE 6 DERECELİK DIŞARIDAN ROTASYONUNUN SAĞLANABİLMESİ İÇİN ANATOMİK ROTASYONLU OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER GÖZENEKLİ KAPLANMIŞ VEYA KAPLANMAMIŞ , PORLU VEYA PORSUZ OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER TİVANİUM Tİ 6Al-4V ALLOY METARİYAL YAPISINA SAHİP OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER HEKİMİN DOĞRU SEÇİMİNİ VE BU SEÇİMİN HASTA ÖZELLİKLERİNE UYUMUNU SAĞLAMAK AMACI İLE 6 FARKLI SİZE 'DA OLMALIDIR. SİZE 3 M/L 66 mm A/P 42 mm SİZE 4 M/L 66 mm A/P 46 mm SİZE 5 M/L 74 mm A/P 46 mm SİZE 6 M/L 74 mm A/P 50 mm SİZE 7 M/L 82mm A/P 51mm SİZE 8 M/L 82 mm A/P 54 mm
- * TİBİAL COMPONENTLER'E İSTEĞE GÖRE WEDGE TAKILABİLMELİ WEDGE 'LER HALF WEDGE 16 - 26 DERECE THİRD WEDGE 22 DERECE FULL WEDGE 7 DERECE HALF BLOK'LAR 5 - 10 mm OLMALI VE TİBİAL COMPONENTLE FİKSASYONU MEDİAL VEYA LATERAL DEN 2 VİDA İLE SAĞLANMALIDIR.
- * FEMORAL VE TİBİAL STEM UZATMALARI OFFSET VEYA STRAİGT SEÇENEKLİ OLMALIDIR. STEM UZUNLUKLARI 145 mm VE 200 mm ÇAPLARI İSE 10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-24 mm OLMALIDIR.
- * PATELLAR COMPONENTLERİN YAPISI POLYETHİLEN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- * 1PATELLAR COMPONENTLER SEÇİLEN FEMORAL VE TİBİAL COMPONENTLERE TAM UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ İÇİN 4 FARKLI SİZE VE KALINLIK SEÇENEKLERİ İÇERMELİDİR. SİZE 29mm * 8.0mm SİZE 32mm * 8.5mm SİZE 35mm * 9.0mm SİZE 38mm * 9.05mm
- * İHALEYİ KAZANAN FİRMA OPERASYONDAN 3 GÜN ÖNCE HABERDAR EDİLECEK FİRMA OPERASYON İÇİN GEREKLİ ÇAKMA SETİ VE DELİCİ KESİCİ MOTORLARI OPERASYONDAN ÖNCE VERMEK ZORUNDADIR.
- * TÜM İMPLANTLAR GAMMA METODU İLE STERİL EDİLMİŞ , İÇ İÇE GEÇİRİLMİŞ ÜÇ AYRI PAKETLİ OLMALI VE EN DIŞ PAKETİN İÇERİSİNDE STANDARTLARA UYGUN BASILMIŞ,ÜRÜNLERİN: KATALOG , LOT , ÜRÜN İSİMLERİ VE BİLGİLERİNİ İÇEREN 4 ADET YAPIŞKANLI ETİKET OLMALIDIR.
- * TÜM İMPLANTLAR TÜV , CE , STANDARTLARI BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- * TÜM İMPLANTLAR MR (MAGNETİC REZONANS) GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA ÇEKİM GÜCÜNDEN ETKİLENMEMELİDİR

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Ali Rıza KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dış. Tel. No: 02475

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mete ÖZGÖRGEN
Dış. Tel. No: 02475
Ortopedi ve Travmatoloji

1-DİZ REVİZYON FEMORAL KOMPONENT REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ
1(BİR) ADET SUT:AP4030

2-DİZ PRİMER TIBIAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOLU
CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ
1(BİR) ADET SUT:AP2800

3-DİZ REVİZYON TİBİAL İNSERT REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT-HAREKET KISITLAMALI UHMW POLİETİLEN
1(BİR) ADET SUT:AP4190

4-DİZ REVİZYON TİBİAL BLOK (VİDALARI DAHİL) MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM
2(İKİ) ADET SUT:AP4280

5-DİZ REVİZYON TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM
2(İKİ) ADET SUT:AP4300

6-DİZ REVİZYON FEMORAL VE TİBİAL STEMLER TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ
2(İKİ) ADET SUT:AP4110

7-DİZ REVİZYON FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) DİSTAL / POSTERIOR – ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM
5(BEŞ) ADET SUT:AP4140

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan ÇİKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. No: 62875

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. No: 62875

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa GÖRCE
Dip. No: 61447
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.