

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 22.03.2019

KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

18.03.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **22.03.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22.03.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- **TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTEMİ OLAN KALEMLER İÇİN FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE DE GÖNDERECEKLERDİR.**
- 12- **NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR**

Harun KARAHAN
M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	GÖZ MONOFLAMENT SÜTÜR 10/0 6,5 MM 3/8 SPATULA	60	ADET	OR3430			
2	MEME TRUCUT OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 16 G X 15 CM	10	ADET	OR2280			
3	CHİBA İĞNE 18 G X 15 CM	10	ADET	OR2320			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

T: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Göz Monofilament Sütür 10/0 Teknik Şartnamesi

1. Nylon maddesinden (monofilamet polyamide) imal edilmiş monofilament sütür malzemesi olmalıdır.
2. Absorbe olmayacak , kolay düğüm tutucak,vücutta reaksiyon göstermeyecek özellikte olmalıdır.
3. Sütür 30 cm uzunlukta , çift iğneli ,iğnesi geliştirilmiş micro- point spatula curved özelliğinde, iğne 6.20 mm'den kısa olmalı, iğne kalınlığı 0.15 mm olmalıdır.İğne eğriliği 140° olmalıdır.
- 7.Numune değerlendirmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali ÖZ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 128317 / 10

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ömer ÖZTÜRK
Dip.Tes.No: 112180-101064
Göz Hastalıkları Uzmanı

BIYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK, KENDİNDEN TABANCALI (GR1194)

- 1-Ultrason ve BT eşliğinde kaliteli core biopsi alımına uygun olacak şekilde disposable (tek kullanımlık) mekanizmalı tam otomatik hafif ve ergonomik şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Kurma ve ateşleme sistemi basit ve tek elle kullanıma uygun yapıda. olmalıdır.
- 3-Biyopsi iğnesi parmakla çekilerek kurulabilmelidir.
- 4-İğne üzerinde giriş derinliğini ayarlamayı sağlayan işaretleme çizgileri olmalıdır.
- 5- İğne kanülü uç kısmında USG altında yüksek görünürlük sağlayan ekojenik işaretli bölge olmalıdır.
- 6-Atış uzunluğu 22mm, notch uzunluğu (pencere açıklığı) 20mm olmalıdır.
- 7- İğne gövdesinin önünde ve arkasında olmak üzere iki tane ateşleme (tetikleme) düğmesi olmalıdır,
- 8-14G,16G,18G,20G kalınlık ve 10-15-20-25 cm arasındaki uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.
- 9-Teklifedilen malzemeler steril ve tekli ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 10-Malzeme teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır
- 11-Teklif edilen malzemeler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.

Uzm. Dr. Hasan Ali TAAC

