

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01 - 336
KONU: 28 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

18.03.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **21.03.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mütalaka **21.03.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

H. KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İMİPENEM ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
2	TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOL ANTİBİYOTİK	10	KARTUŞ				
3	NİTROFURANTİON ANTİBİYOTİK DİSKİ F	2	KARTUŞ				
4	CİPROFLOXACİN ANTİBİYOTİK DİSKİ	5	KARTUŞ				
5	ERİTROMİSİN ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
6	PIPERASİLİN + TAZOBAKTAM ANTİBİYOTİK	2	KARTUŞ				
7	ERTAPENEM 10 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	5	KARTUŞ				
8	FOSFOMİSİN 20 MCG ANT. DİSKİ	5	KARTUŞ				
9	GENTAMİSİN 10 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	10	KARTUŞ				
10	MEROPENEM 10 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
11	KOLİSTİN 10 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	4	KARTUŞ				
12	LİNEZOLİD ANTİBİYOTİK DİSKİ LNZ	3	KARTUŞ				
13	CEFEPIM ANTİBİYOTİK DİSKİ FEP	4	KARTUŞ				
14	CEFUROKSİM ANTİBİYOTİK DİSKİ CXM	3	KARTUŞ				
15	CLİNDAMİSİN ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
16	CEFOXİTİN ANTİBİYOTİK DİSKİ FOX	8	KARTUŞ				
17	CEFTAZİDİM ANTİBİYOTİK DİSKİ CAZ	6	KARTUŞ				
18	CEFTRİAKSON ANTİBİYOTİK DİSKİ CRO	6	KARTUŞ				
19	CEFADROXİL ANTİBİYOTİK DİSKİ	3	KARTUŞ				
20	PIPERACİLİN ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
21	AMOKSİSİLİN + KLAVULONİK ASİT ANTİBİYOTİK	5	KARTUŞ				
22	AMİKASİN ANTİBİYOTİK DİSKİ AK	5	KARTUŞ				
23	TEİCOPLANİN 30 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	2	KARTUŞ				
24	LEFOVLOKSASİN 5 MCG ANTİBİYOTİK DİSKİ	5	KARTUŞ				
25	VANKOMİSİN ANTİBİYOTİK DİSKİ AK	6	KARTUŞ				
26	AMPİSİLİN ANTİBİYOTİK DİSKİ AK	9	KARTUŞ				
27	İDRAR BARDAĞI KÜLTÜR İÇİN STERİL	2.000	ADET				
28	İDRAR BARDAĞI NONSTERİL 100 ML	12.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: ... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/bid/ad/0/0/>


KAŞE İMZA

ANTİBİYOGRAF DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

07.03.2019


- a. Diskleri içeren flakon veya kartuş orijinal etiketi üzerinde maddenin adı ve amblemi,
üretici firma adı ve lot numarası, son kullanma tarihi, saklama koşulu yazılı olacaktır.
- b. Her disk üzerinde iki yönü olan orijinal amblemi yazılı olacaktır.
- c. Diskler ıslak petri yüzeyinden etkilenecektir.
- d. Diskler rutubete karşı önleyici ambalajlarda olacaktır.
- e. Diskler EUCAST tarafından tanımlanan standartlara uygun olmalı ve laboratuvar da yapılacak kalite kontrol çalışmalarında beklenen performansı sağlamalıdır.
- f. Disk taşıyıcılığında soğuk taşıma zincirine uyulmalıdır. Taşıma işlemi birime teslim anına kadar devam ettirilmelidir.
- g. Diskler -20°C'de saklanmaya uygun olmalı ve bu durum ambalajlarda belirtilmelidir.
- h. Bakteri tanımlama diskleri en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
- ı. Diskler 9.Ocak.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalı; bu durum ihale dosyasında belgelendirilmelidir. Üretici aynı zamanda EN ISO 13485 standardını sahip olmalıdır.

Uzm.Dr. Hasan KESBİÇ
Manavgat Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 75047/51250



346. Kalem STERİL İDRAR BARDAĞI

1. İdrar bardakları steril ve kapaklı olmalıdır.Tek tek poşetlenmiş halde kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
2. Kapakları vidalı olmalı ve sıkıca kapanmalıdır.
3. Son kullanma tarihi en az bir yıl olmalı ve bu tarih poşetlerin üzerinde veya toplu sunulduğu ambalajda belirtilmiş olmalıdır.
4. Malzeme laboratuvarın isteği doğrultusunda kısım kısım teslim edilebilmelidir.
5. Üretici firma ve ürünler CE Belgesi yanında uluslar arası standartlara göre üretildiğine dair bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
6. Firma malzemelerde laboratuardan kaynaklanmayan herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda değiştirmeyi garanti etmelidir.
7. Kullanıcı tarafından talepte bulunulması halinde ürünlerin miadının dolmasına 6 ay kala miadı daha uzun ürün ile değiştirilme garantisi verilmelidir.

Hasan Demir
M141840


KAPAKLI İDRAR BARDAGI (100 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hacmi 100 cc olmalı
- Sızdırmaz, vida kapaklı olmalı, bardağın kapağı uygun kapatıldıktan sonra çevirme haricinde zorlamayla açılmamalıdır.
- Bardağın kapağı şeffaf veya beyaz renkli olmalıdır.
- Kırılmaz dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Şeffaf kap olmalı içindeki idrar miktarı görülmelidir.
- En az 1 yıl miadlı olmalı, hatalı üretim sonucu arızalı kaplar firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
- Son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce firmaya haber verilerek uzun miadlı ürünlerle değiştirilmelidir.

Hasan Demir
1461840
