



T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01 - 341

KONU: 1 KALEM PNOMATİK SİSTEMİ DEVREYE ALINMASI HİZMETİ ALIMI

17.02.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **21.02.2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **21.02.2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PNÖMATİK SİSTEMİ DEMONTAJ-MONTAJ VE DEVREYE ALMA İŞİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## PNÖMATİK SİSTEMİ DEMONTAJ MONTAJ VE DEVREYE ALMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONU:

Manavgat devlet hastane A blokta kurulu halde bulunan Sumetzberger marka MP10000 model pnömatik sistem ve saha istasyonlarının ( 1adet merkez istasyon ve 3 adet saha istasyon ) yerinden hasarsız olarak demontajının yapılması, hastane idaresinin belirlemiş olduğu yeni lokasyonlara montajının ve borulamasının yapılarak hasarsız olarak devreye alınması, merkez sisteme entegre kontrol ünitesinin, motor kontrolü sağlayan sürücü ( driver) şalt malzemelerinin çalışır duruma getirilerek sistemin faal duruma getirilmesi iş ve işlemlerini kapsar.

### B. SİSTEME AİT DETAYLAR VE ADETLER

1. Merkez istasyon Sumetzberger marka MP10000 besleme panosu dahil 1 Adet
2. Kontrol ünitesi 1 Adet
3. Sürücü (driver) 1 Adet
4. Saha istasyonu 3 Adet

### C. GENEL HUSUSLAR

Firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. İstekli teklif vermeden önce mahalde keşif yapacak, yapılan keşiften sonra yer teklif mektubu oluşturacaktır. Keşif sırasında teknik şartname bütünü göz önünde bulundurularak gerekli metrajlar firma tarafından alınmalı iş başlangıcı sonrasında yaşanacak her türlü malzeme eksikliği yetersizliğinden firma sorumlu olacaktır.
2. İstekli firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. İstekli güncel tarihli TSE 12426 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Yüklenici firma personellerinin yapacağı işin içeriğine göre elektrik elektronik, kaynakçı, tesisatçı vs. o işin prosedürüne uygun olarak yapıldığını gösteren ilgili sertifika belgelerini teslim etmelidir
5. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
6. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
7. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

### D. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan yapılacak tüm değişimleri iş ve işlemleri yerinde görmeli gerekli metraj ve parça bilgilerini aldıktan sonra tedarik süreci sonunda eksiksiz işe başlamalıdır
2. Firma işi hastane teknik servis personeli nezaretinde sürdürmeli ve teknik servisin belirlediği zaman diliminde çalışmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi  
Adnan ERSOY  
Biyomedikal Elektrik  
Elektronik Müh.

3. Hastane bünyesinde kurulu halde bulunan merkez sistem kontrol paneli driver ve güç panosu dahil yerinden sökülmeli, idarenin belirlemiş olduğu yeni alana montajı yapılmalıdır
4. İhtiyaç duyulması halinde hastane bünyesinde kurulu halde bulunan sisteme uyumlu borulamadan ek parçalar alınarak borulama işlemleri tamamlanmalıdır
5. Borulama işlemi sırasında borularda esneme olamayacak şekilde montajlama yapılmalıdır
6. Sistemin montajı sırasında ihtiyaç duyulacak harici sarf malzemelerin tamamlanması firma sorumluluğunda olacaktır.
7. Cihazın devreye alınması sırasında kontrol ünitesi, driver, güç panosu veya motor sargılarında herhangi bir arıza vs olması durumunda arızanın giderilmesi çalışır duruma getirilmesi firma sorumluluğundadır
8. Sisteme uyumlu yeni TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş 6 adet kapsül ve saha istasyon altlarına uygun ebatlarda sepetler firma tarafından tedarik edilmeli, ücretsiz olarak montajları yapılmalıdır
9. Yapılan tüm işlemler sonunda tüm süreç teknik servise teslim edilmeli ve firma tarafından teknik raporlar tanzim edilmelidir
10. Yapılan tüm iş ve işlemler montaj hatalarına karşı 1 yıl süreyle yüklenici firmaya ait olacaktır

Manavgat Devlet Hastanesi  
Adnan ERSON  
Biyomedikal/Elektrik  
Elektronik Müh.