



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01 3472

KONU: 5 KALEM BİYOMEDİKAL MALZEME ALIM

23.01.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **26.01.2024** saat **08:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26.01.2024** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com' a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL - STERİLİZASYON ÜNİTESİ DAHİLİ NO : 1511 - 3544 - 3168

Canıt GELİŞİR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SODA LİME 5 KG	150	KG				
2	ULTRASONOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME JELİ 1 LT	1.250	ADET				
3	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ (CLEAN CART A)	750	ADET				
4	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ (CLEAN CART C)	5.000	ADET				
5	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT	150	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

SODA LİME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İNHALASYON ANESTEZİSİNDE KULLANILACAK OLAN GRANÜL FORMUNDAKİ ÜRÜN GÜÇLÜ ALKALİ METAL HİDROKSİTLER İÇERMEYEN BİR KARBONDİOKSİT ABSORBANI OLMALIDIR.
2. ÜRÜN KLİNİK KOŞULLARDA KARBONMONOKSİT, FORMALDEHİT GİBİ TOKSİK YAN ÜRÜNLERİN OLUŞUMUNA YOL AÇMAMALIDIR.
3. ABSORBANIN İÇERİĞİNDE NaOH(SODYUM HİDROKSİT), KOH(POTASYUM HİDROKSİT) BaOH(BARYUM HİDROKSİT), SİLİCA VE ZEOLİT İÇEREN MADDELER BULUNMAMALIDIR.
4. ABSORBAN KULLANIM ESNASINDA BEYAZDAN MENEKŞE RENGİNE DÖNMELİ VE KURUMA GÖSTERGESİ OLAN BU RENK DEĞİŞİMİ GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLMALI; MENEKŞE RENGİNİ ALAN BU ÜRÜN TEKRAR BEYAZ RENGİNE DÖNMEMELİDİR.
5. ABSORBAN GRANÜLLERİ 2.5- 5MM. ARASINDA BİRBİRİNE BENZER BOYUT VE BİÇİMDE OLMALI NORMAL TAŞIMA VE KULLANIM KOŞULLARINDA TOZ HALİNE DÖNÜŞMEMELİDİR.
6. ABSORBANIN BİLEŞİMİNDE %80 ÜZÜERİNDE CaOH(KALSIYUM HİDROKSİT) BULUNMALIDIR.
7. ABSORBANIN İÇİNDE KALSIYUM KLORÜR (CaCL₂) BULUNMALIDIR.
8. ABSORBANIN KARBONDİOKSİT EMİLİM ORANI EN AZ 120 İT/KG OLMALIDIR.
9. GRANÜL GÖZENEK HACMİ GRAM BAŞINA 0,30 CM KÜP OLMALIDIR.
10. ABSORBAN MUHAFAZA EDİLDİĞİ KUTUDA MİNİMUM DÜZEYDE TOZ KALMALIDIR.
11. ABSORBAN EN FAZLA 5Lt. BİDONLARDA OLMALIDIR.
12. CE BELGESİ OLMALIDIR.
13. ÜRÜN NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mesut KAYNAR
Anestezi Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz.Dr.Mehmet Ercan SÖNMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip.Tes.No:00226105377

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz.Dr.Mustafa KARAARSLAN
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip.Tes.No:49673-49114

EKG/ULTRASON JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vücuda temasta sulanıp akmamalı, tabaka oluşturmamalı
Suda çözülmeli, kolay temizlenmelidir. Giysilerde iz bırakmamalı.
Kokusuz olmalıdır.
Hipoalerjik olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
Yağ ve yağlı madde içermemelidir.
Formaldehit ve tuz içermemelidir.
Homojenize ve yumuşak kıvamda olmalıdır.
Toksik etki yapmamalıdır.
1.000 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe ÖZDEMİR
T.K.Y.

CLEAN CART- C TOZ DEKALSİFİKASYON KARTUŐU

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuő içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
- 2-Kartuő un dıő yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 2 Seyreltilmiő eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuő Őeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz bir Őekilde çalıőmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliđine uygun olduđu kanıtlanmalıdır.

CLEAN CART- A TOZ DEZENFEKSİYON KARTUŐU

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuő içinde 13 gr Sodyum karbonat olmalıdır.
- 2-Kartuő un dıő yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 11 Seyreltilmiő eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuő Őeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz bir Őekilde çalıőmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliđine uygun olduđu kanıtlanmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Sorumlu Hems.
İlkay UZ

SİTRİK ASİTLİ KONSANTRE TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalı, TSE veya İSO kalite belgelerine sahip olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydı olup UBB Kodu bulunmalıdır.
2. Aldehit ve fenol içermemelidir.
3. Ürünün mikrobiyolojik etkisi; bakterisid (Gram pozitif, Gram negatif, Metisiline dirençli bakteriler, Camphylobacterler ve Microbakteriler dahil), virüsid (Vaccina virüsü, HBV, HCV, HIV, Polio, Papova, Adeno, Porvo ve Rota virüsleri dahil) Sporosid, fungusid (mantar (mayalar ve küfler dahil) öldürücü) etkisine sahip olmalı
4. 5 Lt' lik sızdırmaz kapaklı, kapağı iyi oturan, HDPE ambalajlarında ambalajlanmış olmalı.
5. Ürün Kimyasal ve Fiziksel özellikleri
Görünüş : Berrak ve renksiz çözelti,
Ph : 1,0 – 3,0
Koku : Karakteristik
Spesifik Dansite : 1,13+ / -0,1g/ml olmalıdır.
6. Ürün 60 °C' de 20 dakikada temizleme işlemi yapmalıdır
7. Malzeme Uyumu Paslanmaz Çelik, Plastik malzeme ve seramik yüzeylere uyumlu olmalıdır.
8. Üzerinde hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalı
9. Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmeli
10. Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde değiştirmeli
11. Siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmasına 18 ay kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık olmamalı
12. Ürün içeriği % 21 sitrik asit, % 2,5 laktik ve malik asit, anti korozyon madde içermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.