



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 350

KONU: 7 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

17/02/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **20/02/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K I K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K I K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlakla **20/02/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : RSAH

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROKSİMAL FEMORAL NAIL	1	ADET	TV5340			
2	LAG COMPRESSION SCREW	2	ADET	TV5470			
3	DİSTAL KİLİT VİDASI	2	ADET	TV5500			
4	PROKSİMAL VİDA KİTLEMESİ	1	ADET	TV5500			
5	PROSKİMAL VİDA KİTLEMESİ	1	ADET	TV5460			
6	BOYUN KONDİL KİTLEMESİ	1	ADET	TV5400			
7	END CUP TEPE VİDASI	1	ADET	TV5380			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEBSİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KASE /MZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

PROKSİMAL FEMORAL NİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * Femur trokhanterik tipinden çakılmaya uygun olmalıdır.
- * Çivi titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- * Çivinin tepe kısmı rotasyonel stabiliteyi arttırmak için trapezoidal yapıda olmalıdır.
- * Çivi 4 derece lateral ofsete sahip olmalıdır.
- * Çivi hem collum femoris kırıklarında hem de subtrokanterik femur kırıklarında kullanıma uygun olmalıdır.(Collum kırıklarından çift vida sistemi, subtrokanterik tek vida şeklinde kullanılabilirdir.)
- * Çivinin uç kısmı slotlu olmalı, bu sayede distal stabiliteyi artırıp yeni kırık riskini önlemelidir.
- * Çivinin tepe bölümünü kapatmak için kanüllü tepe vidası olmalıdır.
- * Boyun vidaları çivinin içinden harici bir vida ile kilitlenebilmelidir. Böylece vidanın geri kayması engellenmelidir.
- * Çiviler 9, 10, 11, 12 mm çapta olmalıdır.
- * Çivi uzunlukları 180 mm, 200 mm ve 240mm olmalıdır.
- * Çivinin distal deliği hem dinamik hem de statik kilitlemeye uygun olmalıdır.
- * Çivinin proksimal kilitlenmesi 11 mm çapa sahip lag vidası ve 7 mm çapa sahip interlaking vida ile kilitlenebilmelidir, bu vidalar birbiriyle kilitlenmeye uygun yapıda olmalıdır.
- * Çivi birbirine kilitlenen vida yapısıyla femur boynunda oluşan Z stresini önlemelidir.
- * Çivinin distal ve proksimal kısmını kitlemek için özel guide sistemi olmalıdır.
- * Çivinin çakma seti minimal invaziv cerrahi için uygun olmalıdır.
- * Çakma setinde flexibel oyucu bulunmalıdır.
- * Distal vidalar 4.7mm çapında ve 32 mm ile 50 mm uzunluğunda olmalıdır.
- * Çivinin proksimal delikleri 130 derece açı ile vida gönderilmeye uygun olmalıdır.
- * Proksimal lag vida boyları 75 mm ve 115 mm arasında olmalıdır.

<u>Sut kodu</u>	<u>Malzeme Adı</u>	<u>Miktar</u>
TV5340	Proksimal Femoral Nail	1 Adet
TV5470	Lag + Compression Screw	2 Adet
TV5500	Distal Kilit Vidası	2 Adet
TV5500	Proksimal Vida Kitlemesi	1 Adet
TV5460	Proksimal Vida Kitlemesi	1 Adet
TV5400	Boyun Kondil Kitlemesi	1 Adet
TV5380	End Cup (Tepe Vidası)	1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan OZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güneş GÜNEŞOY
Dip. Tes. No: 110298 - 03 05057
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı