

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA ALIM

17/02/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **22/02/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22/02/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

| S. NO | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME | MARKA / MODEL / U.B.B KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|--------------|---|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | VENTİLATOR CİHAZI SU TUTUCU MODÜL | 9 | ADET | | | | |
| 2 | KÜVÖZ YATAK TERAZİSİ TARTI MODÜLÜ ALT KAPAĞI | 1 | ADET | | | | |
| 3 | ULTRAVİOLE LAMBA | 1 | ADET | | | | |
| GENEL TOPLAM | | | | | | | |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
VENTİLATÖR CİHAZI SU TUTUCU MODÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastabaşı petlant sökölerek kuru hava girişı su tutucuya, su tutucudan çıkan hava petlant kuru hava prizlerine bağlanacaktır. Büyük boy olacaktır.
2. Alt kısmından otomatik su tahliye edebilmelidir. Hortum ile tahliye edilen su gider borusuna bağlanacaktır.
3. Modül petlanta yapışık monte edilecek gider hortumu kanalet ile muhafaza altına alınacaktır.
4. Montaj yoğunbakım birim sorumlusundan randevu alınarak servis müsait olduđu zaman yapılacaktır.
5. Bağlantıda kullanılacak Pnömatik hortumlar kaliteli ve basınca dayanıklı olacaktır.
6. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değıl üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
7. Alım yapılan malzemenin denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

14.02.2022

Adnan ERSOY

Biyomedikal Mühendisi

14.02.2022

Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ

Teknik Ser. Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
KÜVÖZ YATAK TERAZİSİ TARTI MODÜLÜ ALT KAPAĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ERTUNÇ ÖZCAN marka, MAGIC LOGGIA model küvözlere uyumlu olmalıdır.
2. Terazi modülü üst kısımda yer alan dört adet vida yerine uyumlu olmalıdır.
3. Kullanılmamış sıfır ürün olmalıdır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

15.02.2022
Melek ARSLAN BÜYÜK
Yenidoğan Sor.

ULTRAVİYOLE LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Gücü 25 W olmalıdır.
- 2-Işık akısı 220-280 nm olmalıdır.
- 3-Çalışma sıcaklığı -10 °C-+45°C olmalıdır.
- 4-Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- 5-Ürün ölçüleri 400x150x300 mm olmalıdır.
- 6-Ağırlık 0,5-1 Kg olmalıdır.
- 7-UV LED tipi olmalıdır.
- 8-Led ömrü 50.000 saat olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mehmet Ali KARLIĞAĞ
Dip. Tes. No: 9193/70812
Göğüs Hastalıkları ve BC Uzm.