

14/04/2021

SAYI: 98177073 / 934.01 - 361

KONU: 2 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 19/04/2021 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** 19/04/2021 tarihinde saat 10:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- ALIMLA İLGİLİ SÖZLEŞME İMZALANACAK OLUP;SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TÜM GİDERLER YÜKLENİCIYE AİTTİR.

Hayran KARAHAN
Mali ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EKSTERNAL LOMBER DRENAJ SETİ	10	ADET	024360			
2	VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ	10	ADET	KN1022			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

EXTERNAL LOMBER DRENAJ SET TEKNİK ŞARTNAMESİ OR4360

GENEL HÜKÜMLER

- Ürünler Sağlık Bakanlığından Onaylı olmalıdır.
- Ürünler TITUBB kaydı mevcut olmalıdır.
- Ürünler çift steril disposable ambalaj içerisinde olmalıdır.
- Ürünler Üretim tarihi, ürün niteliği, son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- İştirakçi firmanın yetkili olduğunu gösterir belgeler istekli bu belgeleri dosyasında sunmalıdır.
- İhale öncesi ürün numunesi komisyona sunulmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER

1. Sistem çift paketlenmiş steril ambalajında lomber bölgeden BOS boşaltımını gerçekleştirebilir özellikte olmalıdır
2. Kapalı sistem olacaktır.
3. Sistemle birlikte 80cm'lik radio-opak silikon lomber katater (iç çapı 0.7 mm) (5F) (dış çapı 1.67mm), 066INCH 14G ebadında da Touhy iğnesi olmalıdır.
4. Sistemde lomber katater yerleştirme esnasında guide yapışmamalıdır, hydrophilic yapıda olmalıdır.
5. Katater üzerinde 1 cm aralıklı olarak mesafe işaretleri bulunmalı ve her 5cm lik aralıkta (5, 10, 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65) mesafeye kadar numerik rakamlar olmalıdır.
6. Enjeksiyon ve örnekleme için kendiliğinden kapanan latex bölüm içeren 700ml'lik işaretli toplama torbası olmalıdır.
7. Drenaj sistemde ICP monitörizasyon ölçümleri için cm H2O kalibre edilmiş 100 ml damlalık bölümü olmalı ve üzerinde bakteri filtresi bulunmalıdır.
8. Drenaj sistemde ayrıca damlalık bölümünde 2 adet ve torba bölümünde 2 adet klemp bulunmalıdır.
9. Sistem üzerinde 115 ml/120cc derecelendirilmiş büret olmalıdır. BOS miktarı ölçeklendirilmek üzere tasarlanmış olmalıdır ve üzerinde bakteri filtresi ve 2 ayrı klemp mevcut olmalıdır.
1. External Lomber Drenaj Sistemde 700 ml hacminde Torbası mevcut olmalıdır.
2. Sistem 3 yıl miad süresi mevcut olmalıdır.
3. Şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Şartnameye uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
4. Sistem TITUBB kaydı mevcut olup; Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ahmet OZKAN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No 72209

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa AKTAS
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No 72209

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Gökhan AKTAŞ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No 85956

VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT:KN1022

1. Sistem ventrikül drenajı amacı ile kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sistem içinde bir adet drenaj torbası ve bir adet ventrikül kateter kiti olmalıdır.
3. Tek parça ve integral dizaynda olmalıdır.
4. Sistemin ventriküler kateter uzunluğu en az 31 cm olmalı ve çapıda 8 F olmalıdır.
5. Hem erişkin hemde çocuk için kullanılabilmelidir.
6. Drenaj torbası üzerinde kolay okunabilir volume işaretleri olmalıdır.
7. Drenaj torbası hacmi en az 700 ml olmalıdır.
8. Torba içinde sıvının kolayca torba içinde akmasını sağlayacak ve torba iç çeperinin yapışmasını engelleyecek kanal yapısı olmalıdır.
9. Torbada, torba yüksekliğinin kolayca ayarlanabilmesini sağlayan askı ipi olmalıdır.
10. Torba üst kısmında sıvı akışının kolayca gözlenebileceği integral damlama haznesi olmalıdır. Torba dolunca boşaltılabilir olmalıdır.
11. Hasta bağlantı hortumu yeterli uzunlukta olmalıdır.
12. Torba üzerinde, torba içindeki havanın kolaylıkla çıkmasını sağlayacak, su geçirmez (hidrofobik) özellikde ventilasyon filtresi olmalıdır.
13. Torba alt kısmında konikal dizaynda sert malzemeden üretilmiş drenaj çıkışı olmalıdır. Bu drenaj çıkışının uç kısmında su geçirmez kapak olmalıdır.
14. En az 2 yıl steril tarihli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ahmet ÖZKAN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes. No: 72200

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Gökhan AKTAŞ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes. No: 85956

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Gökhan AKTAŞ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes. No: 85956