

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 366

KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

26.03.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **29.03.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrütmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29.03.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**
- 11- **TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTEMİ OLAN KALEMLER İÇİN FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE DE GÖNDERECEKLERDİR.**
- 12- **NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR**

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BONEWAX (KEMİK MUMU)	100	ADET	OR4510			
2	BİSTÜRÜ UCU NO:11	1.000	ADET				
3	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ	50	ADET	OR2460			
4	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7,5	20	ADET	OR2560			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben en geç 10 gün içerisinde ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

1.Kalem Bonewax (Kemik Mumu) Teknik Şartnamesi

1. Kolay şekil verilebilir olmalı, yoğrulabilir, yumuşak balmumu esaslı levhalarda oluşan kemik mumu olmalıdır,
2. Çift ambalajlı ve steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Malzeme birim ambalajında en az 2,5 gr olmalıdır
4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
5. Ürün CE (AT uygunluk) belgesi bulunmalı ve ambalaj üzerinde CE işareti ve no su olmalıdır.
6. Ürün numune değerlendirmesi yapılarak uygun olduğuna karar verildikten sonra alınacağından, numune gönderilmelidir.

2.KALEM BİSTÜRİ UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.
- 2) Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE uygunluk işareti, üretici firmanın ablemi, açık adresi, üretim yeri, markası okunaklı olarak yazılmalıdır,
- 3) Her Kutuda 100 adet olmalıdır.
- 4) Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır,
- 5) Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı yırtılmamalıdır,
- 6) Bistüri paketi açıldığında içteki kağıtla açılmalıdır.
- 7) Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır,
- 8) İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir,
- 9) Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır,
- 10) Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır,
- 11) Bistüri doku keserken kırılmamalıdır,
- 12) Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
- 13) Bistüri ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.

Şartnamlar itale listesinde alınmıştır

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 7.5 MM DISP.

- 1)Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
- 2) Kaf düşük basınçlı olacaktır.
- 3) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
- 4) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
- 5) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
- 6) Üzerinde radyopak çizgi bulunacaktır.
- 7) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
- 8) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
- 9) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
- 10) Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miatlı olacaktır.

Dr. Şükrü KARCI

Transducer Set (Basınç İzleme Tekli) Teknik Şartnamesi

1. Hastanemizdeki invaziv basınç kanalı olan monitörlerde kullanılmak üzere basınç monitarizasyonu için komple monitarizasyon sistemidir.
2. Set, kendinden yıkama sistemli bir disposable transducer , 1 adet bağımsız yıkama ünitesi ve üçlü musluklar ve 1 basınç hattından oluşur.
3. Tüm muslukların üzerinde sıvı akış yönlerini gösteren işaretler olmalı ayrıca musluğun kapalı yönü bir yazı ile belirtilmelidir.
4. Transducer serum hattından beslenecektir. Serum bağlantısı için bir makrodrip hazne olmalı, makrodrip hazne ile transducer'in bağlantı konektörü arası en az 120 cm olmalıdır.
5. Damlama haznesinden sonra akışı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp ve transducere giden hat üzerinde akış kapamaya yarayan bir slide klemp olmalıdır.
6. Transducerden basınç kablosuna uzanan hat 30 cm den kısa olmamalıdır.
7. Transducer üzerindeki flush sistemi, yan port ve 3 yollu musluk; sızıntı ve bağlantı gevşemelerini önlemek amaçlı tek parça olmalıdır.
8. Yıkama sistemi, hem çekmeli lastik (intraflo), hemde sıkmalı (squeeze) olmalıdır.
9. Sıkmalı sistem, kullanıcıya akışı yavaştan tam açığa kadar kontrol etme imkanı verecek dizaynda olmalıdır.
10. Transducerlerin basınç kablosuna bağlanan konektörleri üzerinde dışardan gelebilecek olası konektör ıslanmalarından korumak için muhafazası olmalı ve basınç kablosu dışardan boşluk bırakmayacak şekilde kavramalıdır.
11. Bağlantı hattı: Transducer 1 adet kırmızı çizgili basınç izleme hattı (120 cm den kısa olmamalıdır) ayrıca 2 adet 3 yollu musluk içermelidir. Musluk ve kapaklar kırmızı renkli olmalıdır ve line şeffaf olup , hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır.
12. Bağlantı hattında en az 30 cm'lik bir uzatma line bulunmalıdır.
13. Basınç hatları kink-rezistan, luer-lock uygulamalı, çok iyi frekans cevabı veren PVC olmalıdır.
14. Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/saat hızda istenildiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
15. Serum seti içerisinde filtre bulunmalıdır.
16. Çalışma basıncı aralığı -30 ile +300 mmHg ve yüksek basınç limitleri -400 ile 5000mmHg arasında olmalıdır.
17. Hastanemizde kullanılan mevcut olan monitörlere uygun, monitör sayısı kadar kablo, kullanım süresince verilmelidir.
18. Transducer setlerine uygun tutucu (holder) 10 adet ve Sehpa (DPT Organazier Çiftli) 10 adet setlerin kullanım süresince verilmelidir.
19. Transducer setlerinde kullanılmak üzere ücretsiz hastanemize vermek üzere 7 adet 1000ml'lik basınç gösterge saatli Reusable manşon verilmelidir.
20. Numune değerlendirildikten sonra kabulü yapılacaktır.

Yazışma Birimi
UZ
İmza
Tarih: 10.05.2023