



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

29/02/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 05/03/2024 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satılma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirme alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 05/03/2024 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Cavit GESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKLİ	200	ADET				
2	KARMEN KANÜL UCU NO:5 RENK YEŞİL	200	ADET				
3	KARMEN KANÜL UCU NO:4 RENK SARI	200	ADET				
4	KARMEN KANÜL UCU NO :6	200	ADET				
5	LAPARASKOPİK TROKAR 10 MM	200	ADET	OR2865			
6	LAPARASKOPİK GRASPER 5 MM	20	ADET	OR2920			
7	NEBULİZATÖR SET T PARÇALI	400	ADET	OR2670			
8	TIRNAK FIRÇASI BETADİNLİ	500	ADET				
9	VÜCUT TEMİZLEME LİFİ	3.000	ADET				
10	LAPARASKOPİK ASPİRASYON İRRİGASYON SETİ 5 MM	30	ADET	OR2990			
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

SMT3714 KARMEN ENJEKTÖR

SMT 3691 SARGI BEZİ Temel İşlevi:	1. Ürün uterusun boşaltılmasında ve patolojik incelemeler için numune alınmasında kullanılmak amacı ile imal edilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kullanıcı tercihinine göre tekli veya çiftli seçenekleri bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Enjektör 60 cc olacak, tek kapatma valfi, piston kolu ve durdurucu halkası bulunacaktır 4. Ambalajın içerisinde enjektörün kullanımı kılavuzu olacaktır, 5. Silikon en az 2cc olacaktır 6. Tüm boy karmen kanülleri ile kullanıma uygun olacaktır 7. Kullanıcı tercihinine göre tekli veya çiftli seçenekleri bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	8. Ürün uts sistemine kayıtlı olmalıdır. 9. Ürün steril tekli ambalajda teslim edilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sk. No.. Ecz 8764

SMT4071 KARMEN KANÜL

SMT Temel İşlevi:	1. Sert, düz veya eğri özelliklere sahip, rahim içi emme kureti olarak kullanım amacı için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Enjektör ve kanüller tek set içerisinde bulunmalıdır. 3. Malzemenin farklı çaplarda seçenekleri mevcut olmalı, bu ölçülerdeki tüm çeşitler en az 185 mm uzunluğunda olmalıdır 4. Kanüllerin 3 ile 12 fr arasında ölçüleri olmalıdır. 5. Tekli enjektör içerisinde 4,5,6,7 fr kanül, çiftli enjektörde 8,9,10,11,12 fr kanül uçlarından birer adet bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Uç kısmı şeffaf plastikten ve düzgün ve yuvarlatılmış yapıda olmalıdır. 7. Uç kısmında küreme işlemi için 8 numaraya kadar (sekiz numara dahil) en az bir delik 9 numara üstü için (9 numara dahil) ise karşılıklı iki adet ters tınaklı delik olmalı veya küreme işlemine yetebilecek tek büyük bir delikli olmalıdır. Bu deliğin genişliği ürün numarasına göre 4 mm-26 mm arasında olmalıdır. 8. Malzeme lateks içermemelidir.
Genel Hükümler:	9. Tekli steril medikal ambalajda olmalıdır 10. Ambalaj şekli En az 25 en fazla 100 adetli şeklinde olmalıdır. 11. CE belgesine sahip olmalı ve ÜTS kaydı bulunmalıdır. 12. Etilen oksit veya gama sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

SMT1363 TROKAR, BIÇAKLI

SMT Temel İşlevi:	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. 3. Trokarın uzunluğu; • Kısa için 70(± 10 mm), • Standart için 100 mm (± 10 mm) ve • Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Trokar sisteminde; • 5/5,5 mm lik trokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için, • 10/11mm lik trokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için, • 12/12,5mm lik trokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için, • 15mm lik trokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir. 5. Kanülün dışı, batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemi veya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. 10. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

SMT1363 TROKAR, BIÇAKLI

Teknik Özellikleri:	11. 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm lik trokar kanülünün, çap düşürücü ve/veya kanülde hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kacağı azaltılmalıdır. 12. 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm lik trokarlarda spesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır. 13. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır. 14. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir. 15. Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hıfız
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

SMT1269 LAPAROSKOPIK GRASPER

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün şaftının çapı 5 mm olmalıdır. 3. Ürünün şaftının boyu en az 30 cm olmalıdır. 4. Ürünün çene uzunluğu en az 16 mm, çene açıklığı en az 18 mm olmalıdır. 5. Ürünün timsah dişli, fare dişli, retrograd veya düz çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Şaft 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 7. Ürünün tutacının ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 8. Kapandıktan sonra dokuyu bırakmayacak şekilde kilit mekanizması olmalıdır. 9. Ürünün tutamak kısmı kolayca kilitlenebilecek şekilde açılıp, kapanabilen ve ergonomik yapıda olmalıdır. 10. Ürünün uç kısmı rahat kullanım açısından kullanıcının tercihiyle göre küt, çene iç yüzeyi travmatik tırtıklı olmalıdır. 11. Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. 12. Üründeki yalıtkan malzeme monopolar koter esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin en az eklemlili kısmına kadar kaplı olmalıdır. 13. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır. 14. Ürünün şaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme ile yırtılmamalı ve şafttan ayrılmamalıdır. 15. Ürünün ağız operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır. 16. Laparoskopik el aletinin üzerinde ürünün hangi el aleti olduğunu temsil eden renk kodu olmalıdır.

SMT1269 LAPAROSKOPİK GRASPER

Genel Hükümler:	17. Malzemeler, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 18. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.
----------------------------	---

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.: Ecz 8/64

NEBULIZER SET T PARÇALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağzılık, t parça, nebulizer ve 2m bağlantı hortumu olmak üzere 4 parçadan oluşmalıdır.
2. Bağlantı elemanları (hortum ve konektör) "medikal grade" yumuşak PVC'den yapılmış olmalıdır. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
3. T konektör 22 M/22 M-15 F ölçülerinde olmalıdır.
4. Bağlantı hortumu 200 cm +/- % 5 medikal grade PVC olmalı, hortum iç yüzeyinde mukavemet artırıcı kanallar bulunmalıdır.
5. Nebulizer, içindeki ilacı gösteren şeffaf, sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Hazne hacmi en az 8 ml olmalıdır.
6. Nebulizer bağlantı elemanları ile hava kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
7. Nebulizer içerisine konulan 2.5 ml (1 flakon) ilacı 5-10 dakika içerisinde pulvarize etmelidir.
8. Pulvarizasyon sonrası residual hacim 0.7 ml'yi aşmamalıdır.
9. Nebulizerin yaptığı pulvarizasyonun 4-7 µm ağırlıklı tanelecik boyutu ortalama % 70 olmalıdır. Bu konuya ait "Particle Size Analysis" raporu ibraz edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, kullanım ve firma bilgileri bulunmalıdır.
11. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olması gerekmektedir.
13. Ftalat içeren ürünlere, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmî gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun işaret ve uyarılar bulunmalıdır.
13. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarası, kodu ve ürün adının etiket üzerinde olması gerekmektedir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No: 826764

SMT1268- ASPIRASYON-İRRİGASYON SETİ, LAPAROSKOPİK

SMT Temel İşlevi:	1. Solunum yolu sisteminde trakeal aspirasyonların yapılmasını, hastanın ventilasyon devamlılığını ve enfeksiyon riskini en aza indirecek amaçta ve yapıda olmalıdır. 2. Laparoskopik, robotik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	3. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutaç, şafttan oluşmalı ve aynı steril paket içinde bağlantıları yapılmış halde hazır bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. İrrigasyon ve aspirasyon sisteminin şaftı talebe göre 3 mm, 5 mm veya 10 mm çapında olmalıdır. 5. İrrigasyon ve aspirasyon sistemindeki şaftın uzunluğu en az 31 cm olmalıdır. 6. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon işlemlerini tek elle kumanda etmek için yapacağı işlemi sembolleyen veya farklı renklerde butonlar olmalıdır. 7. İrrigasyon ve aspirasyon sisteminin tutacında hortum bağlantı soketleri olmalıdır. 8. Uç özellikleri sağlık tesisinin talebine göre aşağıdakilerden biri olmalıdır. a) İrrigasyon ve aspirasyon sisteminde; şaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon işlemini hızlandıran en az 6 adet delik olmalıdır. Atravmatik, yumuşak uçlu veya künt metal uçlu olmalıdır. Doku aspirasyonunu önlemek için distal lateral delikler olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURU
Eczacı
Sic. No.: Ecz 8754

SMT1268- ASPIRASYON-İRRİGASYON SETİ, LAPAROSKOPIK

Teknik Özellikleri:	b) L-Hook Uç Koter özellikli İrrigasyon ve aspirasyon sisteminde; L-Hook koter probu shaftın içinde bulunmalı ve kullanım alında L-Hook koter probu shaft dışına çıkartılarak hazır olmalıdır. Koter bağlantı ucu Universal olmalı Koter cihazlarına uygun bağlantı/giriş özelliklerini taşımalıdır. L-Hook uç koter probu shaft dışına tutaç üzerindeki bulunacak mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı sonrası shaft içerisine tetik mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır. Cihazın Shaft kısmını tutaç mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket kabiliyetini yönetebilir olmalıdır c) Spatul Uç Koter özellikli İrrigasyon ve aspirasyon sisteminde; Koter probu spatul, şeklinde shaftın içinde, koter bağlantı kablosu sistemin üzerinde entegre olmalı harici bir Koter Bağlantı kablosuna gerek duyulmamalıdır. Koter bağlantı ucu Universal olmalı Koter cihazlarına uygun bağlantı/giriş özelliklerini taşımalıdır. Spatul uç koter probu shaft dışına tutaç üzerindeki bulunacak tetik mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı sonrası shaft içerisine tetik mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır. Cihazın Shaft kısmını tutaç mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket kabiliyetini yönetebilir olmalıdır 9. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi vaka esnasında irrigasyon işlemini yaparken vücut sıvılarını batin içerisine kontrol dışı bırakmamalıdır. 10. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerindeki butonlar tutukluluk yapmamalı ve işlevini gerçekleştirebilecek şekilde kolayca çalışmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde tek tek paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
No. Ecz 8764

Dezenfektanlı (Batıkonlu) El ve Tırnak Fırçası Tek Kullanımlık

Çift taraflı, (bir tarafı fırça-bir tarafı sünger) tek kullanımlık el ve tırnak temizleme fırçası.

Dezenfektan içerir, cerrahi el dezenfeksiyonu sağlamalıdır.

% 7.5 Povidon İyot Emdirilmiş olmalıdır.

Ergonomik fırça dizaynı (48*79*34 mm)

Kolay açılabilir paket olmalıdır.

Cildi tahriş etmeyen yumuşak kıllar olmalıdır.

Pürüzsüz ve yumuşak süngerin 90 ml ye kadar sıvı emiş özelliği olmalıdır.

Sadece hançer kullanım için olmalıdır.

ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiş olmalıdır.

Biyosidal ruhsatına sahip olmalıdır.

Latex içermemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.: Ecz 8764

Hijyenik Banyo Lifi Teknik Şartnamesi

1. Temizleyici solüsyon life emdirilmiş halde kullanıma hazır olmalı su ile temasında kendiliğinden köpürmeli ve durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
2. Ürün alkol, lateks ve lanolin içermemeli ve her cilt tipine uygun olmalıdır.
3. Ürün ciltte tahriş yaratmayan hipoalerjik özellikte olmalıdır.
4. Ürün bedenin tüm cilt yüzeylerine (perine, bedenin tüm cilt yüzeyleri, müközmembranlar) kullanılabilecek pH oranına 5.0/5.5 sahip olmalıdır.
5. Ürün uygulama sonrası ciltte şeffaf, nefes alan krem tabakası bırakmalıdır.
6. Ürün cilt temizliğini kolayca sağlamaya uygun boyutta olmalı (12x20) avuç içinde kolayca katlanarak cilt temizleme işlemini basitçe gerçekleştirmelidir.
7. Ürünün bir paketinde 20 adet tek kullanımlık mikrofiber lif bulunmalıdır.
8. Ürün paketinden çekildiğinde yırtılmamalı ve elden kaymayacak özellikte olmalıdır.
9. Ürünün uygulanması sonucunda başka herhangi bir işleme gerek duyulmamalıdır.
10. Demo ürün gönderilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.: Ecz 8764