



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

08/03/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 12/03/2024 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarı etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlakla 12/03/2024 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Cavit CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	GÖZ - FOLDABLE GÖZ İÇİ LENSİ	50	ADET	GZ1016			
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

1-Foldable Göz İçi Lensi Teknik Şartnamesi

1. Monoblok(tek parçadan mamül)akrilat metakrilattan üretilmiş olmalıdır.
2. Lensler hidrofobik yapıda olmalıdır. Lensler aşağıdaki maddelerden en az birisini karşılamalıdır.
 - a) Lens asimetrik bikonvex veya sferik yapıda optiğe sahip olmalıdır. Refraktif indexi 1,55 olmalı ve Aynı marka üç parçalı lens de üretiyor olmalıdır.
 - b) Kenar yapısı üç açılı Frosted dizaynda olmalı optik asiferik veya sferik olmalıdır. Aynı marka üç parçalı pmma haptik lens üretimi olmalıdır.
 - c) Çok yüksek miyop ve hipermetrop hastalarında kullanılabilmesi için -20 (eksi yirmi)ile +45(artı45)dioptri aralığında 0.5 Dioptri basamaklarla üretiliyor olmalıdır. Lens Aberasyon kontrollü asferik optik dizayna sahip olmalıdır. Üretim güvenilirliği bakımından aynı marka Trifokal Toric lens üretimi de mevcut olmalıdır.
3. Refraktif indeksi 1,46-1,55 arasında olmalıdır. Haptik çapı en az 13mm olmalıdır.
4. UV koruyucu olmalıdır.
5. Lenslerin su içeriği %25ten fazla olmamalıdır.
6. Asimetrik veya simetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır.
7. Optik haptik düzlemi arasında açıl olmamalıdır.
8. Ön kamara derinliği 5.19 veya 5.20 veya 5.40 olmalıdır.
9. A sabiti optik veya ultrasonik olarak 118,0-118,8 arasında olmalıdır.
10. +6-30 dioptri aralığında Türkiye pazarında stoklu olmalıdır.30 dioptriden yüksek dioptriler olması tercih sebebidir.
11. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde lensin kullanıldığına dair referans listesi olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi geçtiğinde firma tarafından yenisiyle ve ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
13. Lensler ile beraber klinik ameliyathane de kullanılan fako cihazına reusable 2.8mm 5 adet fako tip uç verilecektir.
14. Teslim edilecek lens sayısının %10 u kadar bedelsiz ekstra kartuş enjekte edilecektir.

Marmara Sağlık Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cenk Seccarın ONA
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 197556