

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 375
KONU: 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM

16/04/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **19/04/2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19/04/2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	NEMLENDİRİCİ/HUMİDİFER (SICAK BUHAR)	8	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

OT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr


e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

VENTİLATÖR İLE UYUMLU NEMLENDİRİCİ / HUMIDIFIER (SICAK BUHAR) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nemlendirici ventilasyon desteği alan yenidoğan ve yetişkin tüm hastalar için kullanılabilir.
2. Cihaz ısıtıcı tel ile hasta devresinde oluşan fazla nemi önleyecek şekilde çalışmalıdır.
3. Cihaz ekranı üzerinden ısıtıcı tel ve tabla sıcaklık ayarlanabilir. Otomatik olarak sıcaklığı sabit değerde tutabilir.
4. Isıtıcının tabla sıcaklığı maksimum 110 °C olmalıdır.
5. Cihaz 18 °C ile 27 °C arası ortam sıcaklığında çalışabilir.
6. Cihaz 230 volt 50 / 60 hz voltaj değerlerinde çalışmalıdır.
7. Cihazın dokunmatik ekranı olmalı ve tüm kontroller ekran üzerinden veya döner buton üzerinden yapılmalıdır.
8. Cihaz su dökülmelerine karşı suyu dışarı atacak şekilde su atma deliklerine sahip olmalıdır.
9. Cihaz aşırı ısınmalara karşı elektrik devresini kesecek korumaya sahip olmalıdır.
10. Cihaz, arka kısımda kızak sistemi ile istenilen bir yere (ventilatöre) sabitlenebilir veya herhangi bir düz zemin üzerine konarak kullanılabilir.
11. Cihazda oluşan bütün alarmlar ekranda gösterilmeli, sesli alarm olmalı ve butonuna basıldığında alarm sesi susturulabilir.
12. Cihaz yüksek ısı ve ısıtıcı tel hatası alarmları verebilir.
13. Cihazın ÜTS kaydı bulunmalı ve teklifler ile birlikte verilmelidir.

TIBBİ CİHAZ TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. Teklif verilen cihaz 2020 ve/veya 2021 yılı üretimi olmalıdır. Cihaz üzerinde marka, model, seri no ve üretim yılını gösterir ürün etiketi bulunmalıdır. "refurbished" "yenilenmiş-sıfırlanmış" ürün, demo ürün, konsinye ürün olmamalıdır.
2. ÜTS Belgesi: İsteklinin, Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğu ve teklif edilen cihazın ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir. Biyomedikal birimimize teslim edilecek olan faturada ÜTS kodu yazılı olacaktır.
3. Cihaz, firma tarafından temin edilen tüm aksesuarlarıyla birlikte hastaneye getirilerek yerinde çalışır durumda teslim edildiği tarihten (ve/veya fatura tarihinden hangisi en son tarih ise) itibaren yedek parça dâhil en az iki yıl ücretsiz garantili olacaktır. Garanti süresine cihazın arızalı olduğu süreler dâhil edilmeyecektir. Bu garanti, üretici, distribütör ve/veya temsilci firma tarafından taahhüt edilecektir. Garanti belgesi, ihaleden sonra teslimat sırasında verilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın kalibrasyonu yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Yerinde yapılamayan kalibrasyon için ulaşım giderleri yüklenici firmaya aittir.
4. Cihaza teknik servis menüsü, kalibrasyon uyarısı, servis işlemleri veya benzeri başka adlar altında herhangi bir yazılıma yada dahili sisteme şifre konulmuş ise hastanemiz Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimize bu şifre verilmek zorunludur.
5. Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda yapılacaktır. Cihazın arızadan kaynaklı durma süresi downtime olarak kabul edilecektir. %95 altına düşülen her 1 (bir) iş günü için bire üç olarak garanti süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre toplamda üç ay ile sınırlı olacaktır. Arıza onarımlarında firma mutlaka detaylı servis formu ile cihaza yapılan işlemleri belgeleyecektir.
6. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve/veya satıcı firma taahhüt edecektir. Firmalar, cihazda kullanılan elektronik devre kartları ve arıza olasılığı yüksek diğer yedek parçaların cins, kod numarası ve fiyatlarını TL ve/veya döviz bazında, teklifle birlikte sunacaklardır. Bu bedeller tekliflerde cihazların bedeline dâhil edilmeyecektir. Bu fiyatlar 8 yıl süre ile geçerli olacaktır. Yüklenici firma bunu yazılı taahhütname olarak hazırlayıp imzalayarak Biyomedikal birimimize teslim edecektir. Liste toplamı cihaz bedelinin 2 katını geçemez.

 Ümmü ZEYNEKOĞLU

7.Garanti süresi içerisinde firma cihazın arızalı olduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren 36 saat içinde arızaya müdahale etmek zorundadır. Firma arızalı cihazı en fazla 15 gün içinde çalışır duruma getirmelidir. 15 gün sonunda arızası giderilemeyen cihaz yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. Cihaz garanti süresi içerisinde aynı arızadan dolayı 2 (iki) kez onarım görürse üçüncü arızada, farklı arızalardan dolayı 4 kez arıza meydana gelmesi durumunda firma cihazın yenisini vermek zorundadır. Cihaz ile olumsuz olay yaşanır ise yerine ikame cihaz verilecektir.

8.Garanti süresi içerisinde cihazın yerinde tamiri mümkün olmadığı durumlarda, cihazın firmaya gitmesi-hastaneye geri gelmesi için gerekli tüm ulaşım giderleri (kargo, nakliye vs.) firmaya aittir.


9.Firma cihazın kullanımıyla ilgili olarak yerinde hastane sağlık personeline kullanıcı bazında ve teknik elemanlara sık karşılaşılan arızalar ve bakım ile ilgili yeterli sürede gerekli kullanım, bakım-onarım eğitimi vereceklerdir.

10.Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve ÜTS kodu, üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

11.Alım yapılan cihazın (talebi yapan servis ve muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir. Yüklenici muayeneye bizzat katılmalıdır, dayanıklılık testlerinde oluşabilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.

12.Teklif veren firma bu şartnamenin tüm maddelerini okumuş-anlamış ve kabul etmiş sayılır.

13.Montaj gerektiren bir cihaz ise alt yapı masrafları da dahil olmak üzere tüm işçilik ve malzeme giderleri firmaya aittir. Montaj ile ilgili tüm iş güvenliği vs. hukuki ve kanuni gereklilikler firma tarafından yerine getirilecektir

 ÜMMÜ
ZEYBEKOĞLU