

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -38
KONU: 9 KALEM ORTOPEDİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

06.01.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ r (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **07.01.2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alm yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07.01.2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mal Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EL BİLEK FİKSATÖRÜ	1	ADET	TV3116			
2	SCHANZ ÇİVİSİ	4	ADET	TV5120			
3	MEMBRAN	1	ADET	SG1170			
4	BİORESORBABLE PIN	2	ADET	TV5680			
5	DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK	1	ADET	TV1450			
6	2,4-2,7 MM KİLİTSİZ VİDA	10	ADET	TV1010			
7	2,4-2,7 MM KİLİTLİ VİDA	15	ADET	TV1150			
8	3,5 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1170			
9	3,5 MM KORTİKAL VİDA	5	ADET	TV1030			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

EKSTERNAL FİKSATÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
EL BİLEK FİKSATÖRÜ

- * Ürün Colles kırıkları için tasarlanmış ve kolay takılabilir olmalıdır.
- * Fiksatorün ana gövdesi radio-lucent özellik gösterecek bir hammadeden yapılmalı, ara bar ve distal bağlantı aparatı ise hafif alüminyumdan mamül olmalıdır. Bunun dışında kalan tüm aksamlar ise paslanmaz çelik veya titanyum olmalıdır.
- * Fiksator distal klempı açılabilir özellikte olmalı ve schanz çivileri 15-20-25mm aralıklarla ayarlanabilmektedir.
- * Fiksator distal ve proksimal bölgesi arası ayarlanabilir açıya sahip bir bağlantı yapısında olmalıdır. Bu bağlantı distraksiyon özelliğine de sahip olmalı ve distraksiyon rotasyonel bir mil ile dereceli olarak yapılabilir.
- * Ara bağlantı barının uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.
- * Fiksator ana gövdesi üzerinde Dorsal/Palmar kaydırma yapılabilir. Bu mesafe ayarı 15mm altında olmamalıdır.
- * Fiksatorün schanz çivileri medikal kalitede çelikten, 3.2mm çapında, self tapping uç yapısında olmalıdır.
- * Fiksator hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 100 gr ağırlığında olmalıdır.
- * Fiksator ve aşağıdaki disposable uygulama aletlerinin tamamı steril ve kullanıma hazır tek bir paket içerisinde olmalıdır.
- * Schanz Çivisi, 3.2mm 4 Adet
- * 2.5mm Drill 1 Adet
- * Hex L Anahtar 1 Adet
- * Hex Driver 1 Adet
- * Pin Driver 1 Adet
- * Koruma Kılıfı (Takıldıktan Sonra) 1 Adet

* **EKSTERNAL FİKSATÖR SUT KODU: TV3116**

- * Self Drilling/Self Tapping Bone Screws TV5120
- * Carbon Fiber (Rod) TV3720
- * Carbon Fiber (Rod) TV3740
- * Halka Ring Rod TV3210
- * ŞANZ VİDASI TV5120

MANAVGAT DEVLET HASTAHANASI
Op. Dr. Ali Volkan KURSOY
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 14724/121619

MANAVGAT DEVLET HASTAHANASI
Op. Dr. Mustafa ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

MANAVGAT DEVLET HASTAHANASI
Op. Dr. Mustafa ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86157

ULTRA PTCH HA+ KOLLAJEN MATRIX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * İçerisindeki HA tanecikleri olmalıdır.
- * Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
- * Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
- * Ürün osteokonduktif özellikte olmalıdır.
- * Ürün fibroblast growth faktörler (FGF) içermelidir.
- * Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
- * Ürün Osteoblastların bölünmesini stimüle edip, Pigmentasyonu azaltmalıdır.
- * Ürün Tip I kolajen olmalıdır, yara ve cerrahi müdahalede kullanılmalı ve emilmelidir.
- * Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
- * Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
- * Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
- * Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
- * Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
- * Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından tarafından onaylanmış olmalıdır.

MEMBRAN SUT KODU: SG1170

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 11245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Asst. Dr. Mustafa GURSOY
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

SIRA NO	ÜRÜN ADI	SUT KODU	MİKTARI	BİRİM FİYATI
1	BİOABSORBABLE SCREW	TV5680		
2	BİOABSORBABLE PİN	TV5680		

BİOABSORBABLE PİN

- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Pinler başlıklı olmalı ve tornavida ile rahatlıkla gönderilebilmelidir
- * Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir
- * 2,0 mm ve 3,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve boy seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * **BİOABSORBABLE SCREW**
- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünlerin kanüllü ve kanülsüz seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır
- * Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir
- * Vidaların kanüllü tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir

2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ve 5,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve her çap vidanın boy seçeneği olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Ali Kemal KAYA
Dip. Tes. No: 92075
619121/5721/1011818

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Atakan ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Emin GÜRSOY
Dip. Tes. No: 92075

DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Plakların tamamı pure titanyum olup, firma ismi, lot no, ce ve ürünün delik sayısı plak üzerinde yazılı olmalıdır.
- * Plakların Titanyum kalitesi Tİ 6AL4V ELİ olmalıdır.
- * Plaklar small, medium ve large olacak şekilde en az 3 boy olmalı, set içerisinde sağ ve sol plaklar bulunmalıdır. Plaklar 2-3-4-5 delik olmak üzere en az 4 boy olmalıdır.
- * Set içerisinde radius distal dorsal L plaklarda sağ ve sol olacak şekilde 3-4 delik olarak en az 2 boy olup, distal kısmına atılacak vida deliği en az 3 delik olmalıdır. Set içerisinde ayrıca distal lateral radius plak da bulunmalıdır.
- * Plakların distalinde en az 6 adet kilitli vida deliği ve plak üzerinde 4 adet krisner deliği bulunmalıdır.
- * Plaklar vidalar için sabit açılı ve değişken açılı olacak şekilde en az 2 tip olmalıdır.
- * Plakların shaft kısmına atılan vida delikleri combihole olmalıdır.
- * Set içerisindeki kilitli ve kilitsiz vidaların başı yıldız olmalıdır.
- * Vida setinde 2.4 mm kilitli kortikal 6-10 mm arası en az 5'er adet, 12-24 mm arası en az 10'ar adet 26-30 mm arası en az 5'er adet sette bulunmalıdır.
- * Vida setinde 2.7 mm kilitsiz kortikal 12-24 mm arası en az 5'er adet sette bulunmalıdır.
- * El aleti setinin içerisinde vida ölçer 1 adet, 2.0 mm drill 3 adet, 2.7mm drill 1 adet, tap 1 adet, t handle 1 adet, 1.5mm krisner için sleeve 2 adet, 2.0 mm drill için sleeve 2 adet , double drill guide 1 adet, torklu tornavida ve tahta saplı sabit tornavida, elevatör 2 adet, yivli ve yivsiz krisner 2 adet, bükücü pense 2 adet, redüksiyon pense 2 adet, sivri klemp 1 adet, küçük ve büyük s ekartörolacak şekilde sette bulunmalıdır.

1- VOLAR PLAK
SUT:TV1450

2-KİLİTSİZ VİDA 2.4-2.7 MM
SUT:TV1010 10 ADET

3-KİLİTLİ VİDA 2.4-2.7MM
SUT:TV1150 15 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran Güneş
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86357
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Kemal Kaya
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86357
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Arkan ÖZAN
Dip. Tes. No: 92075
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı