

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

3891

KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

05/04/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **15/04/2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrütmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15/04/2024** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- **Alımla ilgili sözleşme imzalanacak olup sözleşmeyle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.**

Cavit CESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ENTERAL POMPA SETİ	3.500	ADET	OR1550			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

ENTERAL BESLENME SETİ VE YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPASI ŞARTNAMESİ

1. Verilen setler peristaltik Enteral Beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır. Cihazda mama ve su açılışını düzenleyen otomatik 3 yollu vana sistemi olmalıdır. Bu sayede beslenme pompası mama ve suyun birbirine karışma sorunu oluşmamalıdır
2. Beslenme ve yıkama torbaları ayrı olup cihaza orijinal bağlantısı sayesinde birlikte bağlanmalıdır. Su setin de ve mama setinde tıkanmaların önüne geçmek için herhangi bir filtre olmamalıdır
3. En az 1200 ml kapasiteli beslenme torbası ve en az 1200 ml kapasiteli yıkama solüsyonu torbası bulunmalıdır.
4. Setin hasta bağlantı hattında kapaklı ; çam uçlu 50 ml beslenme enjektörü ile işlem yapılabilecek ikinci bir (ilaç vermek için) uygulama portu bulunmalıdır.
5. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde 100 ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
7. Setler ile verilecek pompalar istendiğinde yıkamalı ve yıkamasız olarak çalışabilmelidir. Yıkama için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır.
8. Setler ile verilecek pompalar Beslenme ayarı saatte 1ml/s-2000 ml;/s arasında, 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
9. Setler ile verilecek pompalarda Yıkama sıvısı ayarı 1ml-9999ml arasında 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
10. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir. Pompa saat ve dakika olarak istenilen zamanda yıkama aralıkları ayarlanabilmelidir.
11. Dahili bataryası ile 25ml/saat beslenme ayarında en az 5 saat çalışabilmelidir.
12. Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir.
13. Pompa'nın kullanıcıyı yönlendiren ve kullanımı kolaylaştıran dokunmatik bir ekranı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil değişik dil seçenekleri olmalıdır.
14. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı olmalıdır.
15. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir(USB bağlantı)data girişinin olması gerekmektedir.
16. Enteral beslenme cihaz ekranı en az 5 inç olmalıdır.
17. Enteral beslenme cihazında; sürekli mod, aralıklı mod, bilimsel mod zaman ayarlı mod ve yıkama modu olmalıdır.
16. Hastaya verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun en az 72 saate kadar bilgisini

Keziban ZEDELİ
Hemşire

ZEYNEPAKAVCI
Yoğun Bakım Servisi
Borduro Yrd.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe Çiçek ÇİN
Dahiliye Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Öznuş BEN
Servis Sorumlusu

Fatma EROĞAN
Pulmonoloji Servis Sor.

saklayabilmelidir.(En az 300 işlem kaydını sınırsız süre ile saklayabilmelidir ve cihaz WIFI bağlantısıyla bilgileri bilgisayar ve cep telefonlarına aktarabilmelidir)

17. Hastanemizde kullanılan HBYS sistemine ek bir ücret talep etmeden veri transfer edebilmeli HBYS sistemimize sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

18. Set dolum işlemi kullanıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik olarak yapılabilirdir.

19. Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, başaşağı v.s.) besleme yapmaya devam edebilmelidir.

20. Cihaz her açılışta kendi self testi ile donanım ve yazılımını kontrol edebilmelidir.

20. Enteral beslenme setleri ile birlikte özellikleri yukarıda belirtilen ,15 adet Palyatif bakım servisi,3 adet Dahiliye servisi,2 adet Göğüs hastalıkları servisi ve 30 adet Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere toplamda 50 adet beslenme pompa cihazı hastaneye kullanılmak üzere bırakılmalıdır. Pompaların mülkiyeti yüklenici veya üretici firmaya ait olacaktır ve setler tüketildikten sonra yükleniciye geri teslim edilmelidir.

21. Pompa arızalarında yüklenici firma tarafından kullanıma hazır yeni pompa temin edilmelidir.

22. Cihazın, Sağlık Bakanlığı TITCK(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. İlgili kayda dair gerekli bilgi ve döküman idareye sunulmalıdır.

23. Cihazın teslimatı sırasında ilgili bölümün yetkilisi ile birlikte Teknik Hizmetler Müdürlüğü Klinik Mühendisliği Birimi personeli de bulunacaktır.

24. Yüklenici, teslim edilecek cihaz (ad, marka, model, seri numarası vb. içerecek şekilde) envanter bilgisini liste halinde (excel vb.) ve istenen formatta Teknik Hizmetler Müdürlüğü Klinik Mühendislik Birimine vermekle yükümlüdür.

25. Yüklenici, sistemin montajını tamamladıktan ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici, bu testlere ait bir rapor hazırlayıp İdareye ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü Klinik Mühendislik Birimine teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarında belirtilen koşullar yerine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan cihaz kesinlikle teslim alınmaz.

26. Cihaz'da kullanılan yazılımın gerekli tüm güncellemelerinin yapılması ve gerektiğinde format atılması ve yeniden yüklenmesi ücretsiz olarak firma tarafından

Keziban ZEDE
Demşire

ZEYNEP AKAVCI
Yoğun Bakım Servisi
Sorumlu Yrd.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe Çiçek ÇİN
Dahiliye Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Öznuş SEN
Servis Sorumlusu

Fahriye ERDOĞAN
Palyatif Servis Sor.

karşılacaktır.

27. Firmalar teklifleri ile birlikte şartnamede yazılı tüm maddeleri tek tek cevaplayan “Şartnameye Uygunluk Belgesini” Türkçe olarak vereceklerdir. Şartnamede yazılı özellikler cihazın katalogunda görülecektir.
28. İlgili cihazın arızalanması halinde, yüklenicinin sorumlu teknik servisi, arızaya 24 (yirmi dört) saat içinde ilk müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. İlk müdahale de çözülemeyen (yedek parça vb. gerektiren) arıza olduğu takdirde sözkonusu arıza giderilene dek ilgili bölüme ikame cihaz vermekle firma yükümlüdür.
29. İlgili cihazın Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına ve üretici kriterlerine uygun her türlü bakım onarım, test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin karşılanması ücretsiz olarak yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, cihazın periyodik koruyucu bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini Teknik Hizmetler Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine liste halinde vermekle yükümlüdür.
30. Yüklenici projenin tamamı ile ilgili idarenin birincil muhatap olarak ulaşabileceği (7 gün/24 saat) bir Proje Yöneticisi görevlendirecektir. Söz konusu Proje Yöneticisi işin niteliğine bağlı olarak ilgili alanda teknik yeterliliğe ve deneyime sahip olduğuna dair belgeleri (diploma, sertifika, çalışma yıl tecrübesi vb.) ve iletişim bilgilerini idareye sunacaktır. Ayrıca bu şartnamede tanımlanan işlerin yürütülmesinde çalıştırılacak diğer personellerde işin niteliğine bağlı olarak gerekli teknik yeterliliğe haiz olacaktır.
31. Yüklenici, arızayı giderdiğine veya gerekirse ikame verdiğiine dair onayı mesai saatleri içerisinde arızaya eşlik eden Teknik Hizmetler Müdürlüğü Klinik Mühendislik Birim personelinden, mesai saatleri dışında ise ilgili birim sorumlusundan alacaktır. Kanıt olarak kullanılacak bu evrakların oluşturulmasında kullanılacak yöntem ve yonteme dair iş araç gereçleri (dökümantasyon, el terminalinden çıktı alınıp kullanıcıdan ıslak imza alınması, e-imza yöntemleri vb.) Yüklenicinin sorumluluğundadır.
32. Yüklenici, idarece istenildiği takdirde sözkonusu cihazların üzerinde tıbbi sarf karşılığı cihaz olduğuna dair bilgi notu ve eğitim vb. süreçlere ilişkin danışma için iletişim numarası etiketi bulundurmakla yükümlüdür.

KEZİBAN ZEDELİ
Hemşire

ZEYNEP AKAVCI
Yoğun Bakım Servisi
Sorumlu Yrd.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe Çiğdem ÇİN
Dahiliye Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Özbur GEN
Servis Sorumlusu

Fahriye Çiğdem
Poliklinik Sor. Sor.