



SAYI : 98177073 / 934.01

3901

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

16/04/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **19/04/2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **19/04/2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 BİYOMEDİKAL DEPO DAHİLİ : 1511
---	--

Çağrı CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD (TMS İÇİN)	50	ADET			
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD (MINDRAY MARKA)	10	ADET			
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD (ZONDAN)	15	ADET			
4	OTOKLAV VAKUM MOTORU	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAİL : m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOKLAV VAKUM MOTORU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KESİN MEDİKAL marka KM CK 67 model OTOKLAV CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. Talep edilen ürün en az 1 yıl garantili olacaktır.
3. Malzemenin değerlendirilmesi hastanemiz teknikeri ve bakım firması tarafından yapılacaktır. Montaj bakım firmamız tarafından yapılacaktır. Montaj sonrası cihaz tüm fonksiyonlarıyla çalışır duruma gelecektir.
4. Orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

4.04.2024
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

4.04.2024
Tolga ÖZTİM
Biyomedikal Tek.

4.04.2024
Şükran SAVA CANKIR
Sterilizasyon Sor.

HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- TMS marka FX1 model , ZONDAN marka ZD120E model ve MINDRAY marka BENEWIEW T8 model monitörlere tam uyumlu olmalıdır.
- 2- EKG Lead seti 5 çıkışlı olmalıdır.
- 3- EKG kablosu Leadle beraber takım halinde verilmelidir.
- 4- Çok kullanımlık olmalı, esnek ve dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- EKG Lead seti değişik renk kodlu olmalıdır. Böylece ana kabloya bağlantısı yanlış takılmayı önleyici düzeneğe sahip olmalıdır.
- 6- Lead setlerin ucu timsah tip olmalıdır.
- 7- Lead seti elektrodalara bağlanabilir özellikte olmalıdır.
- 8- EKG kablosunun leadlerle birlikte uzunluğu en az 3 metre olmalıdır.
- 9- Kablo elektriksel parazitlere karşı korumalı olmalıdır.
- 10- Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları verilmelidir.

Anavgat Devlet Hastanesi

Ayşe ÖZDEMİR

T.K.T.

Keziban ZEDELİ
Hemşire

ZEYNEP AKAVCI
Yoğun Bakım Servisi
Sorumlu Yrd.