



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

20/02/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **23/02/2023** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **23/02/2023** tarihinde saat **11:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- 1. VE 3. KALEM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM * 295 MM (GE MARKA)	500	ADET				
2	BUHAR STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	100.000	ADET				
3	ORGANİK MADDE KALINTI TESTİ-EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEYİ (PROTEİN KALINTI TESTİ)	50	ADET				
4	ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	3.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KASE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

LÜMENLİ ALETLER İÇİN HIZLI SONUÇ VEREN PROTEİN KALINTI TESTİ ŞARTNAMESİ

1. Kullanım alanları Endoskoplar, ultrasonik yüzeyler ve cerrahi aletler üzerinde olmalıdır.
2. Hızlı ve kolay bir test olmalıdır.
3. Test sonucu için ayrıca bir inkübatöre ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Protein testi 1 mg duyarlılığa kadar protein kalıntılarını saptayabilmelidir.
5. Test sonucunu en fazla 15 saniye içinde okuyabilmelidir.
6. Test materyali protein analiz çözeltisi ve 2,5 metre uzunluğunda sürüntü swaplardan oluşmalıdır.
7. Test materyali proteini tespit ettiğinde test maddesinin rengi protein miktarına göre farklı tonlarda mavi renge dönüştürmelidir. Protein testinin renk skalası ücretsiz verilmelidir.
8. Ürünün son kullanma tarihi tesliminden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
9. Teklif veren firma 2 adet numune verecek, ürün talebi yapan ilgili ünite tarafından numune ve teknik şartname hükümleri gereklilikleri değerlendirildikten sonra kabul kararı verilecektir.
10. Ürünün TİTUB ve UBB kaydı olmalıdır. Faturaya yazılmalıdır.
11. Ürünün güvenlik bilgi formu mevcut ise ilgili firma tarafından hastaneye verilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlusu Hemşiresi

BUHAR OTOKLAV STERİLİZASYONU İÇİN CLASS 5 KİMYASAL İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buhar otoklavlarda kullanıma uygun olmalıdır. 134 derece ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir.
2. Çok parametrelili indikatör zaman, doygun buhar ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır.
3. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olacaktır.
4. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
5. Ürün ISO 11140-1 Class 5 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile miadı olmalıdır.
6. Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standarda göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır.
7. Kurşun ve ağır metaller içermemelidir. Toksik etki ve kalıntı bırakmamalıdır.
8. İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
9. İndikatör film kaplı olmalıdır.
10. İndikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
11. Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 6 ay sabit kalmalıdır.
12. Kutu içerisindeki indikatör oda sıcaklık veya neminden etkilenmemesi için ağız kilitli ambalaj içinde bulunmalıdır.
13. Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır. Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir.
14. Malzemenin tamamı bir kerede alınmayacak olup peyderpeh sipariş çekilerek alınacaktır.
15. Faturanın içeriği buhar sterilizasyon indikatörü kimyasal olmalıdır.
16. UBB kaydı olmalı ve faturaya yazılmalıdır.
17. Malzemenin teslimi ayniyat birimine olmalıdır.

Anavgat Devlet Hastanesi

İlkay UZ

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

ETİLEN OKSİT KİMYASAL ENTEGRATÖR ŞARTNAMESİ CLASS 5

1. Tüm Etilen oksit sterilatörlerinde kullanım için uygun olmalıdır.
2. Ürün EN ISO 11140-1 standartlarına göre Class 5 normlarına uygun olmalıdır.
3. Biyolojik indikatöre en yakın sonucu vermelidir.
4. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermemelidir.
5. Stripin üzerinde 2 farklı indikatör bölgesi ve referans renk bölgesi, güvenli ve güvenli olmayan renk dönüşümlerini gösteren şema bulunmalıdır
6. İndikatörün arka yüzeyi alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır.
7. İndikatörler üzerinde iki farklı renk mürekkepten basılmış olan değişim bölgeleri bulunmalıdır.
8. İşlem sonrası turuncu nokta sarı renge, kahverengi nokta yeşil renge dönmelidir.
9. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olmalıdır.
10. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
11. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı gözle görülür bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
12. Ürün lot numarası, son kullanma tarihi ve Class 5 ibaresi her indikatörün stripinin üzerinde yer almalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

İlkay UZ

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

EKG KÂĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kâğıdı, GENERAL ELECTRIC marka MAC 2000 model EKG cihazına tam olarak uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif edilen EKG kâğıdı A4 formatta, Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3. Ölçüler 210mm X 295mm olmalıdır.
4. Kâğıt en az 150 sayfa ve gridli olmalıdır.
5. Kâğıtta siyah nokta olmalı ve siyah nokta cihaza koyarken sağ alt köşede olmalıdır.
6. Kâğıt cihaza yerleştirilebilir olmalıdır.
7. EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı) kağıt olmalıdır.
8. Kâğıt ambalaj içinde olmalıdır.
9. **Satın alınacak EKG kâğıtları numune üzerinden değerlendirilecektir.**
10. TİTUBB Kaydı olmalı ve faturaya yazılmalıdır.
11. Fatura içeriği EKG KÂĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM şeklinde olmalıdır.
12. Malzemenin teslim yeri ambar-ayniyat birimi Biyomedikal depo olmalıdır.

Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

Ayşe ÖZDEMİR
Biyomedikal TKY