



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

08/05/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KHK'nin 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 13/05/2024 saat 10:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka 13/05/2024 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNIYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Cayış GELİP
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	BUHAR OTOKLAVI BUHAR KAPANI - KONDENSTOP	7	ADET			
2	BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI - SLİKONLU VE DAİRESEL	4	ADET			
3	OTOKLAV CİHAZI KAPI HALAT SİSTEMİ	16	METRE			
4	OTOKLAV VANASI BUHAR TAHLİYE	5	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/Manavgat/DH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışına atılan kase imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
STERİLİZASYON BİRİMİ OTOKLAV CİHAZLARI YEDEK PARÇASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BUHAR OTOKLAVI BUHAR KAPANI-KONDENSTOP

Kondenstop ERYİĞİT marka ERS6613D model ve KESİN marka KM CK 67 model otoklav cihazlarına uyumlu olmalıdır. 1/2" diş çapında , gövdesi ve kapağı pirinç malzemeden olmalıdır. kapsül hastelloy olmalıdır. Maksimum çalışma basıncı 13 bar , çalışma sıcaklığı 200 derece olmalıdır. Yatay tip ve 180 derece bağlantıda olmalıdır.

2. BUHAR OTOKLAVI KAYAR KAPAK İÇ CONTASI -SİLİKONLU DAİRESEL

ERYİĞİT marka ERS6613D model otoklav cihazına uyumlu, silikonlu kauçuk malzemeden , dairesel, 18 mm çapında , 280 cm uzunluğunda olacaktır. (2 adet olacaktır)

KESİN marka KM CK 67 model otoklav cihazına uyumlu, silikonlu kauçuk malzemeden , dairesel, 16,5 mm çapında , 270 cm uzunluğunda olacaktır. (2 adet olacaktır)

Rafta beklemiş sertleşmiş ürün olmayacak, doğal yumuşaklığında ürün olacaktır.

3. OTOKLAV CİHAZI KAPI HALAT SİSTEMİ

ERYİĞİT marka ERS6613D model ve KESİN marka KM CK 67 model otoklav cihazlarına uyumlu olmalıdır. 6 mm kalınlıkta olmalıdır.

4. OTOKLAV VANASI BUHAR TAHLİYE

ERYİĞİT marka ERS6613D model ve KESİN marka KM CK 67 model otoklav cihazlarına uyumlu olmalıdır. Distan dışı çapı 7 cm , tutma kolu kırmızı renk , 3/4 " diş çapı , 150 derece ve 6 bar çalışma ısı ve buharına dayanıklı olmalıdır.

5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.

6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir

7. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.

8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.

10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

6.05.2024
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

6.05.2024
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

6.05.2024
Şükran SAVA ÇANKIRI
Sterilizasyon Sor.