



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

16/05/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/e (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **21/05/2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlak **21/05/2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Cavide ESUL
İdari ve Mali İşler Müdür V.

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	KARYOLA EL BİLEĞİ SABİTLEME KEMERİ	2.500	ADET			
2	KARYOLA AYAK BİLEĞİ SABİTLEME KEMERİ	2.500	ADET			
3	DEFİBRİLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com


EL BİLEĞİ SABİTLEME SETİ

1. Sabitleyici bant esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır
2. Bandın cilde temas eden alt kısmı, teri emebilen pamuklu ve alerjik olmayan dokuya sahip olmalıdır.
3. Esnek olmalı, velkronun rahatça ve sağlam tutabilmesi için tüylendirilmiş malzemeden olmalıdır.
4. Bandın bileği saran kısmının boyu her kol ve ayak bileğine uygulanabilir olmalıdır.
5. Bileğin karyola ve sedyeye bağlanabilmesi için, bandın üzerine dikili en az 80 cm uzunluğunda pamuklu malzemeden üretilmiş bir çift bağlantısı olmalıdır.
6. Bandın bir ucunda hastanın her türlü zorlamasına karşı bandın açılmasını engelleyen cırtl malzemeden yapılmış sabitleme kilit parçası bandın üzerine dikili olarak da bu parçanın ilıştırileceği dişi velkro (tüylü) parça olmalıdır.
7. Kurdelalar sabitleyici bandın üzerindeki dişi velkroya sağlam şekilde tutturularak ani kuvvet uygulamalarını karşılayacak mukavemette olmalıdır.
8. Bant non steril polietilen şeffaf ambalaj poşeti içinde olmalı ve poşetin içinde resim ve yazı ile (Türkçe olarak) kullanma talimatı olmalıdır.

AYAK BİLEĞİ SABİTLEME SETİ

1. Sabitleyici bant esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır
2. Bandın cilde temas eden alt kısmı, teri emebilen pamuklu ve alerjik olmayan dokuya sahip olmalıdır.
3. Esnek olmalı, velkronun rahatça ve sağlam tutabilmesi için tüylendirilmiş malzemeden olmalıdır.
4. Bandın bileği saran kısmının boyu her kol ve ayak bileğine uygulanabilir olmalıdır.
5. Bileğin karyola ve sedyeye bağlanabilmesi için, bandın üzerine dikili en az 80 cm uzunluğunda pamuklu malzemeden üretilmiş bir çift bağlantısı olmalıdır.
6. Bandın bir ucunda hastanın her türlü zorlamasına karşı bandın açılmasını engelleyen cırtl malzemeden yapılmış sabitleme kilit parçası bandın üzerine dikili olarak da bu parçanın ilıştırileceği dişi velkro (tüylü) parça olmalıdır.
7. Kurdelalar sabitleyici bandın üzerindeki dişi velkroya sağlam şekilde tutturularak ani kuvvet uygulamalarını karşılayacak mukavemette olmalıdır.
8. Bant non steril polietilen şeffaf ambalaj poşeti içinde olmalı ve poşetin içinde resim ve yazı ile (Türkçe olarak) kullanma talimatı olmalıdır.


Kozban ZEDELİ
Klinik Bakım Servisi
Sorumlu Hemşiresi


Ayşe ÖZDEMİR
T.K.Y.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
DEFİBRİLLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN marka, TEC 7631K model DEFİBRİLLATÖR CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. 10 ADET pilden oluşmalıdır.1 adet soket çıkışı bulunmalıdır.şarj edilebilir olmalıdır.
Pilin 1 tanesi 1.2 V 3000 mAh olmalıdır.
3. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

13.05.2024
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

13.05.2024
Osman YILMAZ
Biyomedikal Tek.

13.05.2024
Semra YILDIZ
Acil Ser. Sor.