

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM TEMİZLİK, 1 KALEM SOLÜSYON VE 1 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

27/04/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **29/04/2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29/04/2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hacı KARAHAN  
Mali ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEMODİYALİZ FİLTRE ÇELİK GÖVDE GEÇİRGENLİK 90 MİKRON BOYU 10 İNÇ	1	ADET				
2	ORBECO-HELLİGE MARKA KLOR ÖLÇME CİHAZINA UYUMLU SOLÜSYON ALINMASI	1	OZ (30 ML)				
3	HAVA TABANCASI BAŞLIĞI (HORTUMSUZ)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

## Ters Yıkamalı Çelik Filtre Teknik Şartnamesi

1. Filtre 90 mikron ve üzeri eriyik olmayan maddelerin tamamını miktarına filtrasyon sağlamalıdır.
2. Kabul edilebilir ölçü limitlerindeki istenmeyen partükülleri cinslerine göre (asılı katı maddeler, tek başına asılı katı maddeler ve kollodial maddeler) öncelikli olarak eleyerek filtrasyon sağlamalıdır.
3. Filtre ters yıkama prensibine göre çalışır yapıda olmalı ve eksiksiz filtre temizliği ile minimum 1,5 bar'da çalışabilmelidir.
4. Filtre manuel olarak kendini temizleyebilmeli ve filtre iç takımını filtreden çıkarmadan ters yıkama esnasında otomatik olarak kendi kendini temizlemelidir.
5. Temizleme anında filtre içindeki akış tersine döndürülerek en az 304 kalite çelik filtre tertemiz olmalıdır.
6. Yatay pozisyonda monte edilebilir, 10 inch boyunda ve 1 inch su giriş-çıkış bağlantılı, fark basınç presostatlı çalışan sistem manometreli, hafıza halkalı olmalı ve filtre gözenek çapı maksimum 90 mikron olmalıdır.
7. Filtre housingi ışık geçirgenliği cama yakın, ısıya, kimyasal maddelere, çizilmeye, darbeye dayanıklılığı yüksek, gıdaya uygun, şeffaf plastik malzemeden yada paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Koruyucu ve kuvvetlendirilmiş nitril diyafram ve contalı olmalı, ters yıkama sırasında bile filtrelenmiş su sağlamalıdır.
9. Filtre parçaları kolay sökülebilir olmalı ve filtre yedek parçaları değiştirilebilir yapıda olmalıdır.
10. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
11. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
12. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
13. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

Semra GEDİK OGUZ  
Diyaliz Sor.