



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TIBBİ SÂRF MALZEME ALIMI

03/07/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 08/07/2024 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HÂRİÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 08/07/2024 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL
	DAHİLİ : 1511

Hayat AVCU
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	EFOR KAĞIDI 210 MM X 280 MM-A4 BOYUT	200	ADET				
2	ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM	1.500	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

EFOR EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENERAL ELECTRIC MARKA CASE MODEL EFOR CİHAZINA TAM OLARAK UYUMLU OLMALIDIR.
- EKG KAĞITLARI TERMAL (ISIYA DUYARLI) KAĞIT OLMALIDIR.
- A4 FORMATTA , Z- KATLAMALI KAĞIT OLMALIDIR.
- TERMAL EKG KAĞITLARI EFOR CİHAZLARI TARAFINDAN YAZILAN DATALARI EN AZ 2-3 YIL ARASI SİLİNMEYEN KORUMALIDIR.
- KAĞIT GRİDLİ OLMALIDIR.
- ÜRÜN EN AZ 200 SAYFALIK OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜ TEMİN EDEN FİRMA, KAĞITTAN DOLAYI TERMAL BAŞLIĞA ZARAR GÖRMESİ DURUMUNDA , CİHAZIN ONARIM – DEĞİŞİM GİBİ MADDİ HASARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMELİDİR.
- ÜRÜN CE BELGELİ OLMALIDIR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe ÖZDEMİR
T.K.Y

Hatice Oğuz

KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf ve steril paketlerde olacaktır.
2. Skopi kamera optik ve kablolarının steril olarak muhafazasını sağlama amacına yönelik olacaktır.
3. Kılıf uzunluğu 250 cm $\pm$ 20 cm boyunda olacaktır.
4. PE materyalden imal edilmiş olup, yeterli miktarda yapışkan bantlar ve klipsler olacaktır.
5. Tek kullanımlık olacaktır.
6. Etiket üzerinde imal tarihi, son kullanım tarihi ve seri numaraları belirtilmelidir.
7. Etiket hücreli olmalıdır. Her hücrede imal tarihi, lot numarası ve son kullanım tarihleri olmalıdır"
8. Ürün kabulü numune değerlendirmesinden sonra yapılacaktır.

Ameliyathane Sorm.Hemş.

Emine AVCI