

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 233
KONU: 9 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIM

05/04/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **08/04/2019** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08/04/2019** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

HATİP KARAHAN
İ.M. Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AYAK BİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİSİ	1	ADET	TV5560			
2	AYAK BİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİ KİLİTLEME VİDASI	10	ADET	TV5500			
3	AYAK BİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİ TEPE VİDASI	1	ADET	TV5380			
4	BAĞ KESEN FEMUR KOMPENANT	2	ADET	AP2230			
5	BAĞ KESEN TİBİAL KOMPENANT	2	ADET	AP2800			
6	TİBİAL İNSERT	2	ADET	AP2570			
7	ANTİBİYOTİKLİ ÇİMENTO	2	ADET	AP3180			
8	KOLLOJEN MATRİX	2	ADET	SG1170			
9	ENJEKTE EDİLEBİLEN DOKU VE KEMİK REKONSTRİKTİF MATERYALİ	2	ADET	SG1140			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

TİTANYUM AYAK BİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİSİ

- Çivi cerrahi girişime uygun ve uluslar arası kalite standartlarına uygun titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- Malzeme çift kat steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ayak bileği artrodez için uygun olmalı ve topuktan intramedüler olarak yerleştirilmelidir.
- Çiviler kanüllü ve kompresyon yapma özelliğinde olmalıdır.
- Ayak bileği artrodez çivisinde, distal ve proximal dahil toplam 5 (Beş) kilitleme vidası uygulanabilmelidir.
- Intramedüler çivi en az iki farklı çap ve en az üç farklı boy seçeneği olmalıdır.
- Distal kilitleme istenildiğinde A-P ya da lateral uygulanabilmelidir.
- Distal ve proximal vidaları eksternal kilitleme kılavuzu olmalıdır.

Örnek SUT kodu kombinasyonu :

Ürün Sıra No	Malın / İşin Cinsi	SUT Kodu
1	TİTANYUM AYAKBİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİSİ	TV5560
2	TİTANYUM İNTRAMEDÜLER ÇİVİ SİTEMLERİ İÇİN KİLİTLEME VİDALARI	TV5500
3	TEPE VİDASI	TV5380

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSÖY
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Fahri YURTGÜN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 109598

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Fahri YURTGÜN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 110293

ÇİMENTOLU - ÇİMENTOSUZ SABİT INSERTLİ BAĞ KESEN VE KORUYAN TOTAL DİZ PROTEZİ

- Sistem insertin sabit olma özelliğine sahip olmalıdır.
- Femoral component titanyum veya CrCo maddelerinden üretilmiş olmalıdır.
- Femoral component çıkıntı yapmayı önlemek ve küçük profil sağlamak amacıyla medio-lateral olarak dar anterior kenar dizayna sahip olmalıdır.
- Femoral componentler anatomik yapıya sahip olup sağ ve sol olarak ayrılmalıdır. Bağ kesen ve bağ koruyan seçeneklere sahip olmalıdır.
- Femoral componentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için her iki kondilinde peg olmalıdır. Anterior kesim, posterior kesim, anterior champer, posterior champer ve distal kesim olmak üzere beş kesi tek bir guide yapılabilir.
- Femoral componentin üst yüzeyinde patellar componentin hareketi için kanal bulunmalıdır.
- Femoral component ML ölçüsü 9 boy olmalıdır.
- Femoral component distal kesiminde sistem 0 ile 9 derece valgus açısı arasında herhangi biri seçilebilir.
- Femoral componentin anterioru patellar tendonunun ağrılarını minimize edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Femoral componentin condilleri arası açık olup, bağ kesen femoral componentlerde 2 kondil arası açık ve condilleri birbirine bağlayıcı bir parça olmalıdır.
- Femoral keside revizyon sistemlerinde görülen intercondylar noch blok halinde çıkmamalıdır.
- Femoral kesi gaydı 3 derece dış rotasyon verilebilir.
- Çimentosuz femoral componentlerin iç yüzeyi osteointegrasyonu artırıcı özellikte poros üzeri HA kaplı, çimentolu femoral componentlerin iç yüzeyi kaba kumla kaplanmış olmalıdır. Hem cementli hem de cementsiz femoral componentlerin dış yüzeyi parlatılmış olmalıdır.
- Tibial component universal olmalıdır ve ML ölçüsü 9 boy seçeneği bulunmalıdır.
- Tibial component titanyum veya CrCo malzemelerinden üretilmiş olmalıdır. Çimentosuz tibial componentlerin alt kısmı poros üzeri HA kaplı, çimentolu tibial componentlerin alt kısmı kalın kaba kumla kaplanmış olmalıdır. Hem çimentolu hem çimentosuz tibial componentlerin dış yüzeyi parlatılmış olmalıdır.
- Tibial componentler insertin bastırılarak oturtulduğu sisteme sahip olup, kenarlarında insertin oturması için yuvaya sahip olmalıdır.
- Tibial kesi bloğunda sağ ve sol ayrımı olmalı ve kesi intramedullar yada ektramedullar yapılabilir.
- Tibial slop ayarı 0 ile 9 arasında yapılabilir.
- Femoral componentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minimuma indirmek için tibial insert yüksek molekül ağırlıklı polyethylene UHMWPE tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
- Tibial insertin tibia ya oturabilmesi için kanal bulunmalıdır.
- Tibial insert 7 derece posterior slopa sahip olmalıdır.
- Tibial insert en az 8 mm den başlayarak en az 7 farklı kalınlığa sahip olmalıdır.
- Tibial insertin konveks-konkav uygunluk özelliği en iyi şekilde her derecede fleksiyonda tibial-femoral artikulyasyonda stabiliteyi sağlamalıdır.
- Tibial componente gerektiğinde stem uzatması takılabilir. Uzatma stemleri 2 değişik boyda ve 3 farklı kalınlıkta olmalıdır.
- Tibial componente defektli olgularda kullanılmak üzere takılabilen wedgeler titanyumdan imal edilmiş 0 ile 5 arasında herhangi iki farklı kalınlığa sahip olmalıdır. Wedgeler tibial componente vida ile monte edilebilir yapıda olmalıdır.
- Patella 3 pegli ve tek pegli seçeneklere sahip olmalı ve 3 pegli seçeneği 5 farklı kalınlığa sahip olmalıdır.

Tüm sarf malzemeler gama sterilizasyonu yapılmış, üzerinde sterilizasyon tarihi, üretim, son kullanma tarihi ve ürüne ait özelliklerin yer aldığı çift kat vakumlu ambalaj içerisinde olmalı ve raf ömrü en az 5 yıl olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Fahri YURTGÜN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 109598

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip. Tes. No.: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 92075

ULTRA PTCH HA+ KOLLAJEN MATRIX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * İçerisindeki HA tanecikleri olmalıdır.
- * Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
- * Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
- * Ürün osteokondüktif özellikte olmalıdır.
- * Ürün fibroblast growth faktörler (FGF) içermelidir.
- * Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
- * Ürün Osteoblastların bölünmesini stimüle edip, Pigmentasyonu azaltmalıdır.
- * Ürün Tip I kolajen olmalıdır, yara ve cerrahi müdahalede kullanılmalı ve emilmelidir.
- * Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
- * Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
- * Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
- * Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
- * Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
- * Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.
- * MEMBRAN SUT KODU: SG1170

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Fahi YURTGÜN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 109598

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip. Tes. No: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

ENJEKTE EDİLEN DOKU VE KEMİK REKONSTRİKTÜF MATERYALİ

- -Ürün steril olmalıdır.
- -Ürün 10 cc enjekte edilebilir olmalıdır.
- *Calcium fosfat ve kitosan içerikli olmalıdır.*
- *Ürün Anti İnflamatuvar etkiye sahip olmalıdır.*
- *Kemik , kırık ve dokuda yenileyebilir etkiye sahip olmalıdır.*
- *Ürün steril enjektabl içinde kullanıma hazır jel formatında olmalıdır.*
- *Ürün İntra-Artiküler olarak kullanıma uygun olmalıdır.*
- *Raf ömrü 3 yıl olmalıdır.*
- *Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.*
- *Ürünün bilimsel yayınları olmalıdır.*
- *Ürün oda sıcaklığında saklanmalıdır.*
- *Ürün resmi kurumlarda onaylı ve geri ödeme kapsamında olmalıdır.*

SUT KODU : SG1140

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Fahri YURTCIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tel. No: 109598

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Bülent TATKIRMAN
Ortopedi Uzmanı
Dip. Tel. No: 151717 - 122169