



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 4424
KONU: 2 KALEM GİYECEK ALIMI

24.07.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 29.07.2024 saat 12:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, müddili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 29.07.2024 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
- 12- **TEKLİFLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.**

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
--	--

HAYRA AVUT
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LACİVERT HASTA BİLEKLİĞİ	100	ADET				
2	SİYAH HASTA BİLEKLİĞİ	100	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

HASTA KOL BANDI YETİŞKİN (LACİVERT ve SİYAH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su ,vücut ısısı , kan amonyak ,çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
2. Hasta bileğinin barkod yapışacak bölümü 3,5 cm en, 7,5 cm boyuna olmalıdır.
3. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
5. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı. İçinde, hastanemizdeki barkot büyüklüğünde uyumlu karton olmalıdır.
7. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Anti alerjik olmalıdır.
8. Hasta kol bandları tek kullanımlık olmalı çit çitları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
9. Hasta kol bandının uzunluğu 24,3cm yazı yazılacak kısım 2,5cm (+/-10mm olabilir).
10. Etiketler 6,5X2,2cm ebadında olmalıdır (+/-3mm olabilir).
11. Hasta kol bandları Lacivert,Siyah renklerde imal edilmelidir.
- 12.Numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Aysel Solun
