

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01 - 665
KONU: 8 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

20.05.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **25.05.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu hahne tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25.05.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hiz. Müdür V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ESWL ÇANAK O HALKASI	20	ADET				
2	ESWL SU YASTIĞI	20	ADET				
3	ESWL ELEKTROT TUTUCU AKSAM	50	ADET				
4	ESWL ELEKTRODU	50	ADET				
5	MANOMETRE OKSİJEN	2	ADET				
6	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU NAKİL HORTUMU	10	AMETRE				
7	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI TUZ TANKI	1	ADET				
8	OPERASYONEL LARİNGOSKOP BLADE	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ESWL CİHAZI SARF MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ESWL ÇANAK O - HALKASI (O-RİNG) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- a. Latex malzemeden üretilmiş olmalıdır
- b. Çanak çapına uyumlu esneme ölçülerine sahip olmalıdır, kolay geçirilebilmelidir

2. ESWL SU YASTIĞI (WATER CUSHION) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- a. Latex malzemeden üretilmiş olmalıdır
- b. Farmakolojik testleri yapılmış olmalıdır
- c. Şok dalgası iletimini maksimum düzeyde sağlamalıdır
- d. Hastalarda alerji vb. hastalıklara sebebiyet vermemelidir
- e. Kapalı steril baskı sistemlerinden çıkmış olmalıdır. Tahliye kanalı kapalı imal edilmelidir. Kullanım için kesilerek açılmalıdır
- f. Kullanım ömrü uzun ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır

3. ESWL ELEKTROT TUTUCU AKSAM (TUTAMAÇ, PENS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- a. Sistemin yüksek gerilim atımlarına dayanıklı özel alaşımlı olmalıdır. Hastanemiz de kullanılan elektrotlar ile kullanılabilir olmalıdır
- b. Ürün bir yay ile birbirine bağlanmış iki parçadan oluşmalıdır
- c. Ürün dairesel yapı olmalıdır. Yarım ay şeklinde katlanabilir olmalıdır
- d. Nikel kaplamalı olmalıdır
- e. Her bir pens 1 adet Metrik 5 X 10 imbus vida ile birlikte verilecektir
- f. Pens üzerinde CE işareti bulunmalıdır

4. ESWL ELEKTRODU TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- a. Taş kırma performansı yüksek olmalıdır. Bir çift ile en az 40 seans yapılabilmelidir
- b. Nikel kaplamalı olmalıdır
- c. Beyaz oring contaı olmalıdır
- d. Elektrot üzerinde CE işareti olmalıdır

- 5. Tüm malzemeler PCK marka STONELİTH model taş kırma cihazına uyumlu olacaktır.
- 6. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürünler olacaktır.
- 7. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
- 8. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
- 9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
- 10. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
- 11. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

04.05.2021

Aslı MAYDA

ESWL Sor.



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

MANOMETRE OKSİJEN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0-16 basınç manometresi 1/4 arkadan çıkışlı olacaktır.

Merkezi oksijen sistemi panosundaki gaz seviyesini gösteren manometredir.

Hastanemiz biyomedikal biriminden dahili tel : 1511 görsel istenebilir.

2. Ürün en az 1 yıl garantili olacaktır.

3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir

4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.

Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com

5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

6. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.

UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

Muzaffer ÇINAR
Elektrik Tekn.

HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan özellikte olmalıdır.
2. Saf suyun kalitesini bozmayacak özellikte olmalıdır.
3. Çapı 6 mm olmalıdır.
4. Mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
5. Yüklenici firma tarafından değiştirilecektir.
6. Yüklenici firma TSE 12426 , 12843 ve 13703 Belgesi ve İSO 9001-2015 , İSO 10002-2018 , İSO 14001-2015 , İSO 45001-2018 , OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
7. Yüklenici firmanın satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

TUZ TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Tank malzemesi Avrupa farmakopisindeki su kalitesini bozmayacak özellikte olmalıdır.
3. En az 100 litre kapasitesi olmalıdır.
4. Tank dik yapıda ve silindirik olmalıdır.
5. Tuz emiş şamandırası olmalıdır.
6. Tank kapağı olmalıdır.
7. Yüklenici firma TSE 12426 , 12843 ve 13703 Belgesi ve İSO 9001-2015 , İSO 10002-2018 , İSO 14001-2015 , İSO 45001-2018 , OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma tarafından değiştirilecektir ve sistem faal teslim edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Semra GÜZİK OĞUZ
Diyaliz Sorumlusu Hemşiresi

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OPERASYONEL LARİNGOSKOP BLADE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HUGEMED Marka VL3R model video laringoskopi cihazına uyumlu olacaktır.
2. Blade numarası : 5 numara olacaktır.
3. Çok kullanımlık ve steril edilebilir olmalıdır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

29.04.2021
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.